

Spørgsmål og svar Udbud (annoncering) Mobilt sengeapparat med DR

Spørgsmål og svar 1 af 08.09.2015	
1	<p>Kan det accepteres at vi byder ind med en lille detektor som godt kan leve op til punkt. 4.1.10 vedr. de ydre mål på detektoren, men som har et større billedfelt end det i punkt 4.1.1 max felt?</p>
	Ja. Det accepteres at detektorens billedfelt er større end det i A-kravet opgivne mål, så længe detektoren kan leve op til pkt. 4.1.10.
Spørgsmål og svar 2 af 16.09.2015	
2	<p>Danske Regioners standardbetingelser - 4.6 Produktansvar og erstatningsansvar Regionen bedes indsætte følgende: "Ingen af parterne er ansvarlige for driftstab, tabt avance, tab af data, tabt produktion eller andre indirekte tab. Bortset fra produktansvar, kan parternes samlede erstatningsansvar i henhold til aftalen ikke overstige den samlede pris for leverancen." Bestemmelsen afspejler markedspraksis og svarer i øvrigt til den ansvarsbegrænsning, som Regionerne selv kræver i Regionernes standard indkøbsaftale."</p>
	Den foreslåede indsætning af følgende accepteres og vil blive påført ved ordreafgivelse: "Ingen af parterne er ansvarlige for driftstab, tabt avance, tab af data, tabt produktion eller andre indirekte tab. Bortset fra produktansvar, kan parternes samlede erstatningsansvar i henhold til aftalen ikke overstige den samlede pris for leverancen."
Spørgsmål og svar 3 af 21.09.2015	
3	<p>Er det muligt at tilbyde 2 alternative produkter, der begge opfylder kravsspecifikationerne.?</p>
	Det er kun muligt at afgive ét tilbud pr. tilbudsgiver
Spørgsmål og svar 4 af 24.09.2015	
4	<p>Jeg vil høre om det er muligt at tilbyde software raster som alternativ til fysisk raster?</p> <p>4.1.3 Leverancen skal indeholde et raster til den store detektor.</p> <p>Alternativt kunne det tilføjes som B-krav at det ville være en fordel at kunne vælge mellem fysisk og virtuelt raster idet rastersoftware giver øget billedkvalitet ved lavere dosis, samt bedre ergonomi.</p>
	Nej det er ikke muligt at tilbyde software raster som alternativ. Det oprindelige A-krav fastholdes.

Spørgsmål og svar 1 af 08.09.2015
 Spørgsmål og svar 2 af 16.09.2015
 Spørgsmål og svar 3 af 21.09.2015
 Spørgsmål og svar 4 af 24.09.2015