

Spørgsmål og svar
Udbud (annoncering) Mobilt sengeapparat med DR

Spørgsmål og svar 1 af 08.09.2015	
1	<p>Kan det accepteres at vi byder ind med en lille detektor som godt kan leve op til punkt. 4.1.10 vedr. de ydre mål på detektoren, men som har et større billedfelt end det i punkt 4.1.1 max felt?</p> <p>Ja. Det accepteres at detektorens billedfelt er større end det i A-kravet opgivne mål, så længe detektoren kan leve op til pkt. 4.1.10.</p>