

Spørgsmål og svar
Udbud (annoncering) Mobilt sengeapparat med DR

Spørgsmål og svar 1 af 08.09.2015		
1	<p>Kan det accepteres at vi byder ind med en lille detektor som godt kan leve op til punkt. 4.1.10 vedr. de ydre mål på detektoren, men som har et større billedfelt end det i punkt 4.1.1 max felt?</p>	<p>Ja. Det accepteres at detektorens billedfelt er større end det i A-kravet opgivne mål, så længe detektoren kan leve op til pkt. 4.1.10.</p>
Spørgsmål og svar 2 af 16.09.2015		
2	<p>Danske Regioners standardbetingelser - 4.6 Produktansvar og erstatningsansvar Regionen bedes indsætte følgende: "Ingen af parterne er ansvarlige for driftstab, tabt avance, tab af data, tabt produktion eller andre indirekte tab. Bortset fra produktansvar, kan parternes samlede erstatningsansvar i henhold til aftalen ikke overstige den samlede pris for leverancen." Bestemmelsen afspejler markedspraksis og svarer i øvrigt til den ansvarsbegrænsning, som Regionerne selv kræver i Regionernes standard indkøbsaftale."</p>	<p>Den foreslåede indsætning af følgende accepteres og vil blive påført ved ordreafgivelse: "Ingen af parterne er ansvarlige for driftstab, tabt avance, tab af data, tabt produktion eller andre indirekte tab. Bortset fra produktansvar, kan parternes samlede erstatningsansvar i henhold til aftalen ikke overstige den samlede pris for leverancen."</p>