

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -4				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Der mangler kontraktbilag 10, 11, 12, 13 og 14 – fremsendes de separat?	De nævnte bilag bliver oploadet på www.udbud.rm.dk .	22. oktober	
1.2	I bedes oplyse om vi skal lave bilag selv eller i uploader bilag 10,11,12,13,14.	De nævnte bilag bliver oploadet på www.udbud.rm.dk	23. oktober	
1.3	Vedr. punkt 11.6 (optioner): Da store dele af optionerne er en del af fabrikationen af udstyret og er nødvendigt at specificere i forbindelse med kontraktindgåelse, mener vi at <i>"eller i løbet af kontraktperioden, inkl. forlængelser."</i> skal udgå. Det samme er gældende under <i>"udkast til kontrakt"</i> pkt. 3.2	I udbudsbetingelserne punkt 11.6 udgår <i>"eller i løbet af kontraktperioden, inkl. Forlængelser"</i> . I udbudsbetingelserne punkt 3.2 udgår <i>"udkast til kontrakt."</i>	22. oktober	
1.4	Vedr. 17.2 Nr. 4 (Oplysninger om årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter for de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver vedlægger f.eks. police eller andet bevis på forsikring). Dette punkt hænger ikke sammen og bør rettes.	Der ønskes oplysninger om årsomsætning. Det er en fejl, når der står, at tilbudsgiver skal vedlægge fx police eller andet bevis på forsikring.	22. oktober	

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -4

	I beder om omsætning og vil have vedlagt police!			
1.5	Vedr. 17.2 Nr. 4 I bedes specificere hvad i ønsker i dette punkt.	Der ønskes oplysninger om årsomsætning. Det er en fejl, når der står, at tilbudsgiver skal vedlægge fx police eller andet bevis på forsikring.	23. oktober	

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	1.11 Tilbudsgiver sørger for tilslutning af el, luft, damp m.v. til de i mindstekrav Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. oplyste tilslutningspunkter. Her menes vel ordregiver og ikke tilbudsgiver?	I punkt 1.11 skal "tilbudsgiver" ændres til "ordregiver", således at det er ordregiver, der sørger for tilslutning af el, luft mv.	22. oktober	
2.2	5.1 Option for minimum 3 kamre med dobbeltkappe, påmonteret med dampventiler, af hensyn til sikring af termisk desinfektion. Er det med henblik opvarmning i skyllezonen?	Ja, det kan bekræftes, at optionen er indsat med henblik på opvarmning i skyllezonen.	22. oktober	
2.3	5.1 I bedes uddybe hvad der menes med option 5.1	Option 5.1 er med henblik på at kunne opvarme i skyllezonen.	23. oktober	
2.4	1.4 I bedes udspecificere hvilke	Kommunikation skal være forberedt for dataudveksling, ind og	23. oktober	

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	krav der stilles for at kommunikere med Brodthagen-styringen ?	udgangssignaler via Ethernet til vore eksisterende Omron styring.		
2.5	1.6 I bedes udspecificere omfanget af den ønskede PH-måling ?	Der skal minimum være mulighed for prøveudtagning ved alle dobbeltkamre.	23. oktober	
2.6	1.8 I bedes udspecificere omfanget af den ønskede dokumentation.	Der skal minimum være muligt at dokumentere temperatur, termisk desinfektion og vandniveau.	23. oktober	

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 14

4.1				
4.2				