

Spørgsmål og svar  
EU-udbud 2015/S 093-166849  
Projekt 14796

DNA oprensingsudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer

<b>Spørgsmål og svar 1 af 12. juni 2015</b>	
<b>1.</b>	<p><u>Skejby:</u> Paragraf 12.5.1 : I tilfælde af Leverandørens forsinkelse i forhold til Afleveringsterminen betaler Leverandøren en dagbod på 2 % af Kontraktsummen hhv. den aftalte Kontraktsum for yderligere udstyr, jf. pkt. 10. I tilfælde af at Leverandøren overskrider den aftalte Afleveringstermin, jf. pkt. 12.1, med mere end 30 Dage, forhøjes dagboden fra den 31. dag og frem til aflevering til 4 % af Kontraktsummen hhv. den aftalte Kontraktsum for yderligere udstyr, jf. pkt. 10. Bod for forsinkelse kan ikke overstige et beløb svarende til kontraktsummen i henhold til nærværende kontrakt med tillæg af den aftalte kontraktsum for yderligere udstyr jf. pkt. 10.</p> <p><u>Vores forslag:</u> En kompensation uden loft er svær for os at acceptere pga. forskellige finansielle hensyn. Vi vil derfor foreslå en kompensation på 1% af den samlede kontrakt per uge's forsinkelse, dog max 10% af den samlede kontrakts værdi. Hvorledes forholder I jer til det?</p>
	<p><b>SVAR:</b> Der er loft på kompensationen. Bod kan på intet tidspunkt overstige kontraktsummen. Det bemærkes, at loftet skal ses samlet ift. både forsinkelse, opetidsgaranti med videre. Kravet fastholdes.</p>
<b>2</b>	<p><u>Skejby:</u> Paragraf 16.5: Leverandøren garanterer en on-site responstid på maksimalt 72 timer regnet fra servicekald til afhjælpning af kvalificeret servicetekniker er påbegyndt on-site. Responstiden beregnes inden for Regionens normale produktions åbningstid, som er mandag-fredag kl. 8.00-16.00. I tilfælde af at on-site responstiden overskrides, betaler Leverandøren en bod på 2 % af Kontraktsummen pr. time, den garanterede responstid er overskredet.</p> <p><u>Vores forslag:</u> En kompensation uden loft er svær for os at acceptere pga. forskellige finansielle hensyn. Vi vil derfor foreslå en kompensation på max Kr. 3.725 per dag, og max Kr. 18.625 per kvartal. Hvorledes forholder I jer til det?</p>
	<p><b>SVAR:</b> Se svar i pkt. 1. Kravet fastholdes</p>
<b>3</b>	<p><u>Skejby:</u> Paragraf 17. I ønsker en opetid på 95 % og I har også beskrevet hvorledes I ønsker dette beregnet. Se venligst nedenstående eksempel på hvorledes vi forstår det;</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Antal arbejdsdage per år =200 dage. b. Antal arbejdsdag per kvartal = 200/4 = 50 dage. c. Så aftalt driftstid er 50 dage, i tilfælde</p>
	<p><b>SVAR:</b></p> <p><b>Beregningseksempel:</b></p> <p><b>Udstyret er nede i 4 hele dage i træk i perioden 1. august 2015 – 30. november 2015 begge dage incl.</b></p> <p><b>Arbejdsdage i perioden:</b></p> <p><b>22 dage i august</b></p> <p><b>22 dage i september</b></p>

<p>af, at der ikke er planlagt vedligehold i dette kvartal.</p> <p>d. Forstil Jer venligst at instrumentet er ude af drift mandag morgen på grund af en mekanisk fejl.</p> <p>e. Skejby melder det ind til det relevante firma med det samme.</p> <p>f. Service møder op onsdag eftermiddag (altså inden for de 72 timer)</p> <p>g. Instrumentet bliver repareret, men det er først færdig torsdag eftermiddag.</p> <p>h. Skejby er oppe at køre igen fredag morgen.</p> <p>i. Instrumentet har været nede i fire dage (man-tors)</p> <p>j. Oppetid beregnet i det kvartal er <math>46/50 = 92\%</math></p> <p>Ifølge paragraf 17, er Skejby nu berettiget til 3 måneders ekstra garanti, samt <math>3 \times 0.2\%</math> (0.6%) af den samlede kontrakt.</p> <p>Har vi forstået rigtigt, at dette er Jeres forslag til kontrakten ?</p> <p>Hvis det forholder sig sådan, synes vi, at dette er en høj kompensation, og vi vil gerne vide om I ser andre muligheder her.</p>	<p><b>21 dage i oktober</b>  <b>Total antal arbejdsdage: 65 dage svarende til 520 timer</b></p> <p><b>Driftsforudsætning:</b>  <b>Åbningstid 07.00 – 15.00 på alle hverdage.</b>  <b>4 dage udgør således 32 timers nedetid.</b></p> <p><b>Oppetidberegning:</b></p> <p><b><math>520 \text{ (timer i perioden)} - 32 \text{ (timers nedetid)} \times 100 \%</math></b>  <b>= 93,85 % Oppetid</b>  <b>520 (timer)</b></p> <p><b>Denne oppetid udløser en ny prøveperiode på 3 mdr. Såfremt oppetiden opretholdes (95 %) i den nye prøveperiode, forlænges garantien således med 3 måneder.</b></p> <p><b>Bodsberegning:</b>  <b><math>95 \% - 93,85 \% = 1,15 \times 2 \text{ ‰}</math> af købssummen</b></p> <p><b>Det bemærkes at oppetiden beregnes i timer og ikke i dage, hvilket skyldes at udstyret ikke nødvendigvis er ned hele dage.</b></p> <p><b>Ændring:</b>  <b>Regionen vil imødekomme spørgsmålet ved at ændre oppetiden fra de nuværende 95 % til 93 %.</b>  <b>Ændringen gælder for kontraktens pkt. 16,1 og 17.1, samt for Kontraktbilag 3.2 Serviceoptioner, niveau 3 og 4. Ændringerne foretages i materialet ved kontraktindgåelse.</b></p>
---	--