

**Spørgsmål og svar**  
**EU-udbud 2015/209-379086**  
**C-bue med faltapaneldetektor og monitorvogn**

---

| <b>Spørgsmål og svar 1 af 3/11-2015</b> |   |
|---|---|
| <b>1.</b>                               | <p>4.1.1 C-buen skal leveres med en flatpanel detektor på min. 30 cm × 30 cm. Skal det tolkes som FOV, eller udvendig størrelse på detektor? Kan dette krav ændres til C-buen skal leveres med en flatpanel detektor, med FOV på min. 26 cm × 26 cm.?</p> |

**Der er tale om størrelsen på det effektive detektorfelt. A-kravet fastholdes.**