

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1				
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN				
2.1		Der er lagt en ny version op med ændringer i : 1.31, 1.53, 1.66, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.98, 1.108, 1.124, 1.127 og 1.179.		18.08.2015
2.2	<u>Punkt 1.1</u> 1.94 og 1.95: Kan fortolkes modstridigt, 1.95 kan tolkes som om der ikke må være middleware.	Punkt 1.95 slettes. (Er nu krav 1.97)	19-08-2015	26-08-2015
2.3	<u>Punkt 1.2</u> 1.15 Hvilken krypterings standart kan anvendes til trådløst netværk, kan ikke læse det ud af kontrakt bilag 7. Vi køre WPA2 med AES til Mixer. Presser køre med LAN opkobling.	RM kører normalt WPA2/AES med x.509 certifikat logon til PC'er tilhørende OneRM domænet. Vi har forskellige muligheder, men den angivne er den der officielt foretrækkes.	19-08-2015	26-08-2015
2.4	<u>Punkt 1.3</u> 1.29: Vil det sige der skal fraktioneres 80 portioner fuldblod + 24 portioner Trombocyter, altså 104 portioner pr. time.	Ja, det er rigtigt.	19-08-2015	26-08-2015
2.5	<u>Punkt 1.4</u> 2.10: TRC filteret er et tørfilter, magen til det i har i dag, og primes tilsvarende, der er ikke	Det er korrekt. Der skal ikke være manuel priming.	19-08-2015	26-08-2015

	brug for manuel priming, det står Pressen for. Vi forstår ikke helt priming spørgsmålet.			
2.6	<p><u>Punkt 1.5</u> 1.114: Vil det sige at der skal være mulighed for at have 5-6 forskellige lot nummer i Regionen. EBA referencen laves i meget store antal poser. 2 forskellige Lot. er muligt at have i Regionen. 5-6 forskellige Lot. Kan ikke lade sig gøre, der er turn over i Regionen desværre ikke stor nok til. Der vil være EBA reference i Region syd, Midt og Nord hvis vi er så heldige at kan forsætte arbejdet.</p>	Det ændres til: Der skal være mulighed for at bestille 2 forskellige lotnumre på samme tid.	19-08-2015	26-08-2015
2.7	4.4 det er et mindste krav at der er GS1 strekkoder på yderemballagen.		21-08-2015	
2.8	1.127: Under dette punkt samt under punkt 9.1 i Udbudsbetingelserne står at prisen på blodposer skal omfatte leje af udstyr. Under punkt 1.7 i kontraktbilag 1 præciseres at leje af udstyr skal betales via pris på blodposer og trombocyttopbevaringsposer. Skal leje af udstyr betales via blodposer alene eller via alle tilbudte utensilier?		19-08-2015	
2.9	Ønskes der givet pris på tørposer? Hvis ja, hvor mange forbruges pr. år		19-08-2015	
2.10	<p>Er det teksten i Punkt 1.48, 1.51, 1.52 der er gældende som mindstekrav? I punkt 1.48 er der en henvisning til kontrakt bilag 7, hvor der på side 13 står: Leverandører, der kræver eget VLAN til deres udstyr, forventes selv at etablere dette fx. via en NAT firewall,</p>	<p>Punkt 1.48 - benyttes WiFi til kommunikation mellem det tilbudte udstyr skal det kunne anvende de eksisterende netværk set up, benyttes anden teknologi er kravet kun at der ikke benyttes 2,4 eller 5 GHz. punkt 1.51 - gælder kun hvis det tilbudte udstyr benytter WiFi</p>	19-08-2015	26-08-2015

	<p>som en del af leverancen samt stå for driften af samme.</p> <p>Regionen betragter denne firewall som grænsefladen til leverandørens udstyr og vil deltage aktivt ved fejlfinding på grænsefladen. Nødvendige porte og IP-adresser vil blive stillet til rådighed i samme omfang som ved direkte tilslutning til Regionens netværk.</p> <p>Baggrund for dette spørgsmål: Den tilbudte løsning kræver specifik valideret hardware og specifikke indstillinger af denne hardware og tilhørende software, som er en del af det komplette validerede, TUV godkendte og CE mærkede koncept. Ved at bryde denne validerede opsætning med forskellige hospitalsspecifikke konfigurationer, har vi som leverandør ingen kontrol eller sikkerhed over evt. konflikter, apparaternes funktion, samt data integritet imellem udstyr og data til feks. Prosang, hvilket ikke har været et ønsket scenarie under udviklingen af udstyret.</p>	<p>punkt 1.52 - gælder for udstyr der benytter regionens WiFi udstyr samt regionens LAN netværk. (gældende for kommunikationen mellem det tilbudte udstyr og den "opsamlings pc" der skal håndtere det tilbudte middleware). kommunikationen mellem "opsamlings pc" og LIS forgår naturligvis også via regionens LAN netværk, men hvis "opsamlings pc" er en standart pc er der ikke hindringer til kommunikation med LIS.</p>		
2.11	<p>1.96 og 1.97: Er begge punkter mindstekrav? Skal det forstås således, at hvis et af disse 2 krav opfyldes, kan der ses bort fra det andet, eller skal begge krav i både punkt 1.96 og punkt 1.97 kunne opfyldes?</p> <p>Baggrund for dette spørgsmål: Datafilen til Prosang oprettes af den tilbudte data opsamlingssoftware og udstyrsdata skal derfor via denne. Ellers er der ingen mulighed for kontrol om data er korrekt afleveret og med korrekt indhold. (Intern checksum kontrol).</p>	Se svar 2.2.	19-08-2015	
2.12	1.72. Skal det være muligt at indlæse tappenummer på yderligere prøvetagningsglas?	1.72. Nej. Tappenummer på yderligere prøvetagningsglas slettes	19-08-2015	26-08-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1		I ark Region Nordjylland er pos. 1. ændret fra 61.500 fuldblodsportioner til 24.000.		18.08.2015
-----	--	--	--	------------

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1		Nyt kontraktbilag 7 for Region Nordjylland med leveringsadresser		18.08.2015
4.2	I skulle vel ikke have "Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it-miljø" på engelsk.	Nej, den findes kun i dansk udgave.	06.08.2015	18.08.2015