

Spørgsmål og svar
EU-udbud 2015/S 028-046718
Udbud af blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer

Spørgsmål og svar (18/02-2015)		
1.	<p>Udbudsbetingelserne: Pkt. 3.6 Energiforhold. Vi kan ikke se at dette bilag findes i udbudsmaterialet.</p>	<p>Udbudsbilag 3.6 er nu uploaded.</p>
2.	<p>Kravsspecifikationen: Pkt. 1.C Hvorfor er afdelingerne Århus NB og Århus TH ikke medtaget?</p>	<p>Analysetal for Aarhus NB og Aarhus TH er indregnet i analysetallet for AUH Skejby pga. den forestående udflytning af hele AUH til Skejby. KIA Skejby vil fremadrettet overtage alle analyserne for AUH</p>
3.	<p>Validerings protokollen: Hvorfor er Microtitterplader ikke nævnt?</p>	<p>Valideringen vil kun omfatte søjleagglutinationskortene, da alle patientanalyser skal udføres i disse. Mikrotiterpladerne vil kun blive evalueret på baggrund af svarene i kravspecifikationen</p>
4.	<p>... der bliver henvist til nogle bilag jeg ikke kan finde. Det drejer sig om udbudsbilag 1, 3A og 3B. Skal vi blot bruge vores egne dokumenter her, eller er der et bestemt format i ønsker? Jeg går ud fra at Bilag 2 skal udgøres af vores dokumenter.</p>	<p>Udbudsbilag 1, 3A og 3B er vedlagt som de sidste sider i udbudsbetingelserne.</p> <p>Det er korrekt, at udbudsbilag 2A og 2B udgøres af tilbudsgivers egne dokumenter.</p> <p>Hvad angår udbudsbilag 2C, benyttes ordregivers skema.</p> <p>For udbudsbilag 2D, 2E og 2F gælder det, at tilbudsgiver kan anvende ordregivers bilag.</p> <p>Med hensyn til kontraktbilag 2, aftalekonfiguration, udarbejdes dette dokument først når der skrives kontrakt. Dette laves på baggrund af den tilbudte tilbudskonfiguration.</p>
5.	<p>Jeg har kort gennemgået alle dokumenter, og det ser ud som om der er noget galt med excel arket i: Udbudsmateriale/Udbudsbetingelser og</p>	<p>I bilaget ønsker ordregiver en analysepris pr. analyseresultat, på baggrund af det i "Kontraktbilag 1 – kravspecifikation" oplyste forbrug.</p>

	bilag/Løsning 1 delaftale 2/ kontraktbilag 3.5 – i fanebladet "Analysepris". (Man kan ikke se hvad der ønskes pris på.)	Ordregiver har for en god ordens skyld lavet et eksempel på hvordan arket skal udfyldes. Se dokument: "Kontraktbilag 3 5 Forbrugsvarer – EKSEMPEL"
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		