

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	<p><b>Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste</b></p> <p>Af konkurrencemæssige hensyn bør/kan der ikke opgives antal/beløb, som leveres til specifikke private hospitaler i DK. Vores øvrige kunder modsætter sig at vi informerer om disse tal til bl.a. brugergruppen, som anses for at være konkurrenter på det private marked. Vi foreslår at det ændres til at Leverandør skal informere om Antal implantater til "Øvrige offentlige hospitaler", "Private aktører i Danmark" samt "Private aktører i andre lande". Hermed får Ordregiver den ønskede viden om hvorvidt Leverandør er i stand til at håndtere opgaven. Eller kan kalde kunderne for A – B – C etc.?</p>	<p>Ordregiver finder det relevant at få oplysningerne, men disse oplysninger vurderes af den udbudsansvarlige indkøber, og ikke af brugergruppen. Tilbudsgiver vælger selv hvilke referencer der oplyses indenfor de seneste 3 år, men der skal anføres leveringssted og kontaktperson. Størrelsesordenen af leverancerne kan opgives i enten beløb eller antal.</p> <p>Ordregiver bruger oplysningerne til at vurdere om virksomheden vil være i stand til at løfte en opgave af det omfang der er udbudt, og det er derfor vigtigt at oplysningerne afgives. Selve egnethedsvurderingen foretages af den udbudsansvarlige indkøber og ikke af brugergruppen.</p> <p>Det vil ikke være acceptabelt at skrive "Øvrige offentlige hospitaler" eller andre former for anonyme angivelser.</p>	13-04-2015	15-04-2015
1.2	<p><b>Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste</b></p> <p>Det er helt fint og korrekt at den udbudsansvarlige indkøber vurderer oplysningerne, men iht. Udbudsbetingelser pkt. 7, Afgivelse af tilbud, så skal alt materiale inkl. alle USB stik indeholde ALLE informationer dvs. at konkurrenceparametre videregives til alle i brugergruppen.</p>	<p>Ordregiver stiller krav om at der afleveres én USB nøgle med det fulde tilbud med alle bilag, men vil sætte stor pris på hvis der afleveres fire ekstra USB nøgler.</p> <p>Det ville være tilstrækkeligt, hvis de fire ekstra USB nøgler indeholdte kravspecifikationen med bilag samt kontraktbilag 3, 9 og 11, da det kun er disse brugergruppen skal evaluere – resten vil blive evalueret af den udbudsansvarlige indkøber.</p> <p>Såfremt de fire ekstra USB nøgler indeholder det samlede</p>	16-04-2015	22-04-2015

## 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG

		tilbud med alle bilag, vil bilag/dokumenter som ikke vedrører brugergruppen, blive fjernet før de afleveres til dem.		
	<b>Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste</b>  Hvordan skal afleveringstidspunkt udfyldes, når det er over en periode på 3 år?	Så skrives der eksempelvis "januar 2011 til marts 2014".	20-04-2015	22-04-2015

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

<b>2.1</b>	<b>Mindstekrav om dansk patientmateriale.</b>  Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?	Det er korrekt forstået. Regionerne laver også deres eget patientmateriale, så det vil primært fungere som et supplement.	12-04-2015	15-04-2015
<b>2.2</b>	<b>Delaftale 1, Runde implantater, MK 2.1</b>  Sortimentskrav på runde implantater 100-500cc. Betyder det at et sortiment fra 110-800 med 70 forskellige muligheder diskvalificerer en leverandør?	Ordregiver anvender implantater helt ned til 80ml til rekonstruktioner, og det er derfor et mindstekrav at der kan leveres implantater ned til 100ml.  Kravet fastholdes.	12-04-2015	15-04-2015
<b>2.3</b>	<b>Delaftale 3, Temporære ekspandere, MK 1.9</b>  Mindstekrav om overekspansion på min 10%: hvorfor ønskes en overekspansion, når man kan få ekspandere, som passer præcist til	Da det kan være vanskeligt på forhånd at bedømme hvilke størrelse der skal anvendes til det permanente implantat. Ved at anvende en ekspander som kan overekspanderes, undgår man at skulle skifte til en anden størrelse, hvis det viser sig at den skulle have været større.  Der kan ikke gives tilbud på delaftalen på ekspandere, som	12-04-2015	15-04-2015

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	sortimentet af blivende implantater? Og betyder det, at en leverandør kan blive ekskluderet på et sådant grundlag?	ikke kan overekspanderes. Kravet fastholdes.		
<b>2.4</b>	<b>Delaftale 4, Sizere, MK 1.5</b>  Hvad er begrundelsen for ønsket om en sizer, som påfyldes uden krav om facon?	Der ønskes en sizer som kan fyldes med vand eller luft, da det kræver et mindre indgreb at få den tomme sizer ind, end det gør at få et fyldt implantat ind. Det kræver desuden væsentligt mindre lagerbeholdning.  Der er ikke stillet krav om facon, da der ønskes både runde og anatomisk formede sizere.  <b>NB: Der udsendes ændringsbekendtgørelse, og uploades rettelsesblad og en ny tilbudsliste, hvor det er muligt at tilbyde forskellige priser for hhv. runde og anatomisk formede sizere.</b>	12-04-2015	15-04-2015
<b>2.5</b>	<b>Delaftale 4, Sizere, MK 1.6</b>  Hvad er begrundelsen for ønsket om en overekspansion?	Hele idéen med en sizer, er at bedømme hvilke størrelse der skal anvendes til det permanente implantat. Ved at anvende en sizer som kan overekspanderes, undgår man at skulle skifte til en anden størrelse sizer, hvis det viser sig at den skulle have været større.	12-04-2015	15-04-2015
<b>2.6</b>	<b>Delaftale 4, Sizere</b>  Er ønsket omkring sizers, at de er engangssizers?	Sizerner vil ikke blive genanvendt, men de behøver ikke være engangssizere.	12-04-2015	15-04-2015
<b>2.7</b>	<b>Delaftale 4, Sizere</b>  Ønskes et tilbud på resteriliserbare sizers?	Sizerner må gerne være resteriliserbare, men de vil blive anvendt som engangssizere, da der ikke benyttes resterilisering af sizere.	12-04-2015	15-04-2015

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

<b>2.8</b>	<b>Mindstekrav generelt</b>  Skal det forstås sådan, at medmindre der udtrykkeligt står, at der skal vedlægges dokumentation, skal der ikke vedlægges noget?	Det er korrekt.	10-04-2015 - <i>Informations- mødet</i>	15-04-2015
<b>2.9</b>	<b>Dokumentation generelt</b>  Må dokumentation være på engelsk?	Ja.	10-04-2015 - <i>Informations- mødet</i>	15-04-2015

## 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

<b>3.1</b>	<b>Delaftale 2, Anatomisk formede implantater</b>  Ønsker I et samlet tilbud på anatomiske implantater, selvom en leverandør har 2 forskellige anatomiske modeller?	Det er lidt uklart hvad der spørges om, men der kan tilbydes én pris for implantater under 500ml og én pris for implantater over 500ml. Det er ikke muligt at byde ind med forskellige priser for forskellige fastheder. Der må gerne tilbydes forskellige fastheder, men de skal I så fald tilbydes til samme pris.	12-04-2015	15-04-2015
<b>3.2</b>	<b>Delaftale 1, Runde implantater</b>  Er det rigtigt forstået at der kun ønskes implantater op til 500ml? Det er vores opfattelse at der anvendes runde implantater over 500 ml.	Det er rigtigt forstået. Ordregiver har vurderet at behovet for runde implantater over 500ml er så begrænset, at det ikke medtages.	10-04-2015 - <i>Informations- mødet</i>	15-04-2015

### 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

<b>3.3</b>	<b>Delaftale 4, Sizere</b>  Hvilken form af sizere ønskes der tilbud på? Kan man tilbyde både runde og anatomisk formede implantater, og kan man i så fald tilbyde dem til forskellige priser?	Der ønskes tilbud på både anatomisk formede sizere og runde sizere.  <b>NB: Der udsendes ændringsbekendtgørelse, og uploades rettelsesblad og en ny tilbudsliste, hvor det er muligt at tilbyde forskellige priser for hhv. runde og anatomisk formede sizere.</b>	10-04-2015 - <i>Informations-</i> <i>mødet</i>	15-04-2015
------------	--	--	--	------------

### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 11

<b>4.1</b>	<b>Udkast til kontrakt, pkt 8.2.1, Prisregulering</b>  Prisregulering kan kun ske med dokumenteret ændring i vores omkostninger. Ønsker regionen bevis for ændringer i løn, fragtpriser, strøm og el-priser, forsikringspriser, værkstedsregning, husleje etc? Det er jo ikke sikkert at varerne stiger i pris, men det gør alle andre omkostninger i samfundet og der står udtrykkeligt at en ændring fra Nettoprisindexet ikke er tilstrækkelig dokumentation.	Det er korrekt.  Hvis en leverandør ønsker at lave prisstigninger, kan dette kun ske, såfremt leverandøren kan dokumentere at der har været ændringer i de omkostninger virksomheden har, og disse må ikke være højere end nettoprisindekset.  Hvis tilbudsgiver mener at kravet er meget byrdefuldt, opfordres de til at meddele det i spørgsmål/svar perioden.	13-04-2015	15-04-2015
<b>4.2</b>	<b>Udkast til kontrakt, pkt 3.1, Omdfang</b>  Hvor stor en andel af forbrug kan udlægges til andre leverandører udenfor kontrakt?	Andre leverandører vil blive anvendt i det omfang det af patienthensyn, vurderes nødvendigt under et lægefagligt skøn.  Ordregiver ønsker ikke at angive en bestemt andel, da det beror på den enkelte patients behov, men køb udenfor aftale, skal være at se som undtagelser.	13-04-2015	15-04-2015

**4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 11**

--	--	--	--	--

**ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL**