

**1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -5**

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1				
1.2				

**2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN**

2.1	pkt. 1.1.3 Vil det være ok hvis vi havde en maskine som fylder 140cm, men som til gengæld har plads til 4 endoskoper på en gang pr proces?	Mindstekravet fastholdes i sin nuværende form.	25.11.2015	1.12.2015
2.2				

**3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE**

3.1				
3.2				

**4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 9**

4.1	I kontraktbilag 8 "installationsplan for DNU" fremgår det, at der leveres et drifttryk på medicinsk lufttryk på ca. 4 bar. Vor maskine opererer af hygiejnehensyn	Driftstrykket er i kontraktbilag 8 angivet til ca. 4 bar. Det præciseres at dette kan justeres til tilbudsgivers tilbudte maskine op til maksimalt 7 bar.	25.11.2015	1.12.2015
-----	---	---	------------	-----------

#### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 9

	med 5 bar tryk. Vil det kunne leveres? typisk har afdelingerne knap 6 bar tryk fremført!			
<b>4.2</b>	Vil det være muligt at få fremsendt målfaste tegninger over lokale/lokaler på DNU hvor skyllerum tænkes indrettet?	Nej, det vil ikke være muligt at få fremsendt målfaste tegninger i forbindelse med udbudsprocessen.	25.11.2015	1.12.2015
<b>4.3</b>				