

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Jeg hæfter mig ved at der er afleveringsfrist d. 10.04.15. Er der ikke en minimumsperiode på 40 dage til at lave et tilbud? Jeg læser at udbuddet blev offentliggjort i behørig tid d. 27.02., men materialet var ikke tilgængeligt til gennemlæsning før d. 04.03., som vel er under de 40 dage. Kunne der være mulighed for at forlænge fristen i et par dage?	<p>Fristen på de 40 dage regnes fra dagen efter den dag, hvor udbudsbekendtgørelsen blev <i>afsendt</i> til EU-tidende. Hvis udbudsbekendtgørelsen blev afsendt den 27. februar er den første dag, altså den 28. februar, den anden dag den 1. marts osv.</p> <p>Ovenstående gælder uanset, om udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet først offentliggøres senere.</p> <p>Der er talt efter og den angivne tilbudsfrist giver en tilbudsperiode på 41 dage.</p> <p>Da tilbudsfristen opfylder kravet, vil den ikke blive forlænget.</p>	09.03.2015	11.03.2015
1.2				
1.3				

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN				
2.1	Kan I oplyse om respiratoren skal kunne ventilere både børn og voksne? I så fald hvad er den nedre vægtgrænse?	Vi beder ikke om vægtgrænse, men nedre Tidalvolumen 100 ml.	12.03.2015	18.03.2015

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

<b>2.2</b>	Med henvisning til kravspecifikation punkt 1.4 "Det tilbudte apparat skal kunne tillade afcuffet ventilation i såvel tryk- som volumenstyret / støttet modus". Med henvisning til at udbudet ikke tydeligt er afgrænset til invasiv respiration, stilles følgende spørgsmål: Kan det bekræftes at Regionen beder om tilbud på en respirator der er egnet til såvel invasiv som noninvasivt brug?	Vi beder kun om en respirator til invasivt brug, men som vi ventilerer rutinemæssigt patienter med invasiv ventilation i afcuffet modus.	12.03.2015	18.03.2015
<b>2.3</b>	I kravspecifikationen, punkt 1.34 har I udbedt jer at "det tilbudte apparat skal have en hændelseslog med minimum en dags detaljerede kurver og statistik et år tilbage". Kan I uddybe, hvad der menes med at have en detaljeret kurve på en hændelse?	De vil variere fra producent til producent, men tryk, volumet, frekvens, læk etc. kan indgå.	12.03.2015	18.03.2015
<b>2.4</b>	I kravspecifikationen, punkt 1.52 ønsker I at få beskrevet, hvordan det tilbudte apparat kan ventilere under flyvning. Kan I uddybe hvad I ønsker at vide?	Vi ønsker at vide om respiratoren kan ventilere på samme måde under flyvning som den normalt ventilerer på jorden? Ligeledes ønsker vi at vide, om respiratoren kan forblive tændt under hele flyveturen uden at være til gene for flysikkerheden (vil flyselskaberne kræve respiratoren slukket under flyvning?)	12.03.2015	18.03.2015
<b>2.5</b>	I kravspecifikationen, punkt 1.56 ønsker I at det tilbudte apparat skal have mulighed for	Omformulering er i orden. Punkt 1.56 i kravspecifikationen	12.03.2015	18.03.2015

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	at benytte et ventilløst system. At anvende en respirator uden ekspirationsventil er ikke CE-godkendt, hvilket I kræver i punkt 1.1. i kravspecifikationen, at alle produkter skal være mærket med. Kan I overveje at omformulere spørgsmålet til at "det vægtes positivt hvis det tilbudte apparat kan tillade en god talefunktion"?"	ændres til: "Det vægtes positivt, hvis det tilbudte apparat kan tillade en god talefunktion. Beskriv dette."		
--	--	--	--	--

## 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				
3.3				

## 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1				
4.2				
4.3				