

Spørgsmål og svar
EU-udbud 2014S 200-352770
Udbud af rammesaftale til på udstyr til immunhistokemisk farvning af vævssnit med tilhørende detektionskit

Spørgsmål og svar (12/11-2014)		
1.	3.17: Hvad menes med stregkoder på firmaafhængige reagenser?	<p>(Ordregiver går ud fra, at spørgsmålet handler om Kontraktbilag 1, kravspecifikationens pkt. 3.1.17.)</p> <p>Med dette menes der, at ordregiver ønsker et system, som kan læse stregkoder på reagenser fra andre firmaer.</p>
2.	7.1.3: Hvad menes med: Ved automatiske skift - Oplys tid for tilstandsskift. Denne tid bør være programbar, beskriv mulighederne.	<p>Der menes hvor lang tid der går mellem de forskellige tilstande specificerede i Kontraktbilag 3.6, energiforhold (Forudsat at tilstandsskiftene foregår automatisk). F.eks. automatisk skift fra "Kørsel" til "Standby".</p>
3.	1.2.11: Uddybning ønskes på: Der bør være digitalt certifikat (maskin) samt validering heraf dette enten EAP eller LEAP protokollen, (Redegør for certificering og validering heraf)	<p>Der menes hermed, om der mulighed for at installere digitale certifikater på udstyret f.eks. Verisign eller lignende.</p>
4.	<p>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 3.1.9 – B-krav:</p> <p>Hvorfor er håndtering af CPR nummer relevant, når det ikke på noget tidspunkt anvendes som søgekriterium? Derudover er der hensynet til patienten dvs. dataregistertilsyn som skal være opfyldt.</p> <p>OBS: Ændringen er skrevet ind i "Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer".</p>	<p>Det er rigtigt at CPR nummer som søgekriterium ikke anvendes mere, og det slettes derfor fra punkt 3.1.9 i kravspecifikationen. Herved bliver pkt. 3.1.9 ændret fra:</p> <p><i>" Det ønskes at det tilbudte udstyr kan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • anvende dansk datoformat (dd.mm.åå). • håndtere ISO-latin karaktersæt omfattende danske karakterer æ, ø, å, • anvende dansk CPR-nummer inkl. bindestreg som aktivt søgekriterium." <p>til</p> <p><i>" Det ønskes at det tilbudte udstyr kan:</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> • anvende dansk datoformat (dd.mm.åå). • håndtere ISO-latin karaktersæt omfattende danske karakterer æ, ø, å
5.	<p>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 3.1.15 – B-krav:</p> <p>Hvad menes der med processtrin? Og hvad præcis ønskes beskrevet?</p>	<p>Med procestrin menes, for eksempel, hvor mange klik man skal anvende for at komme fra softwarens hovedmenu til informationsgivende oplysninger. Softwarens opbygning og navigation heri ønskes beskrevet.</p>
6.	<p>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 3.1.18 – B-krav:</p> <p>Hvordan ønsker I bedømmelse for farvningskvaliteten præsenteret? kræver det en komplet liste af samtlige antistoffer der har opnået "good/excellent"? eller er det nok at henvise til NordiQC´s hjemmeside?</p>	<p>Ordregiver ønsker en komplet liste.</p>
7.	<p>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 3.1.19 – B-krav:</p> <p>Hvorfor er antallet af forskellige glastyper afgørende bør det ikke i stedet for være kvaliteten der er afgørende?</p>	<p>Formuleringen i punkt 3.1.19 bibeholdes.</p> <p>Der ønskes et åbent system som kan anvende forskellige glastyper, også fra forskellige leverandører.</p>
8.	<p>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 5.1.3 – B-krav:</p> <p>... Niveauer over 50dB ønskes ikke installeret uden støjreducerende tiltag fra tilbudsgiver. Vi antager at CE/IVD skal være indtakt, hvilket ikke er muligt hvis vi modificerer vores løsning. Er det rigtig forstået at instrumenterne skal stå i et "maskinrum" dvs. et rum hvor medarbejderne ikke arbejder kontinuerligt?</p>	<p>Mærkninger og standarder skal være indtakt.</p> <p>Da der er tale om en rammeaftale til mange forskellige hospitaler, vil dette afhænge af det enkelte installationssted.</p>
9.	<p>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 6.1.2 – B-krav:</p> <p>For det tilfælde, at det er muligt at anvende jeres egne centrale trykluftsystem - vil I da se bort fra</p>	<p>Samme som i spørgsmål 8, mærkning og standarder skal være indtakt.</p>

	kravet om CE/IVD? Det er således, at hvis man ændre konstruktionen på udstyres, da vil det ikke længere være CE godkendt.	
10.	Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationer, punkt 7.1.3 – B-krav: Hvad menes med automatisk skift - oplys tid for tilstandsskift? Beskriv venligst eksempler på dette.	Se svar på spørgsmål 2.
11.	Kontraktbilag 3.5 – Forbrugsvarer Her ønskes en pris for 120.000 detektionskit. De 120.000 er det udelukkende test til Aarhus?	Nej, der er ikke tale om 120.000 detektionskits til AUH. Der er tale om et samlet estimatet på 120.000 analyser(glas) per år for det udstyr som ordregiver indkøber på rammeaftalen hos de leverandører som måtte komme på rammeaftalen. På den baggrund ønskes en pris på detektionskit samt en pris for den enkelte analyse(glas).
12.	Kontraktudkast - 14.2 Applikationstræning, andet afsnit Bør udgå da vi ikke træner patienter og ændres for at matche den udbudte leverance. OBS: Ændringen er skrevet ind i kontraktudkastet.	"... med patienter..." slettes så sætningen ændres fra: "Applikationstræningen omfatter træning med patienter, således at deltagerne kan:..." til "Applikationstræningen omfatter træning, således at deltagerne kan:..."
13.	Bilag 2 mangler, er det en fejl?	Bilag 2 kan først udfærdiges ved kontraktskrivning, hvorfor den ikke er uploaded.
14.	Udbudsbetingelser 1.17.3: styk 4e , hvilke laboratorier drejer det sig om? OBS: Ændringen er skrevet ind i udbudsbetingelserne.	Da der udbydes en rammeaftale er det ikke på forhånd muligt, at specificere installationsstederne. Derfor ændres første del af afsnit 1.17.3 B-krav i udbudsbetingelserne fra: " For hvert installationssted på

leveringsplanen i kontraktbilag 4 er der udarbejdet et sæt B-krav (konkurrencekrav), der indgår i tilbudsevalueringen jf. pkt. 1.22.

Opfyldelsen af B-krav vil i nogle tilfælde helt eller delvist kunne ske med de hardware- og softwarekomponenter, der betinges af A-kravene, og som derfor udgør tilbudskonfigurationen.

I andre tilfælde vil opfyldelsen eller mer-opfyldelsen af B-krav forudsætte hardware- og softwarekomponenter ud over tilbudskonfigurationen. Disse hardware- og softwarekomponenter udgør "udstyrsoptioner".

Tilbudsgiver forventes i kontraktbilag 1 for hvert installationssted fyldestgørende at besvare om og hvorledes alle B-krav opfyldes samt vedlægge de i kravspecifikationen i kontraktbilag 1 efterspurgte diagrammer og tegningsmateriale..."

til

" Der udarbejdes et sæt B-krav for hele rammeaftalen (konkurrencekrav), der indgår i tilbudsevalueringen jf. pkt. 1.22.

Opfyldelsen af B-krav vil i nogle tilfælde helt eller delvist kunne ske med de hardware- og softwarekomponenter, der betinges af A-kravene, og som derfor udgør tilbudskonfigurationen.

I andre tilfælde vil opfyldelsen eller mer-opfyldelsen af B-krav forudsætte hardware- og softwarekomponenter ud over tilbudskonfigurationen. Disse

		<p>hardware- og softwarekomponenter udgør "udstyrsoptioner".</p> <p>Tilbudsgiver forventes i kontraktbilag 1 for rammeaftalen fyldestgørende at besvare om og hvorledes alle B-krav opfyldes samt vedlægge de i kravspecifikationen i kontraktbilag 1..."</p>
15.	1.2.7 – 1.2.13 Hvis kravet opfyldes skal stadig beskrives?	<p>Ja.</p> <p>(Ordregiver går ud fra, at der henvises til Kontraktbilag 1 – ark 2, IT tekniske-krav)</p>
Spørgsmål og svar (20/11-2014)		
16.	<p>Kontraktbilag 1- Kravspecifikationer – 3.1.17</p> <p>Beskriv venligst hvorfor det er relevant at kunne håndtere stregkoder på firmauafhængige reagenser? Hvis man anvender firmauafhængige reagenser som f.eks. antistoffer, da vil man anvende prep-kit til dette.</p>	<p>Det skyldes et ønske om et så åbent system som muligt.</p> <p>B-kravet bibeholdes derfor.</p>
Spørgsmål og svar (27/11-2014)		
17.	<p>Kontraktbilag 3, 3.1 - Tilbudskonfiguration:</p> <p>Er samlede pris ment som 1 stk. udstyr, 13 stk. udstyr eller antal udstyr der kan udføre 120.000 glas pr. år</p>	<p>Ordregiver præcisere at der ved udfyldelse af Kontraktbilag 3, 3.1 – Tilbudskonfigurationen, alene skal angives en pris for et enkelt stykke udstyr.</p> <p>Mht. til de 120.000 glas pr. år, se svar på spørgsmål 11.</p>