

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Hvordan skal "et repræsentativt udsnit" forstås? Ønsker Regionen selv at fremsende liste over ønskede vare linjer i de 4 delaftaler, eller er det op til tilbudsgiver at bestemme disse?	Til produktpræsentationen er det tilbudsgivers ansvar, at give brugergruppen fyldestgørende informationer i forhold til tildelingskriterierne. Såfremt der ikke er vareprøver, vil beskrivelsen i kravspecifikationen anvendes som kilde. Regionen vil inden en eventuel afprøvning sende en detaljeret liste over vareprøver hertil.	11-03-2015	19-03-2015
1.2	Udbudsbilag 3: Der kan kun skrives i øverste linje i skemaet. Vil udbyder fremsende ny formaterbar fil?	En ny version er uploadet, så det burde være muligt nu. Se rettelsesblad 1	11-03-2015	18-03-2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN				
2.1	Delaftale 1, 2 og 3: Hvad menes med passiv sikring?	<p>Der skelnes mellem »aktive instrumenter«, som kræver en aktiv handling for at sikkerhedsmekanismen bliver udløst, og »passive instrumenter« hvor sikkerhedsmekanismen udløses automatisk under brug.</p> <p>Der findes en række kanyler med såvel aktive som passive sikkerhedsmekanismer. Eksempler på aktiv udløsning kan være et skjold, der kan skydes ud over kanylen efter brug, eller en påsat hætte, der kan trykkes på plads over kanylen ved tryk mod et underlag. Blandt de passivt udløste er kanyler til blodprøvetagning, hvor der automatisk presses en stump, hul inderkanyle frem, når blodprøveglasset trykkes ind i vakuumbeholderen, således at kanylen bliver stump, allerede mens den er i åren. Et andet</p>	11-03-2015	19-03-2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

		eksempel er sprøjter, hvor kanylen springer tilbage i sprøjten, når stemplet trykkes i bund. Sikkerhedsanordningen udløses passivt, det vil sige, at brugeren ikke aktivt skal udløse mekanismen. Hvor brugeraktivering er nødvendig, skal sikkerhedsanordningen kunne aktiveres med enhåndsteknik og tillade, at hænderne konstant befinder sig bag kanylespidsen/knivsbladet.		
2.2	Delaftale 2 Kunne man forstilles sig brugergruppen vil dele aftalen op i 2 – pos 2.5 og 2.6 i en aftale og 2.3, 2.4, 2.7-2.10 i en anden aftale.	Nej, det er man ikke interesseret i, da vi gerne vil have samme leverandør på hele delaftalen.	12-03-2015	19-03-2015
2.3	Delaftale 2 Vil I uddybe hvad der menes med Adaptor med luer konnektor Pos 2.11 Vil I uddybe hvad der menes med Holder med luer konnektor Pos 2.12	Adaptor med luer konnektor er en løs adaptor med bagkanyle, der kan sættes på en holder i den ene ende og fx. En sommerfugl i den anden ende. En Holder med luer konnektor er en holder, hvor luer adaptoren med bagkanylen er fastmonteret på holderen.	12-03-2015	19-03-2015
2.4	Delaftale – Rør. Pkt. 3.19 - MK Regionen beder om at man oplyser maksimumskrav til belastning til centrifugering i forhold til 1) tid, 2) antal samt 3) Temperatur. Kan Regionerne uddybe spørgsmålet? Er det i svaret muligt at angive svaret i et interval og dermed vise både minimums- og maksimumsbelastning?	Det vil være fint, at oplyse et interval for både tid, antal og temperatur.	19-03-2015	19-03-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1	Delaftale 4: Der er uoverensstemmelse mellem farvekoden for 23G - denne er markeret med grøn?	Dette er korrekt. Farvekoden er nu ændret til blå i stedet. Se rettelsesblad 1	11-03-2015	18-03-2015
3.2	Delaftale 1, 2 og 4: Her opdeler regionen i sikkerhed/ikke sikkerhed. Som følge af EU direktiv 2010/32/EU vedtaget til implementering 11/5 – 2013 fremstilles de fleste nåle/præmonterede	Nej. Enkelte afdelinger i regionen ønsker mulighed for at benytte produkter uden sikkerhed – ud fra den antagelse, at sikkerhedsprodukter er dyrere.	11-03-2015	19-03-2015

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

	sæt/sommerfugle med sikkerhed. Er det i orden at tilbyde sikkerhedsanordning i linjer hvor der ikke fra regionens side ønskes sikkerhedsprodukter – og så er det op til den enkelte bruger om de vil anvende sikkerhedsanordningen eller ej?			
3.3	Delaft. 1, Pos. 1.1. Regionen beder om Kanyle præ-monteret med holder, men UDEN sikkerhedsanordning. Vil Regionen overveje, at ændre kravet til ENTEN at sammenlægge position 1.1 og 1.2 med JA til sikkerhedsanordning ELLER at åbne for muligheden for at byde ind med kanyler uden præ-monteret holder med/uden sikkerhed samt dertilhørende holdere, for derved at åbne for at flere leverandører har mulighed for at byde ind på Delaftale 1?	Til spørgsmål om JA til sikkerhedsanordning - Se svar til 3.2. Ang. mulighed for kanyler uden præmonteret holder, så er Regionen ikke interesseret i, at udbyde kanyler uden præmonteret holder, da vi gerne vil væk fra arbejdsgangen herom.	19-03-2015	19-03-2015 30-03-2015
3.4	Delaftale 2, Position 2.1 – 2.3 – 2.5 – 2.7 – 2.9. Regionen beder om slangelængde på 18-19 cm. Vil Regionen overveje, at ændre kravet til 17,8-19 cm?	Kravet er ændret til 17,8-19 cm. Dette vil fremgå af ny version af tilbudslisten (3)	19-03-2015	19-03-2015
3.5	Delaftale 2, Position 2.5 og 2.6. Regionen beder om blodprøvetagningssæt med sommerfugl og slange uden holder. Vil Regionen overveje, at godtage man byder ind med sommerfugl med sikkerhedsanordning, såfremt sikkerhedsanordningen er indbygget rundt om sommerfuglens krop og således ikke stritter ud i luften eller kan tages af?	Da pos. 2.5 og 2.6 begge er UDEN sikkerhedsanordning, vil det ikke være fyldestgørende at byde ind med produkter med sikkerhed, da de derved ikke opfylder kravet – også selvom sikkerheden ikke stritter eller kan tages af.	19-03-2015	30-03-2015

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1	Kontraktbilag 1 og 2: Felterne er låst for redigering hvilket betyder at al indtastet tekst ikke ses på udskrift – der skal danne grundlag for den originale papir kopi. Der anmodes om formaterbare versioner af filerne.	En ny version er uploadet, så det burde være muligt nu. Se rettelsesblad 1	11-03-2015	18-03-2015
------------	---	--	------------	------------