

SPØRGSMÅL & SVAR

Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med **rødt**

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
1	Kontraktbilag 5	I kontraktbilag 5 står der følgende: "... Region Midtjyllands udbud af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention." Skal dette ikke rettes til "... produkter til OP sug."?	Det er korrekt. Kontraktbilag 5 er hermed tilrettet.	29-05-2015	29-05-2015
2	Udbudsbilag 4	Hvad er begrundelsen for at Udbudsbilag 4 ikke er et separat dokument? Dokumentet skal afleveres og underskrives når tilbuddet afleveres. Løvrigt er det ikke muligt at skrive i dokumentet – "hopper" tilbage til udbudsbilag 1.	Ordregiver har ønsket at holde udbudsbilagene samlet. Ordregiver har tilføjet et skrivefelt ved "navn på virksomhed". Resten vil blive udfyldt af Region Midtjylland ved aflevering af tilbud.	01-06-2015	02-06-2015
3	Udbudsbetingelser pkt. 6.3	Hvad er begrundelsen for, at der ud over at der skal vedlægges produkt- og erhvervsansvarsforsikring også skal vedlægges dokumentation for at forsikringen er betalt? Endvidere er denne dokumentation ikke medtaget i tjeklisten pkt. 16.	Ordregiver henviser til, at der i udbudsbetingelserne ikke er krav herom. Tilbudsgiver opfordres til at vedlægge dokumentation for at forsikringen er betalt på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Ordregiver ønsker dog at henvise til pkt. 15.3 i udkastet til kontrakt, som bliver gældende for den vindende tilbudsgiver. Af punktet fremgår: <i>"Leverandøren er i hele kontraktperioden – inkl. eventuelle forlængelser – forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring..."</i>	01-06-2015	02-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
4	Udbudsbetingelser pkt. 6.4	Ordregiver bedes uddybe, hvad der præcis menes med "tilsvarende leverancer" i forhold til at tilbudsgiver skal udarbejde en reference-liste?	Ordregiver præciserer, at "tilsvarende leverancer" omfatter referencer inden for samme vareområde - dvs. OP sugesæt, OP sugeslanger, Abort sug, Lukket sugesystem og Metalsug.	01-06-2015	02-06-2015
5	Udbudsbetingelser pkt. 7.1 samt kontraktbilag 1 - kravspecifikation	Er det korrekt forstået, at der IKKE skal afkrydes noget steds for at MK er opfyldt?	Ja, det er korrekt forstået. Heraf også anførelsen i vejledningen til kontraktbilag 1 - Kravspecifikation: <i>"Afgivelse af tilbud indebærer automatisk, at tilbudsgiver garanterer, at samtlige mindstekrav opfyldes. Der skal IKKE afgives besvarelse på mindstekravene."</i>	01-06-2015	02-06-2015
6	Udbudsbetingelser pkt. 7.1	USB-nøgle indeholdende ikke-skrivebeskyttede dokumenter kan ikke være underskrevne. Ordregiver bedes acceptere dette.	Ordregiver accepterer, at USB-nøglen dokumenter ikke underskrevne.	01-06-2015	02-06-2015
7	Udbudsbetingelser pkt. 8.2	Ordregiver bedes uddybe hvad der menes med: "Leverandøren afholder udgifterne til vareprøver i forbindelse med en eventuel afprøvning". "Afgregning for de afprøvede /anvendte produkter vil ske til den af tilbudsgiver tilbudte pris".	Ordregiver beklager uklarheden. Tilbudsgiver bedes se bort fra sidste sætning, idet Ordregiver fastholder, at tilbudsgiver afholder udgifterne til vareprøver i forbindelse med en eventuel afprøvning. Af den grund slettes følgende sætning: <i>"Afgregning for de afprøvede /anvendte produkter vil ske til den af tilbudsgiver tilbudte pris."</i>	01-06-2015	02-06-2015
8	Udbudsbetingelser pkt. 11.3	Hvad er begrundelsen for at kalde nogle positioner "frivillige", når man bliver straffet for ikke at byde på disse positioner (højeste tilbudte pris tillagt 2 %)?	Ordregiver ønsker at få dækket et så bredt sortiment som muligt, samtidig med en bred konkurrence bevares på de enkelte delaftaler. Af den grund er enkelte positioner "frivillige".	01-06-2015	02-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
9	Udbudsbetingelser pkt. 12	Ordregiver bedes uddybe: "Ved evalueringen af de kvalitative underkriterier vil de frivillige positionsnumre kun indgå, såfremt de direkte står anført i teksten på det enkelte konkurrenceparameter".	Ordregiver præciserer, at de frivillige positioner ikke har nogen indflydelse på pointscoren for underkriterierne "Funktionalitet og kvalitet" samt "Miljø", medmindre det direkte fremgår af et konkurrenceparameter. Se hertil konkurrenceparameteret i kravspecifikationens punkt 4A.7, hvor de frivillige positioner står direkte anført.	01-06-2015	02-06-2015
10	Udbudsbetingelser pkt. 12.2	Hvor i Kontraktbilag 1 kan tilbudsgiver anføre sine bemærkninger til afprøvningen?	Tilbudsgiver kan anfører sine bemærkninger direkte ud fra de enkelte konkurrenceparametre i kravspecifikationen (feltet er markeret med gul)	01-06-2015	02-06-2015
11	Udkast til kontrakt pkt. 3.2	"Leverandørem skal sikre, at produkterne ikke udgår af leverandørens sortiment". Vi anmoder ordregiver om, at dette ændres til: "Såfremt et produkt måtte udgå, er leverandøren forpligtiget til at kunne erstatte med et tilsvarende produkt, der som minimum opfylder samtlige kravspecifikationer".	Ordregiver fastholder formuleringen, og henviser til, at sortimentsændringer skal foregå under de vilkår, som er anført i pkt. 3.2.	01-06-2015	02-06-2015
12	Udkast til kontrakt pkt. 4.3.2	Hvad ligger til grund for, at kontrakten ikke skal være opsigelig for såvel ordregiver som tilbudsgiver?	Ordregiver ønsker at fastholde samme leverandør i hele kontraktperioden, da der kan være store omkostninger forbundet med et leverandørskifte - herunder omkostninger til genudbud.	01-06-2015	02-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
13	Udkast til kontrakt pkt. 6.4.2 samt kontraktbilag 1 - kravspecifikation	"Særligt skal produkterne være fri for PVC og sundhedsskadelige phtalater.....". Dette pkt. 6.4.2 er i modstrid med bla. KP 1.A 16. Vi beder ordregive om at præcisere, om det er et MK eller en KP, at der ikke må/bør være PVC eller mærkningspligtige phtalater i produkterne.	Ordregiver præciserer, at indeholdet af PVC og phtalater er et konkurrenceparameter. Ordregiver ønsker med bestemmelsen, at Tilbudsgiver til fremtiden efterstræber en udvikling mod PVC og sundhedsskadelige stoffer.	01-06-2015	02-06-2015
14	Udkast til kontrakt pkt. 8.2.1	"Priserne kan alene reguleres i opadgående retning på baggrund af dokumenterede ændringer i Leverandørens omkostningsniveau". Hvis leverandørens omkostningsniveau er påvirket /styret af USD-kursen, vil kursændringer så ikke være tilstrækkelig dokumentation for evt. prisreguleringer?	Ordregiver henviser kontraktens pkt. 8.3, hvor der står anført følgende om valutakursændringer: <i>"Der kursreguleres ikke."</i>	01-06-2015	02-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
15	Udkast til kontrakt pkt. 9.3.6	Ordregiver bedes uddybe hvad der præcis menes med "leveringsevne" og "leveringskvalitet".	<p>Ordregiver henviser til kontraktens bestemmelser, hvor følgende står anført om leveringsevnen: <i>"Leveringsevnen måles som antal leverancer (af samtlige bestilte leverancer), der leveres fuldt ud inden for leveringsfristen."</i></p> <p>Eksempel: Ordregiver har i en kalendermåned bestilt 10 produkter, og Tilbudsgiver har leveret alle produkter inden for leveringsfristen (3 hverdage). Tilbudsgivers leveringsevne er her 100% (10/10).</p> <p>Ordregiver henviser endvidere til kontraktens bestemmelser omkring leveringskvalitet: <i>"Leveringskvaliteten måles som antal <u>mangelfrie</u> leverancer (af samtlige bestilte leverancer)."</i></p> <p>Eksempel: Ordregiver har i en kalendermåned bestilt 10 produkter, og Tilbudsgiver har leveret alle produkter inden for leveringsfristen (3 hverdage). Et produkt er dog mangelfuldt. Tilbudsgivers leveringskvalitet er her 90 %. (9/10).</p>	01-06-2015	02-06-2015
16	Udkast til kontrakt pkt. 9.4.1	Vil ordregiver genoverveje om der skal fremkomme "varekoder i henhold til EU's varenomenklatur". Det er normalvist ikke noget man gør på indlandske fakturaer. Alternativt kunne ordregiver angive, at det er et krav til evt. udenlandske faktura.	<p>Ordregiver accepterer.</p> <p>Af den grund slettes følgende fra pkt. 9.4.1 i udkast til kontrakt: <i>"Varekode i henhold til EU's varenomenklatur"</i></p> <p>Der vil ikke blive uploadet ny udgave af udkast til kontrakt. Ændringen vil blive fortaget i den endelige kontrakt.</p>	01-06-2015	09-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
17	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 1.1A og 1.2A	Er det ikke en forkert nummerering af MK? Har samme nummerering som på delaftale 1.1A.	Dette er korrekt. Nummeringen er hermed tilrettet.	01-06-2015	02-06-2015
18	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 1.1C, pos 27	her har udbyder et minimumskrav på slange længde på 3,5 meter- det er konkurrence begrænsende Spørgsmål. kan der bydes med 3 meter slangelængde?	Ordregiver fastholder minimumskravet til slangelængde. Ordregiver gør dog opmærksom på, at der er tale om en minimumslængde, hvorfor Tilbudsgivere kan byde ind med en længere slange.	02-06-2015	09-06-2015
19	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 3A, pkt 3A.11	Her har udbyder et minimumskrav, hvor der stilles krav om inddikering af indførsedybden. Kan udbyder ændre dette minimumskrav til et konkurrence parameter? - således at konkurrencen øges	Ordregiver ønsker at præcisere, at inddikering af indførelsesdybde ikke behøver at være angivet ved tal eller lignende. Inddikeringen kan opfyldelse ved én enkelt markering i plasten ved eksempelvis en streg, et matområde eller tilsvarende.	02-06-2015	09-06-2015
20	Kontraktbilag 1 - kravspecifikation, delaftale 1.A, pkt 1.A9	Vi gør ordregiver opmærksom på, at der i MK 1.A9 henvises til, at position 13 er undtaget for ergonomisk håndtag. Position 13 findes imidlertid ikke på delaftale 1.A men på delaftale 2.A.	Ordregiver beklager uklarheden. Pkt. 1.1A.9 i kravspecifikationen ændres til position 10 i tilbudslisten: " <i>Sugesæt steril, yankauer, rektoskopi kirurgi - u/ergogreb (greb er lig slangediameter)</i> " Kravet ændres i kravspecifikationen.	02-06-2015	09-06-2015
21	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste	Kolonne W er ikke til at arbejde i. Når først man har skrevet i en rubrik, kan man ikke efterfølgende rette/slette (er skrivebeskyttet og kræver password). Ordregiver bedes fremsende en ny version.	Ordregiver oplever ikke problemer med at rette/slette i denne kolonne. Tilbudsgiver bedes forsøge på ny, opstår problemet igen bedes tilbudsgiver fremsende spørgsmålet på ny.	02-06-2015	09-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
22	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 1.A, pos. 5	Her udbydes sugesæt <u>uden</u> vacuumkontrol. Er det en forglemmelse, at ordregiver ikke også udbyder <u>med</u> vacuumkontrol?	Ordregiver har medtaget det ønskede forbrug i tilbudslisten.	02-06-2015	09-06-2015
23	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 1.B, pos 21-26	Kan ordregive acceptere, at slangelængderne er minimum 210 cm på samtlige positioner i denne delaftale? Såfremt dette ikke kan accepteres, kan vi ikke byde på denne delaftale.	Ordregiver kan ikke acceptere dette. De nuværende minimumskrav til slangelængder fastholdes.	02-06-2015	09-06-2015
24	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 1.1C	Vi er usikre på, hvad det er der præcist udbydes/ønskes. Har ordregiver mulighed for at sende et billede eller oplyse nuværende leverandør?	Ordregiver har ikke mulighed for at gøre billeder tilgængelige eller oplyse om nuværende leverandører. Ordregiver præciserer, at delaftale 1.1C vedrører OP sugesæt af typen poole eller rissler - samme som delaftale 1.2C. Delaftale 1.2C er imidlertid lige (ikke vinklet) og sugehåndtaget kan kobles af, jf. kravspecifikationen. Der er endvidere tale om et sugesæt, hvor sugespidsen kan dækkes af et ydrør.	02-06-2015	09-06-2015
25	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 1.2C, pos 28-29	Her mangler anførsel af antal aflastningshuller i kolonne H.	Ordregiver ønsker ikke at stille krav om antallet af aflastningshuller.	02-06-2015	09-06-2015
26	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 1E	Ordregiver bedes slette kryds i kolonne AA position 31.	Der er ikke noget kryds i kolonne AA på position 31.	02-06-2015	09-06-2015
27	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 2.1B, pos. 46	Ordregiver mangler at sætte kryds i kolonne X, Y og AA.	Tilbudsgiver kan se bort fra disse celler ved udfyldelse af tilbudslisten.	02-06-2015	09-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMAÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
28	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 2.1C, pos. 54-55	Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde en sugeslange / forbindelsesslange med hårdhed 74? Såfremt at dette ikke er tilfældet kan vi ikke byde på denne delaftale.	Ordregiver fastholder hårdheden. Ordregiver gør dog opmærksom på, at der er tale om en max hårdhed, hvorfor Tilbudsgivere kan byde ind med slanger, som er blødere. Se spørgsmål 45	02-06-2015	09-06-2015
29	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 2.1C, pos. 55	Vil det være konditionsmæssigt at tilbyde en steril version?	Tilbudsgiver må gerne tilbyde en steril version på pos. 55.	02-06-2015	09-06-2015
30	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 2.2C, pos. 58	Her mangler angivelse af hårdhed i kolonne L.	Ordregiver ønsker ikke at stille krav om hårdhed på denne position.	02-06-2015	09-06-2015
31	Udbudsbilag 3	Er det en forglemmelse, at der ikke skal underskrives på udbudsbilag 3?	Der er ikke nødvendig med underskrift på udbudsbilag 3.	02-06-2015	09-06-2015
32	Kontraktbilag 2 – tilbudslisten, delaftale 2A	Er det korrekt forstået, at kolonne 21 og 22 ikke skal udfyldes i forbindelse med tilbudsafgivelsen, men først oplyses ved kontraktindgåelse ?	Ja, det korrekt forstået. Kolonne 21 (AD) og 22 (AE) skal først opførst oplyses ved kontraktindgåelse.	03-06-2015	09-06-2015
33	Kontraktbilag 2 – tilbudslisten, delaftale 2A	Vedr. position 32, 34, 41 og 42. Det årlige forbrug på disse positioner er meget lavt ift. det samlede skønnede forbrug på aftalen. Vil ordregiver gøre disse positioner til "Frivillige" positioner ?	Ordregiver fastholder positionerne som obligatoriske.	03-06-2015	09-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
34	Udkast til kontrakt, pkt. 8.2.1	<p>Ved prisregulering skal der kunne dokumenterede ændringer i Leverandørens omkostningsniveau, der ikke kan lægges Leverandøren til last. For en klar og tydelig prisreguleringsproces foreslår vi, at prisregulering foretages iht. nettoprisindekset, uanset dokumentation af ændringer i Leverandørens omkostningsniveau. Således vil det være helt tydeligt og gennemsigtigt, hvornår der kan prisreguleres og med hvilken sats. Vil ordregiver ændre pkt. 8.2.1. til, at der kan prisreguleres iht. udviklingen i nettoprisindekset ?</p> <p>Hvis ordregiver fastholder pkt. 8.2.1 i sin nuværende form, vil ordregiver så komme med eksempler på hvilken dokumentation for ændringer af i Leverandørens omkostningsniveau der vil være acceptabel for ordregiver ?</p>	<p>Ordregiver ønsker at præcisere pkt. 8.2.1 i udkast til kontrakt. Nedenstående vil erstatte de første to afsnit i pkt. 8.2.1.</p> <p><i>"Priserne er faste i minimum 12 måneder fra Kontraktens ikrafttræden. Priserne kan således tidligst reguleres i opadgående retning med virkning fra 01.11.2016. Herefter kan priserne reguleres hver 12. måned i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i den forgangne periode. Prisregulering i opadgående retning har alene virkning for fremtiden."</i></p> <p>Der vil ikke blive uploadet ny udgave af udkast til kontrakt. Ændringen vil blive foretaget i den endelige kontrakt.</p>	03-06-2015	09-06-2015
35	Udkast til kontrakt, pkt. 9.3.1	<p>Ved fejlbestilling har Kunden ret til at levere leverancen tilbage til leverandøren, hvis produkt og emballage er intakt. Indenfor hvor mange dage indenfor modtagelse af leverancen skal Kunden henvende sig til leverandør vedr. fejlbestilling ? Vi foreslår 5 dage efter modtagelse af leverancen.</p>	<p>Ordregiver accepterer.</p>	03-06-2015	09-06-2015
36	Udkast til kontrakt, pkt. 9.3.1	<p>Vil ordregiver tilføje i samme pkt. 9.3.1, at returnering af varer altid sker efter aftale med leverandøren ?</p>	<p>Ordregiver ønsker ikke at tilføje dette til kontrakten, men ønsker at gøre Tilbudsgiver opmærksom på, at det er normal praksis for Ordregiver.</p>	03-06-2015	09-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
37	Udkast til kontrakt, pkt. 9.3.3	Levering skal foretages senest 3 hverdage efter ordremodtagelse. Er det korrekt forstået, at leverings senest 3 hverdag efter ordremodtagelse er ved modtagelse af ordre før kl. 12.00 ?	Ordregiver præciserer, at de 3 Hverdage regnes fra tidspunktet for modtagelse af ordre.	03-06-2015	09-06-2015
38	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste	Delaftale 1.1A pos. 7 og 10. Delaftale 1.2A pos. 11 og 17. Delaftale 1B pos. 26 Delaftale 1.2C pos. 29 Her beder I om en slange som skal have en min. længde på 2,1 M. Kan I ændre det til min. længde på 2,0 M	Ordregiver fastholder minimumskravet til slangelængde. Ordregiver gør dog opmærksom på, at der er tale om en minimumslængde, hvorfor Tilbudsgivere kan byde ind med en længere slange.	03-06-2015	09-06-2015
39	Udkast til kontrakt, pkt 15.1-15.2	Af kontrakten fremgår at der skal være en forsikring, som dækker 10 mio DKK for tingskade pr. skadesbegivenhed. Det er ikke normalt i branchen at have så høje forsikringsbeløb på tingskade, men det findes på personskade. Menes der for en forsikring som dækker personskade	Ordregiver ønsker at gøre Tilbudsgiver opmærksom på, at bestemmelserne i pkt. 15.1 og 15.2 ikke stiller krav til, hvor stort et beløb forsikringen skal dække. Bestemmelserne angiver i stedet et loft for erstatningsansvaret. Hvordan Tilbudsgiver ønsker at forsikre sig mod erstatningsansvaret, er op til Tilbudsgiver selv. Tilbudsgiver skal blot opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, jf. pkt. 15.3 i udkast til kontrakt.	03-06-2015	09-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
40	Udkast til kontrakt, pkt 9.1	I ønsker at benytte NemHandel i forbindelse med ordref afgivelse, ordrebekræftelse og fakturering. Vi modtager i dag ordrer pr. mail eller fax fra Region Midtjylland og fremsender fakturaen elektronisk. BiofarmaLogistik A/S, som er vores logistikpartner, er på vej over i et nyt ERP-system og vil derfor gerne vil vente med at implementere den elektroniske ordre. Kan ordregiver acceptere at den elektroniske ordref afgivelse ikke er klar ved kontraktstart?	Det accepteres, at elektronisk ordref afgivelse ikke er klar ved kontraktstart.	04-06-2015	09-06-2015
41	Kontraktbilag 7 og 8	Er det korrekt forstået, at disse bilag skal udfyldes/ beskrives efter valg af leverandør og naturligvis før kontrakten træder i kraft	Ja, det er korrekt forstået.	10-06-2015	12-06-2015
42	Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten	Er det tilladt at udvide listen med flere "frivillige" produkter end hvad der er angivet?	Ordregiver ønsker ikke at give adgang til at udvide tilbudslisten med flere "frivillige" positioner.	10-06-2015	12-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
43	Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten, Delaftale 4A	<p>Vi skal bede Regionen om, at ændre Regions basis ender fsv angår pos 68-70 og 72-77 fra liter til stk.</p> <p>Det giver ikke mening, at have en pris udtrykt i pris pr liter, da dette ikke på nogen måde afspejler hverdagen og måden systemet anvendes på. I princippet er systemet tiltænkt som et engangs produkt. Det er også i langt overvejende tilfældet, at poserne ikke er fyldt op efter brug. Anvendes poserne til flere patienter er dette først og fremmest uhygiejnisk og må frarådes, men heller ikke her vil man anvende poserne til de er fyldte.</p> <p>Det vil endvidere være konkurrence forvridende da ikke alle udbydere har poser med ex 1,5 l. Hvis målet for Regionen er at have et parameter til sammenligning af udbyderes tilbud er den valide information pris i stk mod pris i stk</p>	Ordregiver fastholder liter-angivelse som basisenhed, idet det anses for at gøre tilbudene sammenlignelige uden at forvride konkurrencen.	10-06-2015	12-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
44	Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten, Delaftale 2A, pos. 38	<p>For at vi kan byde på delaftale 2A, beder vi om, at den indvendige diameter på slangen ændres fra 7,5 mm til 7,0 mm - eller i intervallet 7,0 – 7,5 mm. Øvrige kravspecifikationer til positionen har vi ingen bemærkninger til.</p> <p>Vil ordregiver ændre krav til indvendig diameter ?</p> <p>Hele cifre er standard størrelser og der er efter vores kendskab kun 1 eller få leverandører af ½ numre.</p>	<p>Ordregiver accepterer og udvider den indvendige slange-diameter til følgende interval: [7,0-7,5].</p> <p>Ny tilbudsliste vil blive uploadet, hvor ændringen er markeret med rødt. Ordregiver ønsker at gøre opmærksom på, at tilbudsgivere der allerede har udfyldt den nuværende tilbudsliste, stadig kan aflevere denne ved tilbudsafgivelse. Ordregiver vil tage højde for ændringerne.</p> <p>Som følge af ændringen i tilbudslisten udsætter Ordregiver tilbudsfristen. Se hertil rettelsesblad 1.</p>	11-06-2015	12-06-2015

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
45	Kontraktbilag 2 - tilbudsliste, delaftale 2.1C, pos. 54-56 + Spørgsmål 28	Vi tillader os at spørge ordregiver endnu en gang vedr. delaftale 2.1.C. Kan det passe, at vi skal udelukkes fra at byde, grundet et ønske om, at slangens hårdhed skal være henholdsvis 73, 73 & 75 på de 3 positioner? Vores forbindelsslanger er mellem 74-78. Vi har undersøgt toleranceværdier i plastmaterialer, og det vi har kunne konkludere er, at mange har en toleranceværdi på +/- 3. Vi kan også se, at det er det interval ordregiver selv sætter i position 51. Med denne viden samt det faktum, at her er tale om et produkt der ikke skal anvendes direkte i vævet, anmoder vi ordregiver om at ændre max. hårdhed til et interval med +/- 3. Vil ordregiver dette så der kan åbnes op for konkurrencen?	Ordregiver ønsker at ændre svaret til spørgsmål 28. Ordregiver accepterer hermed, at den maksimale hårdhed for slangen er 73-74 shore for position 54 og 55. Derudover accepterer Ordregiver, at den maksimale hårdhed for slangen på position 56 er 75-78. Ny tilbudsliste vil blive uploadet, hvor ændringen er markeret med rødt. Ordregiver ønsker at gøre opmærksom på, at tilbudsgivere der allerede har udfyldt den nuværende tilbudsliste, stadig kan aflevere denne ved tilbudsafgivelse. Ordregiver vil tage højde for ændringerne. Som følge af ændringen i tilbudslisten udsætter Ordregiver tilbudsfristen. Se hertil rettelsesblad 1.	12-06-2015	12-06-2015
46		Beklager det var en forkert henvisning. Her menes ikke position 31 AA, men position 31 AB. Her er sat et kryds, hvor vi skal skrive bestillingsnummeret.	Ordregiver har tilrettet tilbudslisten.	12-06-2015	12-06-2015