

# HØRING

af rammeaftale  
Vedrørende anskaffelse af produkter til  
Radiologisk endovaskulær intervention

## Vejledning til høring

Region Midtjylland påtænker i sommeren/efteråret 2015, at udbyde produkter til Radiologisk endovaskulær intervention.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. u hensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de foreløbige udarbejdede produktkrav.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og vil gerne invitere til et høringssmøde den **1. eller 2. juli 2015**. Ordregiver har planlagt, at afholde individuelle høringssmøder med de potentielle tilbudsgivere, som tilmelder sig. Ordregiver fastsætter, efter tilmeldingsfristens udløb, en plan for mødernes forløb og melder herefter tilbage til tilbudsgiverne om mødetidspunkt og sted. Møderne vil foregå i regionshuset på Olof Palmes Allé 15, Aarhus Nord, læs mere om tilmeldingsfrist mm. nedenfor.

Har tilbudsgiver ikke mulighed for at deltage ved et høringssmøde, er der også mulighed for at fremsende skriftligt høringssvar.

Uanset om tilbudsgiver vælger at deltage ved et høringssmøde eller sender et skriftligt høringssvar, er det vigtigt for ordregiver, at høringmaterialet læses grundigt igennem og der kommenteres på fundne u hensigtsmæssigheder, som videregives til ordregiver. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller konkurrenceparameter bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.

Høringmaterialet består af:

- Vejledning til høring, indeholdende bl.a. uddrag af udbudsbetingelserne, se lige nedenfor.
- Kravspecifikation
- Kontraktbilag 2, Tilbudslisten. Denne består af en Excel-mappe med tilbudslisterne til de enkelte delaftaler fordelt på hver deres fane.
- Udkast til Konsignationskontrakt

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af høringmaterialet. Det vil blive vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen.

**Høringmaterialet kan downloades på følgende hjemmeside:** [www.udbud.rm.dk](http://www.udbud.rm.dk)

**Tilmelding til Høringssmøder bedes senest den 26. maj 2015 sendes til** [Anette.Christiansen@stab.rm.dk](mailto:Anette.Christiansen@stab.rm.dk)

**Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til:** [Anette.Christiansen@stab.rm.dk](mailto:Anette.Christiansen@stab.rm.dk)

Angiv venligst i emnefeltet: "Høring af produkter til Radiologisk endovaskulær intervention"

**Skriftlige høringssvar skal være regionen i hænde senest torsdag den 2. juli, kl. 14:00**

## Uddrag af Udbudsbetingelserne

### Tidsplan

Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan:

Uge 38-40	Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende.
Uge 38 – 45	Spørgsmål og svar periode
Uge 44 – 45	Frist for modtagelse af tilbud og eventuelle vareprøver
Uge 44-46	Gennemgang af tilbud
Uge 45 - 48	Eventuel afprøvningsperiode
Uge 53, 2015 – 3 2016	Forventet kontraktindgåelse
1. februar 2016	Forventet kontraktstart

### Den udbudte genstand og omfang

Udbuddet påtænkes gennemført som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Der udbydes produkter til Radiologisk endovaskulær intervention, som anvendes på et eller flere af Region Midtjyllands radiologiske/billede diagnostiske afdelinger.

Den foreløbige oversigt over delaftalerne:

Delaftale 1: Sheats -  
Delaftale 2: PTA store balloner  
Delaftale 3: Stents til iliacakar

Ordregiver påtænker at udbyde 80% af det årlige forventede forbrug.

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Kontraktbilag 2, tilbudslisten.

### Vareprøver, afprøvning samt produktpræsentation

Vareprøver:

Ordregiver påtænker, at teste røntgen markørerne på de tilbudte stents. Denne test vil blive udført på en "dummy" og under gennemlysning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at afprøve alle eller enkelte af de tilbudte produkter på et eller flere af ordregivers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til tidspunktet for tildeling af kontrakt.

Udgiften til afprøvningen formodes afholdt af ordregiver, svarende til 50 % af tilbudsprisen.

Produktpræsentation:

Ordregiver forventer ikke at afholde produktpræsentation i forbindelse med evalueringen af tilbuddene.

## Prisoplysning

Priser angives i prisbilaget, Kontraktbilag 2, som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told, emballageafgift mv.).

Tilbudsgiver **skal** afgive en pris på alle positionsnumrene indenfor hver delaftale, ligesom ordregiver påtænker, at tilbudsgiver skal afgive ens priser uanset str., længde, krumning mm.

Ordregiver er i denne henseende interesseret i at høre fra potentielle tilbudsgivere, om der kan være uhensigtsmæssigheder forbundet med denne måde at afgive tilbud på ?

Kontraktbilag 2, vedrørende Balloner og stents:

I tilbudslisten fremgår en masse forskellige størrelser på både balloner og stents. Ordregiver påtænker, at skrive følgende vedr. størrelserne:

Størrelserne angivet i Kontraktbilag 2 er ikke mindstekrav, men er i stedet et udtryk for en vejledning til tilbudsgiver om hvilke størrelser ordregiver har anvendt til dato. De produkter der afgives tilbud på, skal dog være substituerbare med de udbudte størrelser, hvilket f.eks. betyder, at de tilbudte størrelser skal ligge så tæt på de udbudte som muligt, og således kunne anvendes til det udbudte formål.

Det er ordregivers brugergruppe der vurderer, om de tilbudte størrelser er substituerbare med det udbudte.

## Kontraktform

Ordregiver agter for alle delaftalerne at indgå parallelle rammeaftaler med en eller flere leverandører.

Konsignationskontrakt:

Der skal tilbydes konsignationskontrakt for (i hvert fald) stents, og et udkast til kontrakten. Et udkast til en konsignationskontrakt er vedlagt dette høringsmateriale, og ordregiver modtager meget gerne kommentarer fra tilbudsgiverne.

Ordregiver agter at skrive i konsignationskontrakten, at levering, ved bestilling inden kl. 12:00 dagen før, skal være 24 timer (for stents).

## Øvrige oplysninger/spørgsmål til potentielle tilbudsgivere

- Ordregiver overvejer, at medtage stents til femorale kar, og vil gerne have tilbudsgivernes kommentarer og bud på eventuelle relevante mindstekrav og konkurrenceparametre.