

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -5				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	<p>Pkt. 8.2</p> <p>Vil det sige at vi ikke kan præsentere en mobil lampe svarende til loftshængte eller væghængte lampe?</p> <p>Er det et KRAV at brugergruppen SKAL se en loftshængt lampe OG en væghængt lampe?</p> <p>Jeg gik ud fra at det var selve lampen som var interessant – og derfor kunne præsentere en mobil lampe? De andre ting kan jo klares med en tegning?</p>	<p>Tilbudsgiver skal, som angivet i pkt. 8.1, præsentere en loftmonteret og en vægmonteret undersøgelseslampe, som skal være identiske med de tilbudte lamper.</p> <p>Det accepteres således ikke, at der ske præsentation ved en mobil lampe.</p>	11.11.2015	12.11.2015
1.2				
2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN				
2.1	<p>Pris inkl. Levering, montering og installation” – betyder det at det vindende firma også skal tilslutte el? Hvis Ja, går jeg ud fra at der er trukket strøm til de stedet lamperne skal opsættes.</p>	<p>Der henvises til i udkast til kontrakt pkt. 13.1.2 og 13.1.3, hvor det fremgår, hvordan lampen skal tilsluttes.</p>	05.11.2015	09.11.2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.2	Pris inkl. Levering, montering og installation" – ville det ikke være ok at lave en pris for selve lampen og en pris for opsætningen? Bliver prisen ikke relevant for hele RM eller er det KUN til DNU? Min tanke er hvis ex. Herning sygehus vil bruge en lampe af samme slags og selv vil montere, kommer de til at betale for monteringen...? Så det korte af det lange er om det er ok at opdele pris i Lampe og montering eller om det SKAL være én samlet pris?	Prisen skal angives inkl. levering, montering og installation, hvorfor det ikke er muligt at opdele prisen. Prisen skal derfor angives som en samlet pris.	05.11.2015	09.11.2015
2.3				
2.4				

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 7

4.1				
4.2				