

Spørgsmål og svar
EU-udbud 2013/S 243-422396
Udbud af tandem massespektrometre (LC/MS/MS systemer)

Spørgsmål og svar af 23/1-2014		
1.	<p>Jeg har et spørgsmål til udbud nr. 2013/S243-422396, Kravspecifikation delaftale 2 til ÅKH, Nørrebrogade:</p> <p>Vil I uddybe pkt. 5.1.1. - hvad menes der med, at tilbudsgiver afholder ordregivers udgifter til validering af instrumentet, incl. forbrugsvarer?</p>	<p>Udgifterne til forbrugsvarer i forbindelse med valideringen vil være begrænsede. Det vil højst dreje sig om indkøb af en enkelt HPLC/UPLC kolonne.</p>
2.	<p>Er det muligt at få udbudsmateriale på Engelsk?</p>	<p>Nej, det er ikke muligt.</p>
3.	<p>Tjekliste bilag mm. Kan dette fremsendes i editierbar version(evt. ikke PDF)?</p>	<p>Pdf-versionen af udbudsbetingelserne er erstattet af en word-version, så det nu er muligt at skrive i bilagene.</p>
4.	<p>Der stilles krav om fremsendelse af 1 originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag samt 1 kopi af tilbud.</p> <p>Omfanget af bilag vil være ret omfattende. Vil det derfor være muligt alene at fremsende TILBUD i papirformat – resten elektronisk enten på USB eller CD-ROM?</p>	<p>Nej, dette er ikke muligt.</p>
5.	<p>Kravspecifikationer - Delaftale 1</p> <p>Pkt. 4.1.1: " Det tilbudte udstyr skal have en følsomhed, så det ved brug af rutine-analysemetoden kan detektere 20 pg Amfetamin, amfetamin-D5 etc..."</p> <p>De 20 pg, er det den totale mængde, som sættes på kolonnen, eller betyder det f.eks. 20ng/mL, hvoraf der injiceres 10µl?</p> <p>Endvidere: Er det et krav at alle nævnte specifikationer, særligt de krav der stilles til følsomhed, udføres med high resolution i ToF-mode > 15000?</p>	<p>Apparatet skal kunne detektere amfetamin, etc i opløsninger med en koncentration på 20 ng/mL.</p> <p>Det er <u>ikke</u> et krav at de ovennævnte følsomheder udføres i high resolution TOF-mode>15000.</p>
6.	<p>Kravspecifikationer - Delaftale 1</p> <p>Pkt. 4.1.3: Kan I bekræfte, at dynamisk område udregnes fra analytisk LLOQ?</p>	<p>Det dynamiske område udregnes fra analytisk LLOQ.</p>
Spørgsmål og svar 2 af 23/1-2014		
7.	<p>Vi har ikke kontrakter/forsikringer der kun dækker reservedele som efterspørges i kontraktbilag 3. 3. Kan vi eventuelt skrive N/A i felterne og hvilken betydning har det for vurderingen?</p> <p>Vores andre service løsninger adresserer denne del.</p>	<p>Hvis felterne ikke udfyldes med den pågældende oplysning vil jeres tilbud blive erklæret ikke-konditionsmæssigt.</p>

ORDREGIVER HAR NU SVARET PÅ SAMTLIGE INDKOMNE SPØRGSMÅL