

**Rettelsesblad**  
**pr. 12. marts 2014**  
**vedr.**  
**EU Udbud 2014/S 036-058925**

**Udbud af Centrifuger og tilbehør**

**Rettelse 1 pr. 12. marts 2013:**

- Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste, faneblad "Tilbehør":

Det skal præciseres for alle positioner, for hvilke der skal afgives tilbud med "Vinkelrotor incl. biocertificeret låg", at lågene skal være biologisk certificeret i henhold til EN 61010-2-020.