

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	<p>Der er i alt 15 typer centrifuger.</p> <p>Kan man byde på nogle af typerne eller er man udelukket hvis man ikke kan byde på alle 15 typer?</p>	<p>Der gøres indledningsvist opmærksom på, at der jf. kontraktbilag 1 – kravspecifikation og kontraktbilag 2 – tilbudsliste alene er 14 typer af centrifuger.</p> <p>Det er jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.17 ikke muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten.</p> <p>Tilbudsgiver er således forpligtet til at afgive tilbud på hele tilbudslisten.</p>	26.02.2014	Ja
1.2	<p>Skal alle produkter kunne leveres for at deltage i udbuddet, eller er det f.eks. nok at opfylde 80%?</p> <p>Hvis alle produkter skal tilbydes, har jeg følgende spørgsmål:</p> <p>Hvordan sikrer I at det store størrelsesspænd i udbuddet ikke udelukker de mest egnede centrifuger, da mange producenter leverer højt specialiserede</p>	<p>Det er jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.17 ikke muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten.</p> <p>Tilbudsgiver er således forpligtet til at afgive tilbud på hele tilbudslisten.</p> <p>Der stilles ikke krav om, at alle de tilbudte centrifuger skal være samme fabrikat. Tilbudsgiver kan således godt tilbyde ét fabrikat på en type centrifuge og et andet fabrikat på en anden type</p>	06.03.2014	Ja

### 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

	produkter og derfor ikke tilbyder alt fra micro- til gulvcentrifuger? Og hvis de endelig gør, kan de ikke nødvendigvis tilbyde det bedste bud på alle størrelser.	centrifuge.  Der gøres ligeledes opmærksom på, at det er muligt for flere tilbudsgivere at afgive tilbud i forening jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.8.		
--	---	---	--	--

### 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

<b>2.1</b>	1.2.8 Kan der i stedet for gulvmodel centrifuger type 13 og type 14, benyttes bordmodel med max. kapacitet på 4 x 800ml i udsvingsrotor	Nej, der skal leveres gulvcentrifuger med kapacitet på 4x1000 mL.	05.03.2014	Ja
------------	---	---	------------	----

### 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

<b>3.1</b>	5.1 Skal vinkelrotor med biocertificeret låg være certificeret af 3. part, eller kan leverandørens hermetiske låg benyttes	Leverandørens hermetiske låg vil alene kunne benyttes, såfremt at disse er biocertificeret i henhold til EN 61010-2-020 jf. rettelsesblad 1 af 12. marts 2014.	05.03.2014	Ja
<b>3.2</b>	5.3 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=4 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsroterer.	05.03.2014	Ja
<b>3.3</b>	5.5 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=6 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsroterer.	05.03.2014	Ja

### 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.4	6.1 Skal vinkelrotor med biocertificeret låg være certificeret af 3. part, eller kan leverandørens hermetiske låg benyttes	Leverandørens hermetiske låg vil alene kunne benyttes, såfremt at disse er biocertificeret i henhold til EN 61010-2-020 jf. rettelsesblad 1 af 12. marts 2014.	05.03.2014	Ja
3.5	6.3 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=4 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsroterer.	05.03.2014	Ja
3.6	6.5 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=6 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsroterer.	05.03.2014	Ja

### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1	<p>Spørgsmål til "udkast til kontrakt" pt. 1.3.1 Kundens enheder. <i>"Ved enhed forstås alle enheder, herunder hospitaler, institutioner og administration i RM"</i></p> <p>Betyder det at rammeaftalen <b>også</b> dækker eks. vis lægehuse, universiteter, kommunale institutioner såsom børnehaver i regionen? eller</p>	<p>Ved "enhed" forstås alle enheder som er underlagt Region Midtjylland. Herunder hospitaler, institutioner og administration.</p> <p>Dette skal ikke forveksles med øvrige offentlige institutioner, der administreres igennem enten Stat eller Kommune, som eksempelvis universiteter og børnehaver.</p>	05.03.2014	Ja
-----	---	--	------------	----

#### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

	er der kun tale om sygehuse i regionen?			
--	---	--	--	--