

**Rettelsesblad**  
**pr. 24. marts 2014**  
**vedr.**  
**EU Udbud 2014/S 036-058925**

**Udbud af Centrifuger og tilbehør**

**Rettelse 1 pr. 12. marts 2014:**

- Kontraktbilag 2 – Tilbudsliste, faneblad "Tilbehør":

Det skal præciseres for alle positioner, for hvilke der skal afgives tilbud med "Vinkelrotor incl. biocertificeret låg", at lågene skal være biologisk certificeret i henhold til EN 61010-2-020.

**Rettelse 2 pr. 24. marts 2014:**

- Kontraktbilag 1 - kravspecifikation pkt. 1.1.6:

**Tidligere tekst:**

Ved tilbudsgivning skal Tilbudsgiver vedlægge en kopi af betjeningsvejledning på dansk til centrifugerne.

**Erstattes af:**

Ved kontraktstart skal Tilbudsgiver vedlægge en kopi af betjeningsvejledning på dansk til centrifugerne.

**Rettelse 3 pr. 24. marts 2014:**

Centrifuge benævnt som "Gulvmodel med køl og frys" udgår af udbuddet.

Der vil blive uploadet et opdateret kontraktbilag 1 – kravspecifikation og et opdateret kontraktbilag 2 – tilbudsliste efter 2. spørgerunde er afsluttet.