

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	<p>Der er i alt 15 typer centrifuger.</p> <p>Kan man byde på nogle af typerne eller er man udelukket hvis man ikke kan byde på alle 15 typer?</p>	<p>Der gøres indledningsvist opmærksom på, at der jf. kontraktbilag 1 – kravspecifikation og kontraktbilag 2 – tilbudsliste alene er 14 typer af centrifuger.</p> <p>Det er jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.17 ikke muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten.</p> <p>Tilbudsgiver er således forpligtet til at afgive tilbud på hele tilbudslisten.</p>	26.02.2014	12.03.2014
1.2	<p>Skal alle produkter kunne leveres for at deltage i udbuddet, eller er det f.eks. nok at opfylde 80%?</p> <p>Hvis alle produkter skal tilbydes, har jeg følgende spørgsmål:</p> <p>Hvordan sikrer I at det store størrelsesspænd i udbuddet ikke udelukker de mest egnede centrifuger, da mange producenter leverer højt specialiserede</p>	<p>Det er jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.17 ikke muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten.</p> <p>Tilbudsgiver er således forpligtet til at afgive tilbud på hele tilbudslisten.</p> <p>Der stilles ikke krav om, at alle de tilbudte centrifuger skal være samme fabrikat. Tilbudsgiver kan således godt tilbyde ét fabrikat på en type centrifuge og et andet fabrikat på en anden type</p>	06.03.2014	12.03.2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

	produkter og derfor ikke tilbyder alt fra micro- til gulvcentrifuger? Og hvis de endelig gør, kan de ikke nødvendigvis tilbyde det bedste bud på alle størrelser.	centrifuge. Der gøres ligeledes opmærksom på, at det er muligt for flere tilbudsgivere at afgive tilbud i forening jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.8.		
1.3	I skriver at al materiale skal afleveres i hard copy (originaleksemplar i papirform). Vil i tillade at kontraktbilag 1 og 2 (de mange og lange Excel ark) kun afleveres elektronisk?	Nej. Materialet skal afleveres som anført i udbudsmaterialet.	18.03.2014	24.03.2014
1.4	Udbudsbilag 2 pt. 3 teknisk kapacitet. Hvor mange reference skal der som minimum anføres?	Der skal jf. udbudsbetingelserne ikke anføres noget minimum af referencer.	18.03.2014	24.03.2014
1.5	Pt. 1.10 I skriver at alle bilag under pt 1.4 skal vedlægges både som original og på USB. Hvordan skal dette være muligt? Flere dokumenter kræver underskrift hvorfor de vil blive tilsendt som pdf fil. Mener I desuden at udkast til kontrakt, bekendtgørelse, kontraktbilag 4-5-6 også skal vedlægges vores besvarelse? Venligst bekræft at vi kun skal vedlægge udbudsbilag 1-10 (dem som finder deres anvendelse) samt kontraktbilag 1,2 og 3.	Det accepteres at bilag som kræver underskrift vedlægges i pdf format. Udbudsbilag 1-10 samt kontraktbilag 1-6 skal vedlægges tilbuddet. Udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser samt udkast til kontrakt skal ikke vedlægges tilbuddet.	19.03.2014	24.03.2014
1.6	Vi vil gerne vide hvad der ligger af særlige forhold som	Se venligst hertil udbudsbetingelserne pkt. 1.18, hvor	24.03.2014	24.03.2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

	behørigt begrundet en 8-årig rammeaftale jf. udbudsdirektivets artikel 32, stk. 2?	det fremgår at: <i>"Region Midtjylland opfører pt. to nye hospitalsbyggerier DNU og DNV, som forventes færdigbygget i henholdsvis 2019 og 2022. Region Midtjylland ønsker en så stor grad af ensartethed som muligt ved den tekniske indretning af de to hospitalsbyggerier. Formålet med nærværende rammeaftale er således at sikre muligheden for ensartethed ved indretningen af de to hospitalsbyggerier, idet dette vil være med til at sikre optimale ressourcegange på hospitalerne for medarbejderne i form af ensartede procedurer for brug, vedligehold mv. Ensartede arbejdsgange giver mulighed for øget stabilitet og bedre driftssikkerhed og større fleksibilitet i forhold til afdelingerne på de respektive hospitaler. Da DNV altså først forventes færdigbygget i 2022 ønsker en varighed på rammeaftalen på 8 år."</i>		
--	--	---	--	--

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	1.2.8 Kan der i stedet for gulvmodel centrifuger type 13 og type 14, benyttes bordmodel med max. kapacitet på 4 x 800ml i udsvingsrotor	Nej, der skal leveres gulvcentrifuger med kapacitet på 4x1000 mL.	05.03.2014	12.03.2014
-----	---	---	------------	------------

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.2	<p>Vi arbejder pt. på det i overskriften nævnte udbud, men er løbet på en forhindring i forhold til kravspecifikation/løsningsbeskrivelse Kontraktbilag 1.</p> <p>Punkt 1.1.6 " Ved tilbudsgivning skal Tilbudsgiver vedlægge en kopi af betjeningsvejledning på dansk til centrifugerne"</p> <p>Vort store sortiment gør, at vi ikke har oversat alle betjeningsvejledninger til Dansk. Vi oversætter når vi sælger en given centrifuge, som vi selvfølgelig skal gøre.</p> <p>Jeg kan godt se, at det er et minimums krav – men er der på nogen måde mulighed for, at blive taget i betragtning trods dette ?</p>	<p>Se venligst "Rettelsesblad pr. 24. marts", hvor punkt 1.1.6 er ændret til:</p> <p><i>"Ved kontraktstart skal Tilbudsgiver vedlægge en kopi af betjeningsvejledning på dansk til centrifugerne."</i></p>	12.03.2014	24.03.2014
2.3	<p>Vedr. centrifuge type 14.</p> <p>4 liters gulvcentrifuge med køl og varme.</p> <p>Punkt 1.2.22 Kravet til + 4 grader kan ikke opfyldes. +7 grader er minimum.</p> <p>Problemet er, at X</p>	<p>Jf. rettelsesblad af 24/3 2014 udgår centrifuge type 14 af udbuddet. Der vil blive uploadet et opdateret kontraktbilag 1 – kravspecifikation og et opdateret kontraktbilag 2 – tilbudsliste efter 2. spørgerunde er afsluttet.</p>	19.03.2014	24.03.2014

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	<p><i>[Leverandørnavn fjernet red.]</i> er den eneste fabrikant af denne centrifuge type, som kan opfylde kravet til aktiv opvarmning. Og medmindre kravet vedrørende køling bliver justeret til 7 grader. vil der ikke være nogen tilbuds givere, som kan opfylde betingelsen Og dermed er alle udelukket fra at deltage.</p>			
2.4	<p>Desuden stilles der spørgsmål til, hvorfor man ønsker danske manualer vedlagt tilbudsgivningen? Og ikke som normalt ved kontrakt indgåelse.</p>	<p>Se venligst svar her til i spørgsmål 2.2.</p>	24.03.2014	24.03.2014

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1	5.1 Skal vinkelrotor med biocertificeret låg være certificeret af 3. part, eller kan leverandørens hermetiske låg benyttes	Leverandørens hermetiske låg vil alene kunne benyttes, såfremt at disse er biocertificeret i henhold til EN 61010-2-020 jf. rettelsesblad 1 af 12. marts 2014.	05.03.2014	12.03.2014
3.2	5.3 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=4 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsroterer.	05.03.2014	12.03.2014
3.3	5.5 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=6 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsroterer.	05.03.2014	12.03.2014

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.4	6.1 Skal vinkelrotor med biocertificeret låg være certificeret af 3. part, eller kan leverandørens hermetiske låg benyttes	Leverandørens hermetiske låg vil alene kunne benyttes, såfremt at disse er biocertificeret i henhold til EN 61010-2-020 jf. rettelsesblad 1 af 12. marts 2014.	05.03.2014	12.03.2014
3.5	6.3 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=4 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsrotorer.	05.03.2014	12.03.2014
3.6	6.5 Kan vinkelrotor til blodprøverør V=6 ml erstattes af en udsvingsrotor	Nej. Vinkelrotorer kan ikke erstattes med udsvingsrotorer.	05.03.2014	12.03.2014
3.7	Type 1 – 6: Vil regionen ikke fravige kravet om at vinkelrotorerne til blodprøverørene 13x 75/16x100 mm også skal have låg, oftest er det Mikro-PP rørene der kræver "BIO" låg. Alternativt vil der ske en begrænsning i udvalget af centrifuger, rotorer og medfører højere priser.	Låg udgår for følgende positioner i kontraktbilag 2 - tilbudslisten: Pos 1.1/1.2. Pos 1.3/1.4. Pos 4.3/4.4. Pos 4.5/4.6. Pos 4.7/4.8. Pos 5.3/5.4. Pos 5.5/5.6. Pos 5.7/5.8. Pos 6.3/6.4. Pos 6.5/6.6. Pos 6.7/6.8.	14.03.2014	24.03.2014

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6

4.1	Spørgsmål til "udkast til kontrakt" pt. 1.3.1 Kundens enheder. <i>"Ved enhed forstås alle enheder, herunder hospitaler, institutioner og administration i RM"</i>	Ved "enhed" forstås alle enheder som er underlagt Region Midtjylland. Herunder hospitaler, institutioner og administration. Dette skal ikke forveksles med øvrige offentlige institutioner, der	05.03.2014	12.03.2014
-----	--	--	------------	------------

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6

	Betyder det at rammeaftalen også dækker eks. vis lægehuse, universiteter, kommunale institutioner såsom børnehaver i regionen? eller er der kun tale om sygehuse i regionen?	administreres igennem enten Stat eller Kommune, som eksempelvis universiteter og børnehaver.		
4.2	Vedrørende dokumenter/oplysninger der skal vedlægges udbuddet. Er det nødvendigt at vedlægge kopi af kontraktbilag 4 – 5.	Se venligst svar under spørgsmål nr. 1.5.	14.03.2014	24.03.2014
4.3	Pt. 4.3 Venligst bekræft at oversigt over eventuelle reklamationer kun pågår produkter indenfor det udbudte område (de produkter rammeaftalen omfatter).	Kontrakten vedrører alene de anførte produkter i kontraktbilag 2, tilbudslisten.	14.03.2014	24.03.2014
4.4	Pt. 5.4.1. Hvor mange instruktionskurser skal der afholdes og af hvilken varighed? Venligst præcisér hvor mange træningsseancer og af hvilken varighed leverandøren skal afholde for Kundens teknikere.	Det skal præciseres at instruktion og undervisning afholdes i forbindelse med Kundens faktiske køb på kontrakten. I det at kontrakten vedrører en rammeaftale, kan dette på forhånd ikke præciseres nærmere, hvor mange instruktionskurser der skal afholdes og af hvilken varighed i det, at det afhænger af købet på aftalen. Det gør sig både gældende for instruktion af Kundens brugere og	14.03.2014	24.03.2014

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6

		teknikere.		
4.5	<p>Pt. 5.4.2 Der skal gennemføres undervisning á 2 timers varighed for personale i forbindelse med køb under delaftale 1 og 3. Venligst præciser hvor mange gange denne undervisning skal afholdes. Angiv hvor mange afdelinger der er tale om.</p> <p>Vedr. undervisning (3 gange á 4 timer varighed) af teknisk driftspersonale. Hvad skal formålet med træningen være. Skal Kundens tekniske driftspersonale trænes i at kunne udføre lovpligtigt eftersyn?</p>	<p>Der gøres indledningsvist opmærksom på, at udbuddet ikke er opdelt i delaftaler.</p> <p>Det skønnes at der er tale om ca. 10 afdelinger - der forventes derfor at skulle afholdes 10 undervisningsseancer. Det præcise antal kan dog variere herfra, og skal derfor ikke anses for at være bindende for Kunden.</p> <p>Kunden skal ikke trænes i at udføre de lovpligtige eftersyn. Teknisk personale skal opnå kendskab til centrifugernes tekniske opbygning, således de efter ansvars- og afhjælpningsperiodens udløb kan finde årsagen til fejl og evt. udbedre mindre fejl i centrifugerne.</p>	14.03.2014	24.03.2014
4.6	<p>Pt. 5.4.1 og 5.4.2 Det bedes generelt tydeliggøres hvor stort omfanget (hvor mange træningsseancer og af hvilken varighed) leverandøren skal stå til rådighed for træning.</p>	Se svar til spm. 4.3.	14.03.2014	24.03.2014
4.7	<p>Pt. 5.4.3 & 14.1.3 Kan Kunden acceptere at telefonsupport og on-site responstid ydes i tidsrummet man.-tors. 8-16 og fre. 8-15.30 på alle hverdage?</p>	Nej. Telefonsupport og onsite responstid skal ydes som anført i udbudsmaterialet.	14.03.2014	24.03.2014

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6

<p>4.8</p>	<p><u>Pt. 6.1 og 9.1</u> Venligst bekræft at det påhviler Kunden at tilsikre at de, for opgaven, nødvendige installationer er til stede, inden leverandøren leverer og installerer det bestilte. Venligst bekræft at det påhviler Kunden at tilsikre at adgangsforhold (herunder transportveje) muliggør en standardlevering. Ved standardlevering forstås levering i gadeplan.</p>	<p>Det kan bekræftes, at det påhviler Kunden at tilsikre at de for opgaven nødvendige installationer er til stede.</p> <p>Det kan bekræftes, at det påhviler Kunden at tilsikre adgangsforhold og transportveje som muliggør levering.</p> <p>Det er jf. udbudsmaterialet ikke defineret, at der alene kan forekomme levering i gadeplan. Der kan således også forekomme levering i andre plan.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at det jf. "Udkast til kontrakt" pkt. 11 påhviler leverandøren, som en del af leveringen, at opstille og tilslutte centrifugen samt at priserne jf. pkt. 6.1.2 dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, opstilling, tilslutning, service og support etc.</p>	<p>14.03.2014</p>	<p>24.03.2014</p>
<p>4.8</p>	<p><u>Pt. 9.3.3</u> Hvorledes skal man som leverandør kunne levere "uden unødigt ophold efter bestilling" iht. tidsplanen. Hvad er unødigt ophold. Udbyder kan ikke forvente at leverandørerne lagerfører alle modeller i alle 8 år kontrakten løber. Venligst præciser hvad der forventes af leveringstid.</p>	<p>Levering til DNU skal kunne ske efter bestilling og i overensstemmelse med den forventede tidsplan i kontraktbilag 4.</p> <p>"Uden unødigt ophold efter bestilling" skal forstås som "uden forsinkelser som leverandøren er ansvarlige for".</p> <p>Der forventes en leveringstid på maksimalt 6 uger fra bestilling.</p>	<p>14.03.2014</p>	<p>24.03.2014</p>
<p>4.9</p>	<p><u>Pt. 5.4.1</u> Kræver Kunden at servicemanualen (ikke</p>	<p>Engelsk servicemanual kan godt accepteres.</p>	<p>14.03.2014</p>	<p>24.03.2014</p>

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 6

	brugsvejledning) er på dansk eller kan engelsk manual accepteres?			
4.10	Pt. 13.1.2 Hvor mange temperaturer skal der foretages kontrol af?	Der skal foretages kontrol af 2 temperaturer.	14.03.2014	24.03.2014
4.11	I kontrakt bilag 1 findes der under min. krav centrifuge type ...11,12,13,14. Længere nede under "bør" krav findes der centrifuge type 11,12,14,15. Vil i uploade et nyt kontraktbilag?	Der vil blive uploadet et opdateret kontraktbilag 1 - kravspecifikation, hvor i at fejlen er rettet, efter 2. spørgerunde er afsluttet.	19.03.2014	24.03.2014

Der vil efter 2. spørgerunde blive uploadet et nyt kontraktbilag 1 - kravspecifikation og et nyt kontraktbilag 2 - tilbudsliste.