

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Hvad skal vi have fokus på til produktpræsentationen?	I skal have fokus på de evalueringskrav, der fremgår af kravspecifikationen. I forbindelse med indkaldelse til produktpræsentationen vil I få en oversigt over de krav, det drejer sig om.	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
1.2	Må produktpræsentation foregå på engelsk eller tysk?	Gerne på engelsk, men ikke tysk eller andre fremmedsprog	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
1.3	Pkt. 1.16. Hvad skal administrationsbidraget bruges til?	De via administrationsbidraget indkomne midler anvendes alene til opnormering inden for indkøbsområdet - således at Region Midtjyllands indkøb konkurrenceudsættes og aftaledækkes, samt til drift og vedligeholdelse af aftalerne.	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
1.4	Hvor skal tilbuddet afleveres?	Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15. 8200 Aarhus N	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
1.5	Pkt. 1.10.3. Hvilken dokumentation skal der vedlægges for virksomhedens tekniske kapacitet i forhold til indeståelseserklæringen?	Erklæringen skal kun vedlægges i den situation, hvor man som tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomhed for at kunne opfylde kontrakten. Såfremt en tilbudsgiver baserer sin tekniske formåen i forhold til opfyldelsen af kontrakten	Udbudspræsentation 03.10.2013	14.10.13

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

		på en anden virksomheder, skal der foreligge en erklæring fra den pågældende virksomhed om, at de stiller deres ressourcer til rådighed, såfremt tilbudsgiver får tildelt kontrakten. Herudover skal der ikke foreligge dokumentation.		
--	--	--	--	--

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	Skal uddybende beskrivelser til et krav vedlægges som bilag eller er det muligt at skrive det i feltet ved kravet?	Det foretrækkes at uddybende beskrivelser skrives ved kravet, men hvis beskrivelsen er omfattende accepteres, at denne vedlægges som et bilag.	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
2.2	Pkt. 5.1 og 5.15: Ved at stille audio indgang i taleprocessor som et mindstekrav afskærer I jer selv fra at få tilbudt løsninger til streaming. Hvordan forholder I jer til det?	Mindstekravet pkt. 5.1: Punktet omkring teleslynge og audio og FM-udstyr udelades, da det fremgår af punkt 5.15. Mindstekrav pkt.5.15 ændres således at det er muligt at tilslutte hjælpemidler via audioindgang eller løsninger med streaming. Ny kravspecifikation uploades d.d.	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
2.3	Pkt. 7.17 og 7.18. Skal der leveres brugsanvisninger og manualer på både dansk og engelsk?	Ja	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
2.4	I kontraktbilag 1 Kravspecifikationen kan punkt 7.22 og 7.23 ikke udfyldes. Der er ikke adgang til at udfylde punkterne?	Det er en fejl. Nyt Kontrakt bilag 1 – kravspecifikation_131017 uploades	14.10.13	17.10.13
2.5	Ved udfyldelse af punkter i kontraktbilag 1	Nej, det har ingen betydning.	14.10.13	17.10.13

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	Kravspecifikationen skifter skriftfarven fra punkt til punkt mellem sort, rød eller blå. Har det nogen betydning?			
2.6	Pkt. 5.1 Er det et mindstekrav, at de forskellige længder på kablet mellem processor og eksterne magnetdel skal inkludere længden 6 cm. ?	Nej, der skal leveres kabler der ligger i intervallet fra 6-28 cm.	16.10.13	17.10.13

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1	Skal der afgives samme pris på implantater til specielle anatomiske forhold og på implantaterne i startpakkerne?	Der skal afgives ens pris på implantaterne i startpakkerne, men der må gerne afgives en anden pris på implantater til specielle anatomiske forhold.	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
-----	--	---	----------------------------------	----------

4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-8

4.1	Pkt. 7.1.3 I dag foregår bestilling af tilbehør således at patienterne bestiller direkte ved leverandøren og vi, som leverandør, opsamler alle ordrer på en ordre fx en gang om måneden. Hvordan skal det fremad håndteres?	I dag bestilles varerne uden om vores indkøbssystem. Efter dette udbud vil alle varer blive oprettet i indkøbssystemet og bestilling foregå af den vej. Det er endnu ikke fastlagt, hvorledes bestillingsflowet skal være med patienter i eget hjem. Vi er opmærksomme på udfordringerne og vil i forbindelse med indgåelse af nye aftaler fastlægge en procedure for, hvorledes bestillingerne kan foregå mest hensigtsmæssigt.	Udbudspræsentation 03.10.2013	07.10.13
-----	--	--	----------------------------------	----------