

**Rettelsesblad**  
**pr. 16. oktober 2013**  
**vedr.**  
**EU Udbud 2013/S 177-305173**

**CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem**

## Rettelser:

- **Udbudsbetingelser punkt 1.23.2:**

### Tidligere tekst:

Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf. **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.

Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt.

Anskaffelsesprisen for de i delaftale 1 og delaftale 2 opstillede produkter vægtes med 85 %.

Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med 10 %. På de positioner hvors leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.

Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.

### Erstattes af:

Vurderes på baggrund af udbudt mængde gange enhedspris angivet i tilbudslisten, jf. **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.

Såfremt prisevalueringen viser, at en tilbudsgiver har afgivet en så høj pris, at det ikke er muligt at få tildelt kontrakten, til trods for maksimum point på de kvalitative kriterier, afvises tilbuddet som uantageligt.

Prisevalueringen for delaftale 1:

Anskaffelsesprisen vægtes med 95 %.

Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og 8 vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.

Prisevaluering for delaftale 2:

Anskaffelsesprisen vægtes med 90 %.

Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med 10 %. På de positioner hvors leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.

- **Udbudsbetingelserne punkt 1.21.1 delaftaler**

### Tidligere tekst

Der udbydes ca. 60 produkter i alt, fordelt på 2 delaftaler, jf. tilbudslisten, **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

Det er muligt at afgive tilbud på en eller begge delaftaler. Der skal som minimum afgives tilbud på alle positioner indenfor en delaftale.

#### **Ændres til**

Der udbydes ca. 60 produkter i alt, fordelt på 2 delaftaler, jf. tilbudslisten, **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

Det er muligt at afgive tilbud på en eller begge delaftaler. Der skal som minimum afgives tilbud på 90 % af positionerne indenfor en delaftale.

- **Udbudsbetingelserne 1.23.1**

#### **Tidligere tekst:**

Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og **8** vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.

#### **Ændret til:**

Kartonpriser på delaftale 1 positions nr. 1,4,5 og **7** vægtes med 5 %. Det er op til leverandøren selv at definere, hvor mange produkter en karton indeholder.

- **Udbudsbetingelserne punkt 1.23.2**

#### **Tidligere tekst:**

Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med 10 %. På de positioner hvors leverandøren ikke afgiver tilbud vil prisen ved at tage den dyreste afgivne pris og tillægge 2 %.

#### **Ændres til:**

Øvrigt sortiment opstillet på side 3 i tilbudslisten tilhørende delaftale 2 vægtes med 10 %. Evalueringen vil ske på de sammenfaldende positioner i øvrigt sortiment.

- **Kravspecifikationen mindste-krav 1.76:**

#### **Tidligere tekst**

I forbindelse med aftalestart skal leverandøren uden beregning uddanne max fire personer pr. afdeling på hhv. Århus Universitetshospital (RVC, Søvnklinikken, Neurologisk afd.), Hospitalsenhed Midt, lungemedicinsk afdeling i Ålborg og max 7 stk. på Regionshospitalet Silkeborg i udstyrets samt softwarens funktion. Uddannelsen planlægges sammen med den enkelte afdeling. Vedligeholdende uddannelse er også inkluderet.

Beskriv

#### **RCV udgår. Således lyder mindstekrav 1.76 således:**

I forbindelse med aftalestart skal leverandøren uden beregning uddanne max fire personer pr. afdeling på hhv. Århus Universitetshospital (Søvnklinikken og Neurologisk afd.), Hospitalsenhed Midt, lungemedicinsk afdeling i Ålborg og max 7 stk. på Regionshospitalet Silkeborg i udstyrets samt softwarens funktion. Uddannelsen planlægges sammen med den enkelte afdeling. Vedligeholdende uddannelse er også inkluderet.

Beskriv

RCV er ikke en del af udbuddet.

- **Kravspecifikation mindstekrav 0.4:**

**Tidligere tekst:**

Produkterne skal være phthalat og latex frie.

**Ændret til:**

Produkterne skal være fri for alle farlige phthalater og latex frie.

- **Kravspecifikation mindstekrav 1.23**

**Tidligere tekst:**

Ledningen til apparatet skal være mindst 2,5 meter.

**Ændret tekst:**

Ledning inkl. strømforsyning skal være mindst 2,5 meter.

- **Kravspecifikationens bør-krav 2.33, 2.35 og 2.67**

**Slettes**

- **Tilbudslisten**

I Kontraktbilag 2 (Tilbudslisten) fremgår størrelsen på de udbudte masker. Disse størrelsesangivelser er ikke mindstekrav, hvorfor størrelserne altså gerne må fraviges. Det tilbudte skal dog være substituerbart med den udbudte størrelse og fravigelsen må ikke påvirke den daglige arbejdsgang. Brugergruppen vurderer, om det tilbudte er substituerbart med det udbudte.

- **Tidsfristen er rykket til den 4. november 2013 kl. 12.00**