

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar

SPØRGSMÅL & SVAR

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
1	Kontraktbilag 2: Tilbudslisten - Delaftale 6:	<p>For at øge konkurrencen opfordres ordregiver at ændre positionsnummer 6.4 (størrelsen 14Gx20cm.)til en frivillig position alt. fjerne denne størrelse, som tilbudsgivere i stedet kan placere under "øvrigt sortiment". Mængdemæssigt udgør det årligt 30stk. eller ca. 1% af det samlede årlige forbrug.</p> <p>Er positionen obligatorisk udelukker det bl.a. vores virksomhed at byde ind på denne delaftale.</p>	<p>Positionsnummer 6.4 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.</p>	11-07-2014	15-07-2014
2	Kontraktbilag 1: Kravspecifikation - Delaftale 8.2:	<p>"På Ordregivers forlangende skal der kunne tilbydes en flergangspistol, som passer til de tilbudte engangsbiopsinåle."</p> <p>Har udbudsgivere et forventet antal pistoler regionen kan tænkes behøves under kontraktperioden?</p>	<p>Ordregiver her ikke et forventet antal pistoler. Behovet herfor er meget lille, hvorfor pistolerne ikke er en del af tilbudslisten.</p>	11-07-2014	15-07-2014

Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar

NR.	HENVISNING	SPØRGSMÅL	SVAR	DATO FOR MODTAGELSE	DATO FOR BESVARELSE
3	Kontraktbilag 1: Kravspecifikation - Delaftale 8.7:	<p>"Det vægtes positivt, at biopsinålen er skarp, har god slagkraft, og kan skære vævsprøver af god kvalitet."</p> <p>Udbudsgivere opfordres til at omformulere dette krav. "God slagkraft" omhandler selve biopsipistolen, som har en god fjeder/spænding/trigger og ikke selve biopsinålen alene.</p> <p>Nål og pistol som passer sammen giver endvidere en god slagkraft.</p>	<p>Kravet ændres til følgende:</p> <p><i>"Det vægtes positivt, at biopsinålen er skarp og kan skære vævsprøver af god kvalitet.</i></p> <p><i>Beskriv venligst hvorledes dette krav opfyldes.</i></p> <p><i>Afprøvning af vareprøver vil også indgå i vurderingen."</i></p> <p>Kravet i delaftale 9, pkt. 9.7 ændres tilsvarende.</p> <p>Se hertil nu udgave af Kontraktbilag 1 - kravspecifikation</p>	11-07-2014	15-07-2014
4	Kontraktbilag 1: Kravspecifikation - Generelle krav:	Vi undre os over ikke at finde punktet "generelle krav", da dette var med under spørgerunden?	De generelle krav er indsat i "udkast til kontrakt"	11-07-2014	15-07-2014