

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

## SPØRGSMÅL & SVAR

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|---|--|--|---------------------|---------------------|
| 1   | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten -<br>Delaftale 6:       | <p>For at øge konkurrencen opfordres ordregiver at ændre positionsnummer 6.4 (størrelsen 14Gx20cm. )til en frivillig position alt. fjerne denne størrelse, som tilbudsgivere i stedet kan placere under "øvrigt sortiment". Mængdemæssigt udgør det årligt 30stk. eller ca. 1% af det samlede årlige forbrug.</p> <p>Er positionen obligatorisk udelukker det bl.a. vores virksomhed at byde ind på denne delaftale.</p> | <p>Positionsnummer 6.4 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.</p>                        | 11-07-2014          | 15-07-2014          |
| 2   | Kontraktbilag 1:<br>Kravspecifikation -<br>Delaftale 8.2: | <p>"På Ordregivers forlangende skal der kunne tilbydes en flergangspistol, som passer til de tilbudte engangsbiopsinåle."</p> <p>Har udbudsgivere et forventet antal pistoler regionen kan tænkes behøves under kontraktperioden?</p>  | <p>Ordregiver her ikke et forventet antal pistoler. Behovet herfor er meget lille, hvorfor pistolerne ikke er en del af tilbudslisten.</p> | 11-07-2014          | 15-07-2014          |

## Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR  | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|---|--|---|---------------------|---------------------|
| 3   | Kontraktbilag 1:<br>Kravspecifikation -<br>Delaftale 8.7:       | <p>"Det vægtes positivt, at biopsinålen er skarp, har god slagkraft, og kan skære vævsprøver af god kvalitet."</p> <p>Udbudsgivere opfordres til at omformulere dette krav. "God slagkraft" omhandler selve biopsipistolen, som har en god fjeder/spænding/trigger og ikke selve biopsinålen alene.</p> <p>Nål og pistol som passer sammen giver endvidere en god slagkraft.</p> | <p>Kravet ændres til følgende:</p> <p><i>"Det vægtes positivt, at biopsinålen er skarp og kan skære vævsprøver af god kvalitet.</i></p> <p><i>Beskriv venligst hvorledes dette krav opfyldes.</i></p> <p><i>Afprøvning af vareprøver vil også indgå i vurderingen."</i></p> <p>Kravet i delaftale 9, pkt. 9.7 ændres tilsvarende.</p> <p>Se hertil nu udgave af Kontraktbilag 1 - kravspecifikation</p> | 11-07-2014          | 15-07-2014          |
| 4   | Kontraktbilag 1:<br>Kravspecifikation –<br>Generelle krav:      | Vi undre os over ikke at finde punktet "generelle krav", da dette var med under spørgerunden?  | De generelle krav er indsat i "udkast til kontrakt"   | 11-07-2014          | 15-07-2014          |
| 5   | Kontraktbilag 2:<br>Delaftale 3                                 | Der er ikke angivet felter til besvarelse af kravs specifikationens pkt. 3.12. Vil Ordregiver tilføje dette?   | Felter vedrørende indhold af PVC og mærkningspligtige phatalater er tilføjet tilbudslisten, delaftale 3   | 17-07-2014          | 12-07-2014          |
| 6   | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 1 punkt<br>1.20 | For at øge konkurrencen, vil det hensigtsmæssigt at gøre pågældende position "frivillig". Vi kan ikke byde på denne str. Der er et meget lille årligt forbrug på 10 stk.   | Positionsnummer 1.20 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.   | 04-08-2014          | 12-07-2014          |
| 7   | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 4 punkt<br>4.4  | Kunne man fra Regionens side gøre denne position "frivillig" for at øge konkurrencen? Denne str. producerer vi ikke længere grundet minimalt forbrug.  | Positionsnummer 4.4 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.  | 04-08-2014          | 12-07-2014          |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING   | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 8   | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 5 punkt<br>5.3 | Er det muligt at gøre denne position "frivillig" for at øge konkurrencen. Vi kan tilbyde de nærliggende str., men ikke denne specifik?   | Positionsnummeret udgår. Forbruget fordeles på henholdsvis positionsnummer 5.2 og 5.4. Se hertil ny udgave af Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten.   | 04-08-2014          | 15-08-2014          |
| 9   | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 6 punkt<br>6.1 | For at øge konkurrencen, vil det være hensigtsmæssigt at gøre pågældende position "frivillig" grundet det lille forbrug / år. Pågældende str. er ikke en del af vores sortiment.               | Positionsnummer 6.1 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.   | 04-08-2014          | 12-07-2014          |
| 10  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 6              | Bare til info, er der 2 positioner med samme nr. – 6.4.  | Positionsnumrene er ændret.  | 04-08-2014          | 12-07-2014          |
| 11  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 6              | Hvordan ønskes det beskrevet, såfremt man ønsker at tilbyde to forskellige varenumre til en position? Vil det være i orden, at tilføje en ekstra linje med samme positionsnummer i materialet? | <p>Ordregiver ønsker kun tilbud på et produkt per positionnummer.</p> <p>Ordregiver henviser tilbudsgiver til kravspecifikationens konkurrenceparametre samt vægtningen af tildelingskriterierne for at finde frem til de mest egnede produkter.</p> <p>Det skal bemærkes, at manglende produkter til særlige patienttilfælde, dvs. "yderstørrelser" og lignende, kan anføres i Tilbudslisten under "manglende størrelser". Se dog hertil udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.</p> | 04-08-2014          | 15-08-2014          |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR<br>MODTAGELSE | DATO FOR<br>BESVARELSE |
|-----|---|--|--|------------------------|------------------------|
| 12  | Kontraktbilag 1:<br>Kravspecifikation,<br>Delaftale 7.7 | ... biopsi pistol har ikke indstilling på 1 og 2 cm i en og samme, det er to forskellige produkter, kan jeg tilbyde dette? | <p>Kravet er et konkurrenceparameter. Manglende opfyldelse af et konkurrenceparameter medfører ikke, at tilbuddet bliver ikke-konditionsmæssigt.</p> <p>Tilbudsgiver kan derfor godt tilbyde en engangsbiopsinål med indstillet biopsilængde på cirka 2 cm samt identisk engangsbiopsinål med indstillet biopsilængde på cirka 1 cm.</p> <p>Sidstnævnte kan tilføjes tilbudslisten under manglende størrelser.</p>   | 05-08-2014             | 12-07-2014             |
| 13  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 1       | Når der er flere katetre som kan bydes på samme position hvad gør jeg så, kan ikke indsætte linje?                         | <p>Ordregiver ønsker kun tilbud på et produkt per positionnummer.</p> <p>Ordregiver henviser til kravspecifikationens konkurrenceparametre samt vægtningen af tildelingskriterierne for at finde frem til tilbudsgivers mest egnede produkter.</p> <p>Det skal bemærkes, at manglende produkter til særlige patienttilfælde, dvs. "yderstørrelser" og lignende, kan anføres i Tilbudslisten under "manglende størrelser". Se dog hertil udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.</p> | 05-08-2014             | 15-08-2014             |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR  | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|---|--|---|---------------------|---------------------|
| 14  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 2   | Er dette almindelige forlængerslanger med trevejshane, eller er det til drænageposer? Skal det være high pressure slanger eller? | Ordregiver ønsker forlængerslanger med 3-vejshane, som kan tilsluttes standard urinpose. Ordregiver ønsker ikke high pressure slanger.  | 05-08-2014          | 15-08-2014          |
| 15  | Kontraktbilag 2,<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 1, position<br>1.1 - 1.6 :  | Er det muligt at byde ind med eks produkter til Seldinger på nogle positioner og One-step på andre positioner ?                  | Der skal tilbydes drænage katetre til "one-step" og "seldinger" på de positioner, hvor det er angivet i tilbudslisten.<br><br>Såfremt drænage katetre til "seldinger" ikke kan tilbydes, kan der alternativt tilbydes identisk drænage katetre, som under "one-step", jf. kravspecifikationen, delaftale 2, pkt. 1.2. | 05-08-2014          | 12-07-2014          |
| 16  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 2,<br>Konnektor funnel<br>med og uden 3<br>vejshane, Position<br>2.3: | Hvad er det udbyder ønsker her ? Man beder om konnektor uden mellemstykke ? Er det en løs hane eller noget helt andet ?          | Position 2.3 udgår helt fra udbuddet efter nærmere gennemgang af årsforbruget.  | 05-08-2014          | 12-07-2014          |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR<br>MODTAGELSE | DATO FOR<br>BESVARELSE |
|-----|---|--|--|------------------------|------------------------|
| 17  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 5, Kanyler<br>til punktur med<br>stilet, position 5.3 | Da denne størrelse , her menes en<br>længde på 18 cm er en meget unormal<br>størrelse , vil jeg foreslå og henstille til<br>udbyder om at markere denne blå eller<br>lade den udgå af udbuddet , idet dette kan<br>udelukke mange udbydere i at byde på<br>hele denne delaftale idet det ikke er en<br>standardstørrelse på punkturnål med stilet<br>og eccocoatning . | Ordregiver henviser til spørgsmål 8  | 05-08-2014             | 15-08-2014             |
| 18  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 5, position<br>5.9-5.10.                              | Mener udbyder en punkturkanyle med<br>trocar slib / spids ?  | Ordregiver er usikker på, hvad tilbudsgiver<br>mener. Såfremt nedenstående ikke<br>besvarer tilbudsgivers spørgsmål, bedes<br>spørgsmålet uddybes.<br><br>Ordregiver ønsker punkturkanyle med<br>trocarnål, som skære godt og som kan ses<br>tydeligt ved ultralydsscanning. | 05-08-2014             | 15-08-2014             |
| 19  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 6, position<br>6.1                                    | Da det er forbrug på kun 10 nåle opfordres<br>udbyder at markere denne position blå<br>eller fjerne denne position eller alternativ ,<br>mulighed for at påføre som manglende<br>størrelse evt det samme for position 6.3 og<br>6.5 , hvor der også er angivet et forbrug på<br>10 stk.  | Positionsnummer 6.1, 6.3 og 6.5 ændres til<br>frivillige positioner. Se hertil ny udgave af<br>kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.<br><br>( <i>Bemærk!</i> pkt. 6.5 er rettet til pkt. 6.6, jf.<br>spørgsmål 10)   | 05-08-2014             | 12-07-2014             |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR<br>MODTAGELSE | DATO FOR<br>BESVARELSE |
|-----|---|--|--|------------------------|------------------------|
| 20  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten                                 | <p>Kolonnerne er jo skrivebeskyttet så man kan IKKE øge kolonnebredden eller flette cellen så hele teksten på eks kolonnen med varebeskrivelse kan være der, hvilket vil betyde at det udskrevne udbud ikke kan ses korrekt.</p> <p>Vil udbyder rette kontraktbilag 2 exelarket så der er mulighed for tilbudsgiver at notere de ønskede informationer i kolonnerne.</p> | <p>Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten er tilrettet herefter.</p> <p>Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation er tilsvarende tilrettet.</p> | 05-08-2014             | 12-07-2014             |
| 21  | Udbudsbetingelser<br>pkt. 6.4,<br>Referenceliste<br>udbudsbilag 3 | <p>Ønsker udbyder referencer fordelt på enkelte produktnumre eller ønskes en samlet sum i salg i kr pr leveringssted?</p> <p>Hvis det er pr produktnumre kan det jo gå hen og blive en lang liste .</p>  | <p>Ordregiver ønsker referenceliste med angivelse af samlet sum i salg i kr. pr. leveringssted.</p>                                | 05-08-2014             | 12-07-2014             |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR  | DATO FOR<br>MODTAGELSE | DATO FOR<br>BESVARELSE |
|-----|---|--|---|------------------------|------------------------|
| 22  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 6, pos. 6.1 | <p>Vi har vanskeligt ved at byde på samtlige positioner i Delaftale 6 og vil henstille til at position 6.1 enten udgår eller at I lempe på kravet om at der skal bydes på alle varelinjer.</p> <p>(Hvis man har produktvarianten i sortiment, vil varianten fortsat kunne tilbydes under feltet "Manglende størrelser i tilbudslisten kan også angives herunder".)</p> <p>Vi håber at I vil lukke op for at flere tilbudsgiver kan byde - specielt set i lyset af det lave årlige forbrug som udgør &lt; 5% af den totale aftale, og at I givetvis får flere tilbud og større konkurrence på prisen.</p> | <p>Positionsnummer 6.1 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.</p> | 08-08-2014             | 12-07-2014             |



**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING  | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|---|--|--|---------------------|---------------------|
| 23  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 7, pos. 7.3 | <p>Vi har vanskeligt ved at byde på samtlige positioner i Delaftale 7 og vil henstille til at position 7.3 enten udgår eller at I lempe på kravet om at der skal bydes på alle varelinjer.</p> <p>(Hvis man har produktvarianten i sortiment, vil varianten fortsat kunne tilbydes under feltet "Manglende størrelser i tilbudslisten kan også angives herunder".)</p> <p>Vi håber at I vil lukke op for at flere tilbudsgiver kan byde - specielt set i lyset af det lave årlige forbrug som udgør en mindre andel af den totale aftale, og at I givetvis får flere tilbud og større konkurrence på prisen.</p> | <p>Positionsnummer 7.3 ændres til en frivillig position. Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudsliste.</p>  | 08-08-2014          | 15-08-2014          |
| 24  | Kontraktbilag 2:<br>Tilbudslisten,<br>Delaftale 4, pos. 4.1 | <p>Længden på wiren kan variere. Ordregiver opfordres til at ændre teksten til ... ca. 80-90cm</p>   | <p>Ordregiver ændre teksten til "80-90cm". Se hertil ny udgave af kontraktbilag 2 - Tilbudslisten.</p>   | 11-08-2014          | 15-08-2014          |
| 25  | Kontraktbilag 1:<br>Kravspecifikation,<br>Delaftale 7.7     | <p>Yderligere til dette spørgsmål (spørgsmål 12): hvor højt vægtes det, at man har 2 forskellige prod. I forhold til begge funktioner i samme produkt?</p>   | <p>Ordregiver henviser til kravspecifikationens pkt. 7.7, hvor det står angivet, at en biopsilængde på ca. 1 cm og ca. 2 cm. vægtes med 13,33% i forhold til medicinsk funktionalitet.</p> <p>Tilbydes der to forskellige produkter scores dette ikke.</p> | 14-08-2014          | 15-08-2014          |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING            | SPØRGSMÅL   | SVAR   | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 26  | Udbudsbilag 2, 3 og 5 | <p>Jeg ville høre om det var muligt at få låst følgende felter i wordfilen "udbudsbilag-produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention" op.</p> <p>Udbudsbilag 2 – det er ikke muligt at ændre skriftfarven i skrivefelterne</p> <p>Udbudsbilag 3 – Punkt 3.1: Det er ikke muligt at fjerne den røde tekst med kursiv</p> <p>Punkt 3.2: Det er ikke muligt at ændre skriftfarven på dette.</p> <p>Udbudsbilag 5- Der er ikke muligt at skrive i feltet hvor der står udfyldes af tilbudsgiver</p> | <p>Wordfilen "udbudsbilag - produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention" er blevet tilrettet, jf. tilbudsgiver spørgsmål. Ser hertil ny udgave.</p> | 14-08-2014          | 15-08-2014          |
| 27  | Udbudsbilag           | <p>"Jeg tror at der er en fejl i dette dokument under Udbudsbilag 3<br/>Når man printer dette ud, ændre teksten sig til følgende:<br/>Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet</p> <p>+ samme fejl på side 8 Fejl!<br/>Henvisningskilde ikke fundet"</p>   | <p>Udbudsbilaget er blevet tilrettet herefter</p>  | 15-08-2014          | 19-08-2014          |

## Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar

| NR. | HENVISNING                                       | SPØRGSMÅL  | SVAR   | DATO FOR MODTAGELSE | DATO FOR BESVARELSE |
|-----|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 28  | Delaftale 6 og 7.                                | <p>Hvad er forskellen på den semiautomatisk og fuldautomatisk biopsinål.</p> <p>Vil I beskrive detaljerne, så det fremgår klart og tydeligt hvad forskellen er - idet vores produkt lever op til kravene i begge delaftaler.</p>   | <p>Ved fuldautomatisk biopsinåle affyres nål og biopsislæde samtidigt. Dvs. biopsinålens længde øges i forhold til den ønskede biopsilængde - eksempelvis ca. 2 cm.</p> <p>Ved semiautomatiske biopsinåle indføres slæden til den ønskede position, hvorefter kun nålen affyres. Dvs. biopsinålens længde <i>ikke</i> øges yderligere.</p> | 19-08-2014          | 22-08-2014          |
| 29  | Udbudsbilag 4 og Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten | <p>Vedrørende vareprøveangivelse</p> <p>Positionsnumrene på udbudsbilag 4 (6.6 og 6.7) er forkerte idet de ikke matcher tilbudslistens positionsnumre på delaftale 6, Kolonne H - hvor der er angivet vareprøveantal.</p> <p>Udbudsbilag 4 bør derfor ændres til at 6.6 bliver til 6.7 og 6.7 bliver til 6.8. hvis de skal matche tilbudslisten.</p> | Udbudsbilaget er blevet tilrettet herefter   | 21-08-2014          | 22-08-2014          |
| 30  | Udbudsbetingelser                                | Från och med vilken datum skall detta avtal begynne och slutte?  | Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4 samt pkt. 11.4  | 22-08-2014          | 22-08-2014          |
| 31  | Udbudsmateriale                                  | Vilka produkter finns på avtal idag och till vilke priser?   | Ønskede produkter fremgår af Kontraktbilag 2 - Tilbudslisten. Region Midtjylland oplyser ikke priser.  | 22-08-2014          | 22-08-2014          |

**Kontraktbilag 5 - Spørgsmål og Svar**

| NR. | HENVISNING             | SPØRGSMÅL  | SVAR  | DATO FOR<br>MODTAGELSE | DATO FOR<br>BESVARELSE |
|-----|------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| 32  | Kontraktbilag 3        | Jag har downloadet dessa dokument men kan icke finde Kontraktbilag 3: Produktoplysninger/datablade. Mangler den eller finnes den i ett annet dokument? | Tilbudsgiver skal selv vedlægge Kontraktbilag 3, idet det vedrører oplysninger om egne produkter. | 22-08-2014             | 22-08-2014             |
| 33  | Udbudsbilag 1, pkt 1.3 | Hvad menes med dette?<br><br>Er det prisoplysninger el. oplysninger generelt om virksomheden?  | Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 15 for en nærmere oplysninger.                         | 22-08-2014             | 22-08-2014             |