

**Spørgsmål til udbudsmateriale på
EU-udbud 2008/S 207-274283,
Indkøb af CT-scanner til Virtuel simulering af stråle-
behandling**

? Af hensyn til at kunne vurdere mulighederne for integration med informationssystemet ARIA fra Varian Medical Systems, jf. Bilag B Generelle krav 1.1.8, er det vigtigt at få information om de benyttede software versioner, evt patches m.m. i informationssystemet ARIA fra Varian Medical Systems.

Svar:/ Der køres i dag version 8.0 og opgraderer i uge 8/2009 til ARIA version 8.5.