



- RUM NR. 50-2031 CT-SCANNER
- HANDVASK : TYPE 2, HOSPITALSVASK MED BERØRINGSFRI ARMATUR
  - HØJSKABE : 4 STK. DEPTHØJSKABE TIL FLYTBARE HYLDER SOM ZYSTM VARENR. 1010002
  - : MÅL: HxBxD: 2000x356x453 MM.
  - : EKSKL. HYLDER
  - SPRIT DISPENSER : 2 STK. SOM KIRUDAN
  - SÆBE DISPENSER : 1 STK. SOM KIRUDAN
  - SPEJL : SPEJL I FLISEMODUL, INDMURET, 3x3 FLISER
  - LAMPER : BELYSNINGSSARMATUR OVER SPEJL.
- ALT ØVRIGT VIST INVENTAR ER BYGGERELEVANCE



REVISION: INSTALLATIONSKANAL ER PLACERET 400 MM. OVER GULV, REGNET TIL OVERKANT KANAL

REV.DATO:27.08.2008

REGIONSHOSPITAL HERNING - BYGNING 50 - ONKOLOGIHUSET

RUMTEGNING

TEGN. NR. REV.

CT-SCANNER - RUM NR. 50-2031

T-A-50-02-5-IN31 A

MÅL: 1:50

Godk. JS

Teg. DIM

KS.

DATO:

03.07.2008