

Kontraktbilag 4

Spørgsmål - svar til udbudsmaterialet

Udbudsmateriale - Offentligt udbud

Udbud af defibrillatorer/monitorer samt tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland

Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

Nr.	Spørgsmål:	Spørgsmålet vedrører	Svar:
1	<p>I betragtning af at DS / EN 60601-1:2006 ikke er et krav for CE-mærkning, ønsker vi at vide, om I kan acceptere, at enheden er i overensstemmelse med EN 60601-1:1995 (2nd Edition) og / eller EN 60601-1:1990 + A1 / A2 EN 60601-1-2:2001 + A1 EN 60601-2-4:2003, som er harmoniserede europæiske standarder for CE-mærkning.</p>	Kravspecifikation, kravnr. 1	Ordregiver kan acceptere at enheden er overensstemmelse med EN 60601-1:1995 (2nd Edition) og / eller EN 60601-1:1990 + A1 / A2 EN 60601-1-2:2001 + A1 EN 60601-2-4:2003, som er harmoniserede europæiske standarder for CE-mærkning.
2	<p><i>Spørgsmålet er anonymiseret med henblik på at udelade navnet på spørgerens produkt.</i></p> <p>Vi forstår det, som om enheden til type B, skal have minimum 1 styk invasive tryk til måling af patientens blodtryk (IBP) og kunne udføre rektal eller øsofagal temperaturmåling .</p> <p>Vores løsning opfylder ikke stillede krav til type B, da vores produkt kan vælges med enten med IBP eller temperatur. Vi beder jer grundet dette, at ændre kravet til enten IBP eller temperatur eller at gøre dette til en K-krav.</p>	Kravspecifikation, kravnr. 19	Ordregiver fastholder mindstekravet som beskrevet i kravspecifikationen. Dvs. defibrillatoren/monitoren skal have minimum 1 styk invasivt tryk til måling af patientens blodtryk (IBP) og kunne udføre rektal eller øsofagal temperaturmåling.
3	<p><i>Spørgsmålet er anonymiseret med henblik på at udelade navnet på spørgerens produkt.</i></p> <p>Er det et krav af kravtype MK, at enheden skal kunne defibrillere bifasisk fra 5 joule – 360 joule?</p> <p>Baggrund for spørgsmålet: Rekommandationerne fra ERC og AHA anbefaler defibrillering ved. 200 joule (voksne).</p>	Kravspecifikation, kravnr. 1	<p>Ordregiver kan acceptere, at enheden kan defibrillere bifasisk fra 5-200 joule.</p> <p>Kravspecifikationen og løsningsbeskrivelsen ændres i overensstemmelse hermed.</p>
4	<p>Der stilles som mindstekrav at det tilbudte udstyr kan støde bifasisk fra 5 joule til 360 joule. Vi skal venligst anmode om at dette mindstekrav ændres. Vi mener ikke at der er evidens for at 200-360J bifasisk (BTE) er mere effektivt end andre bifasiske defibrillatorer som anvender lav energi bifasiske</p>	Kravspecifikation, kravnr. 1	<p>Ordregiver kan acceptere, at enheden kan defibrillere bifasisk fra 5-200 joule.</p> <p>Kravspecifikationen og</p>

Udbudsmateriale - Offentligt udbud

Udbud af defibrillatorer/monitorer samt tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland

Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

	stød. Dette fremgår af ERC Guidelines 2010 og der er bred enighed om at det er den leverede strøm og ikke energi som bestemmer hvor effektivt et stød er jf. vedhæftede		løsningsbeskrivelsen ændres i overensstemmelse hermed
5	Skal prisen for det nævnte fastspændingsudstyr være en del af prisen for enheden, eller skal prisen for dette oplyses særskilt og i så fald hvor?	Kravspecifikation, kravnr. 12	Fastspændingsudstyret er en del af prisen for defibrillatoren, som angives i kontraktbilag 3.
6	Skal der kunne foretages samtidig monitorering af invasivt tryk (IBP) og temperatur	Kravspecifikation, kravnr. 19	Ja, der henvises i øvrigt til svaret på spørgsmål 2.
7	I forhold til modtagelse af alarmer ønskes oplyst hvem regionens pager-leverandør er og om det er den samme på alle lokaliteter. Samtidigt ønskes det oplyst om de personer der ønskes alarmeret befinder sig fysisk på sygehusene.	Kravspecifikation, kravnr. 21	Hospitalerne bruger pt. pagere/personsøgere fra Ascom. Hospitalerne er ikke forpligtet til at bruge samme leverandør. Det er vagthavende læge på de telemedicinske centre, der skal alarmeres. Denne læge kan befinde sig overalt på hospitalerne.
8	Hvorledes forestiller ordregiver sig at alarmering skal foregå hvis det ikke må ske via SMS eller e-mail?	Kravspecifikation, kravnr. 22	Der vil være mulighed for integration til trådløst netværk på hospitalerne og de eksisterende alarmeringssystemer. I øvrigt vil ordregiver evaluere på tilbudsgivers svar på kravnr. 22, hvor tilbudsgiver får mulighed for at beskrive sin løsning.
9	I forhold til valg af hvilken løsning vi skal tilbyde, ønskes oplyst forventet antal EKG'er modtaget årligt	Kravspecifikation, kravnr. 25	Det forventede antal EKG'er vil være ca. 10.000 årligt for regionen som helhed. Det forventede antal EKG'er angivet her er ikke bindende for ordregiver, idet ændringer i demografiske forhold, visitationsretningslinjer, behandlingsretningslinjer eller andet kan få betydning for niveauet.
10	Hvem afholder udgifterne til etablering af interface til GE	Kravspecifikation,	Leverandøren etablerer interface til GE

Udbudsmateriale - Offentligt udbud

Udbud af defibrillatorer/monitorer samt tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland

Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

	MUSE?	kravnr. 42	MUSE uden at modtage særskilt betaling herfor.
11	Kvalitet af ydet HLR kan også registreres via accelerometer som yderligere giver information om trykdybde, samt feedback til brugeren i realtid. Vil denne teknologi indfri krav 44, eller er der et specifikt krav om thorakal impedansmåling? I så fald anmoder vi venligst om at få oplyst hvorfor denne metode foretrækkes.	Kravspecifikation, kravnr. 44	Tilbudsgiver kan acceptere, at kvalitet af ydet HLR registreres via accelerometer.
12	Indgår forbrugsartikler og tilbehør til defibrillator/monitor ikke i udbuddet?	Generelt spørgsmål	Leverandøren skal levere alle forbrugsartikler til defibrillatorerne/monitorerne i garantiperioden uden særskilt betaling herfor. Første afsnit i afsnit 9.c. i kontraktudkastet ændres, så der nu står: <i>Kunden har tre års garanti på defibrillatorer/monitorer og tilhørende udstyr, herunder ledninger, manchetter m.v. Leverandøren modtager ikke særskilt betaling for garantien. Garantien gælder fra den dato, den enkelte defibrillator/monitor tages i brug. Leverandøren foretager alt service og vedligehold på defibrillatorerne/monitorerne og tilhørende udstyr i garantiperioden og modtager ikke særskilt betaling herfor. Leverandøren leverer endvidere alle forbrugsartikler til defibrillatorernes/monitorernes drift i garantiperioden uden at modtage særskilt betaling herfor. Elektroder,</i>

Udbudsmateriale - Offentligt udbud
Udbud af defibrillatorer/monitorer samt tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland
Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

			<i>saturationfølere, blodtryksmanchetter, kabler, batterier og andet tilhørende udstyr, som går i stykker pga. almindelig brug og slid, erstattes af Leverandøren som en del af garantien.</i>
--	--	--	--