

Til
De bydende

Århus, 01.06.2010

Sag nr. F0-02

Initialer: CP

Vedr.: DNU Fase 0 – delprojekt 02, Ny Sterilcentral, Århus Universitetshospital, Skejby
Delaftale 10, Rettelsesebrev nr. 01

Rettelsesebrev 01 udgør følgende punkter:

Spørgsmål og svar.

Spørgsmål:

- Kravspecifikationen pkt. 6.1.2. Krav til Hæve /sænkeborde ønskes specificeret

Svar:

- Hævesænkefunktionen skal være elektrisk styret.
- Bordene bør leveres med transformere, kabler (minimum 5 meter) samt stikprop.
- Alle elektriske installationer skal være tilpasset det fugtige miljø og bør som minimum have en IP klasse 44
- Hævesænkefunktionerne bør have intervallet 75-115 cm målt til overkanten af ultralydsbadet.
- Materialerne og udformning skal være tilpasset det våde miljø der er i vaskeområdet. Rustfrit stål foretrækkes.
- Bordene skal være nemme at rengøre og kunne tåle daglig rengøring og kemisk desinfektion.
- Overfladerne bør være glatte og der bør ikke være skarpe hjørner og kanter.
- Der bør ikke være revner og sprækker ifm. samlinger. Svejsninger bør være fuldsvejsede.

Med venlig hilsen



Christine Pedersen
Arkitekt, Projektleder
Dir. Tlf.: 3010 8005
E-mail: cp@rg-dnu.dk