

**Spørgsmål / svar
pr. 16. november 2012
vedr.
Annoncering 1-23-4-72-32-11**

Udbud på Digital EKG Database

Revideret den 16.11.2012 fra spørgsmål 2-3

Spørgsmål 1	Ved gennemgang af kravspecifikationerne har vi spørgsmål til punkt 5, 12.1 samt 49. Kan disse punkter ændres fra MK til PK, således at vi har mulighed for uddybende svar?
Svar 1	Vi vil ikke ændre de af jer opstillede punkter fra MK til PK, da dette er en ændring i det grundlæggende element i udbuddet og i så fald vil ændringen udløse en frist forlængelse. Det er tilladt at medsende en uddybning af punktet på trods af at det er et MK. Leverandørerne bedes dog være opmærksomme på at teksten skal være meget tydeligt formuleret og ikke må indeholde nogen form for forbehold for MK. En eventuel uddybning vil ikke indgå i evalueringen.
Spørgsmål 2	Punkt 28: Hvilke data mængde findes der, er patientdata verificeret og korrekte (korrekt CPRnr), hvilken software version har disse databaser, er undersøgelserne kliniske godkendt – set og vurderet kvalitative gode af en læge.
Svar 2	SEMA 200: Datamængde: 49.000 EKG-optagelser à ca. 16 kilobyte = ca. 800 megabyte Version: 2.60.15 CPR: Uden bindestreg og ikke verificeret centralt i CPR-register Spirare 3: Datamængde: 9637 patienter. Ca. 1 gigabyte. Version: 3.37.10.R1 CPR: Med bindestreg og ikke verificeret centralt i CPR-register
Spørgsmål 3	Punkt 29: Hvilke datamængde findes der på disse medier, hvilket dataformat – leverandør og version.
Svar 3	Data fra Herning og Holstebro: Datamængde: ca. 7,2 gigabyte – data fra 2004 – 2012 - 200.132 EKG-optagelser. Samlet på netværks-drev. Version: EKG-optagelser foretaget på Nihon Kodan Cardiofax ECG-1350K og Nihon Kodan Cardiofax 9130 CPR: Både med og uden bindestreg Data fra Aarhus Universitetshospital: Datamængde: ca. 3,5 gigabyte – ca. 175.000 EKG-optagelser. Samlet på netværks-drev. Version: EKG-optagelser foretaget på Nihon Kodan Cardiofax ECG-1350K. CPR: Både med og uden bindestreg. Hovedsageligt med.