

**1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3**

| Nr. | Spørgsmål | Svar | Modtaget | Besvaret |
|-----|-----------|------|----------|----------|
| 1.1 |           |      |          |          |
| 1.2 |           |      |          |          |

**2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN**

|     |  |   |          |          |
|-----|--|---|----------|----------|
| 2.1 | 2.13 Hvorfor skal liggefladen være minimum 2000 mm i længden? Vil det være muligt at have en forlængnings del til lejet?   | Liggefladens længde er et mindstekrav fra brugerne. Såfremt lejet med en forlængingsdel opfylder de øvrige krav - vil det være ok at udføre lejet med et sådan.                         | 07.08.14 | 13.08.14 |
| 2.2 | 2.16 Hvorfor skal der være 15 cm friplads under lejet?   | Region Midtjylland frafalder kravet.  | 07.08.14 | 13.08.14 |
| 2.3 | 2.20 Skal der findes gavle på lejet, eller vil det være muligt at sætte på efterfølgende?                                  | Gavlene skal være aftagelige uden brug af værktøj eller kunne vippes ned. Det skal kunne dokumenteres at lejet opfylder mindstekravet. Gavlene skal vises på produktpræsentationsmødet. | 07.08.14 | 13.08.14 |
| 2.4 | 2.38 Skal det være fender hjul? Vil det være muligt at have en anden løsning med ringe som støddæmpere.                    | Lejet skal være med fenderhjul eller lign. der beskytter omgivelserne mod beskadigelse ved påkørsel med hjørnerne af lejet.   | 07.08.14 | 13.08.14 |
| 2.5 | 2.51 Vil det være muligt at have et 5-hjul eller anden løsning for retningsstyrede hjul, som minsker start- og styrekraft? | Kravet ændres til:<br>"Lejet skal være med retningsstyr, der kan aktiveres fra begge sider af lejet." Dvs. retningsstyret kan evt. foregå via femte styrehjul.                          | 07.08.14 | 13.08.14 |

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

|             |  |   |          |          |
|-------------|--|---|----------|----------|
|             | (Vende radiussen er meget stor når man har retningsstyrede hjul i fodenden af lejet. )   |   |          |          |
| <b>2.6</b>  | 2.63 Skal det være et batteristyret system?<br>Erfaringer siger at de fleste som arbejder med batterier er trætte af at skulle behøve at kontrollere dem og bytte dem. (Vores lejer arbejder med strømkabel når lejet står stille, og fungerer manuelt i alle positioner så man ikke er i behov af strøm. Også når strøm ikke er tilkoblet arbejder man ergonomisk og back-smart.) | Det er et ønske fra mange brugere at lejets betjeningspanel også kan anvendes når lejet ikke er sat i stik - f.eks. under transport m.v. Derfor skal lejet være udført med batteri.                               | 07.08.14 | 13.08.14 |
| <b>2.7</b>  | 4.15: Stolens liggeflade, kan det accepteres en ligge flade på 1920 mm.  | Nej, 2000 mm fastholdes som mindstekrav. Evt. forlænger af lejefladen kan accepteres.   | 07.08.14 | 13.08.14 |
| <b>2.8</b>  | 4.19: Stole har et sidde mål på mere end mindste kravet, men de udvendige mål er reduceret for ikke at bruge plads, så kan det accepteres at stolens udvendige bredde-mål er 780 mm?   | Ja, det er ok, når bare mindstekravet til liggefladen på 590 mm er opfyldt. Kravet ændres til: "Stolens udvendige bredde-mål bør være mindre end 960 mm inkl. armlæn og tilbehør."                                | 07.08.14 | 13.08.14 |
| <b>2.9</b>  | 4.27 Hvorfor ønskes det at man skal bruge værktøj? Vil det kunne accepteres af sædedelen er fastsat på anden måde hvor sædedelen ikke bare kan løsne sig selv, men er klikket fast?  | Sædedelen skal være forsvarligt fastgjort, så den ikke pludselig løsner sig. Det må ikke umiddelbart være muligt for patienten at løsne sædet. Kravet ændres således til at sædedelen gerne må være klikket fast. | 07.08.14 | 13.08.14 |
| <b>2.10</b> | Da mange behandlingsstole  | Region Midtjylland går ud fra at der  | 08.08.14 | 13.08.14 |

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | inkl. vores eget ikke kan opfylde dette krav, omkring brug imens batteriet lader, anmoder vi om at dette punkt fjernes. Dette vil give flere producenter mulighed for at byde ind med et tilbud. Dette krav/funktion ses mest på et leje/stol til akut brug. | henvises til krav nr. 4.58. Sidste del af krav 4.58 ændres således til et bør-krav, der lyder som følgende: "Det vægtes positivt, at stolens elektriske funktioner kan betjenes, mens batteriet lades op." |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |

## 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 4.1 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |

Efter sidste omgang spørgsmål/svar vil der blive lagt en ny opdateret kravspecifikation ud.