

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1				
1.2				

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	2.13 Hvorfor skal liggefladen være minimum 2000 mm i længden? Vil det være muligt at have en forlængnings del til lejet?	Liggefladens længde er et mindstekrav fra brugerne. Såfremt lejet med en forlængingsdel opfylder de øvrige krav - vil det være ok at udføre lejet med et sådan.	07.08.14	13.08.14
2.2	2.16 Hvorfor skal der være 15 cm friplads under lejet?	Region Midtjylland frafalder kravet.	07.08.14	13.08.14
2.3	2.20 Skal der findes gavle på lejet, eller vil det være muligt at sætte på efterfølgende?	Gavlene skal være aftagelige uden brug af værktøj eller kunne vippes ned. Det skal kunne dokumenteres at lejet opfylder mindstekravet. Gavlene skal vises på produktpræsentationsmødet.	07.08.14	13.08.14
2.4	2.38 Skal det være fender hjul? Vil det være muligt at have en anden løsning med ringe som støddæmpere.	Lejet skal være med fenderhjul eller lign. der beskytter omgivelserne mod beskadigelse ved påkørsel med hjørnerne af lejet.	07.08.14	13.08.14
2.5	2.51 Vil det være muligt at have et 5-hjul eller anden løsning for retningsstyrede hjul, som minsker start- og styrekraft?	Kravet ændres til: "Lejet skal være med retningsstyr, der kan aktiveres fra begge sider af lejet." Dvs. retningsstyret kan evt. foregå via femte styrehjul.	07.08.14	13.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	(Vende radiussen er meget stor når man har retningsstyrede hjul i fodenden af lejet.)			
2.6	2.63 Skal det være et batteristyret system? Erfaringer siger at de fleste som arbejder med batterier er trætte af at skulle behøve at kontrollere dem og bytte dem. (Vores lejer arbejder med strømkabel når lejet står stille, og fungerer manuelt i alle positioner så man ikke er i behov af strøm. Også når strøm ikke er tilkoblet arbejder man ergonomisk og back-smart.)	Det er et ønske fra mange brugere at lejets betjeningspanel også kan anvendes når lejet ikke er sat i stik - f.eks. under transport m.v. Derfor skal lejet være udført med batteri.	07.08.14	13.08.14
2.7	4.15: Stolens liggeflade, kan det accepteres en ligge flade på 1920 mm.	Nej, 2000 mm fastholdes som mindstekrav. Evt. forlænger af lejefladen kan accepteres.	07.08.14	13.08.14
2.8	4.19: Stole har et sidde mål på mere end mindste kravet, men de udvendige mål er reduceret for ikke at bruge plads, så kan det accepteres at stolens udvendige bredde-mål er 780 mm?	Ja, det er ok, når bare mindstekravet til liggefladen på 590 mm er opfyldt. Kravet ændres til: "Stolens udvendige bredde-mål bør være mindre end 960 mm inkl. armlæn og tilbehør."	07.08.14	13.08.14
2.9	4.27 Hvorfor ønskes det at man skal bruge værktøj? Vil det kunne accepteres af sædedelen er fastsat på anden måde hvor sædedelen ikke bare kan løsne sig selv, men er klikket fast?	Sædedelen skal være forsvarligt fastgjort, så den ikke pludselig løsner sig. Det må ikke umiddelbart være muligt for patienten at løsne sædet. Kravet ændres således til at sædedelen gerne må være klikket fast.	07.08.14	13.08.14
2.10	Da mange behandlingsstole	Region Midtjylland går ud fra at der	08.08.14	13.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	inkl. vores eget ikke kan opfylde dette krav, omkring brug imens batteriet lader, anmoder vi om at dette punkt fjernes. Dette vil give flere producenter mulighed for at byde ind med et tilbud. Dette krav/funktion ses mest på et leje/stol til akut brug.	henvises til krav nr. 4.58. Sidste del af krav 4.58 ændres således til et bør-krav, der lyder som følgende: "Det vægtes positivt, at stolens elektriske funktioner kan betjenes, mens batteriet lades op."		
2.11	delaftale 1 elektriske undersøgelses lejer. punkt 1.3 Er det acceptabel at, lejerne har en laveste højde på 62,5 cm + madras?	Nej, dette accepteres ikke. Kravet vedr. laveste højde fastholdes.	13.08.14	25.08.14
2.12	Pkt. 2.38 Fenderhjul har umiddelbart kun effekt når hjul er udenfor lejets bredde eller længde. Såfremt hjul er tilstrækkelig inde under lejet ramme vil hjul aldrig kunne ramme kanter eller lignende. Rammens fenderliste vil afbøde for eventuelle stød inden og fender på hjul er ved denne konstruktion unødvendige. Vil dette pkt da ikke kunne fraviges ved denne konstruktion ?	Nej, det accepteres ikke at der ikke er fenderlister. Kravet vedr. fenderlister fastholdes.	15.08.14	25.08.14
2.13	Svar til punkt 2.2 hvor der bliver spurgt til hvorfor der skal være 15 cm friplads. Jeres svar er at RM frafalder kravet. – Dette anbefaler jeg ikke, da det netop sikrer at alle typer	Vi er opmærksomme på dette. Svaret under pkt. 2.2. fastholdes.	18.08.14	25.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	patient lifte kan komme ind under lejet!!			
2.14	Svar til punkt 2.5 angående 5. styrehjul – her anbefaler jeg at fastholde retningsstyr på 2 hjul, eftersom det er vist at der enkelte steder er så ujævnt terræn at "føreren" af lejet mister kontrollen når det 5. styrehjul slipper underlaget!!	Vi er enige i denne betragtning. Derfor vægtes det heller ikke positivt, at lejet er udført med et 5. styrehjul. Det accepteres dog at retningsstyret udføres med det 5. styrehjul.	18.08.14	25.08.14

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1	Skal ekstern oplader indgå sammen med transportlejet dennes tilbudte pris eller er oplader et tilkøb ?	Vi ønsker en særskilt pris på ekstern lader jf. pkt. 2.3 på tilbudslisten. Dvs. laderen er tilkøb.	14.08.14	25.08.14
3.2	Hvor mange batterier, om nogen, skal indgå sammen med transportlejet og dennes tilbudte pris ?	Der skal leveres ét batteri med hvert leje, som er indeholdt i den tilbudte pris.	14.08.14	25.08.14

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1	Ifølge kontraktbilag 7 skal der være uploadet en excelfil sammen med det øvrige udbudsmateriale til udfyldelse af priser for reservedele. Der findes imidlertid ikke nogen excelfil. Vil udbyder venligst uploade filen?	Formuleringen i kontraktbilag 7 er forkert. Tilbudsgiver bedes om at udfylde reservedelsliste i Excel. Det er ikke i en bestemt fil.	19.08.14	25.08.14
4.2				

Efter sidste omgang spørgsmål/svar vil der blive lagt en ny opdateret kravspecifikation ud.