

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
1	<p><u>Vedr. pkt. 1.21.2</u></p> <p>Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?</p>	<p>Som det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.2 gælder det at: <i>"såfremt tilbudsgiver har mere end ét produkt, der opfylder ordregivers mindstekrav, kan samme tilbudsgiver afgive flere tilbud inden for samme delområde..."</i></p> <p>Der er altså tale om to produkttyper/produktnavne, da der ikke kan afgives tilbud på forskellige produkttyper/navne indenfor det samme tilbud!</p> <p>Der kan således tilbydes samme produkttype i forskellige varianter (f.eks. XXA og XXB), men ikke forskellige produkttyper (XX og YY) i samme tilbud.</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
2	<p><u>Vedr. pkt. 1.16</u></p> <p>Hvad menes der med substituerbart?</p>	<p>Substituerbart betyder, at det tilbudte produkt kan erstatte det tilbudte uden at være helt identisk (mht. størrelsen). Fravigelsen i størrelsen må dog ikke påvirke den daglige arbejdsgang!</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
3	<p><u>Vedr. pkt. 1.16</u></p> <p>Der henvises til at man kan fravige længde på kabler samt størrelse på elektroder, men kan man fravige om det skal være fastgel eller vådgel?</p>	<p>Nej det kan ikke fraviges om det skal være fastgel eller vådgel.</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
4	<p><u>Vedr. pkt. 1.13</u></p> <p>Er det korrekt at der skal leveres 12 USB-nøgler?</p>	<p>Ja, det er korrekt!</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	

5	<p>Vedr. pkt. 1.10.2 Oplysning om følgende nøgletal for de seneste 2 regnskabsår... Er vor Årsberetning for de sidste 2 regnskabsår fyldestgørende for dette punkt ?</p>	<p>Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge årsrapporter/årsberetninger for de seneste to regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse hvor i årsrapporterne ordregiver kan finde oplysninger om de i henhold til udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.</p>	22.11.2012	
6	<p><u>Vedr. pkt. 1.10.3</u> ...Brug af underleverandører Er dette krav gældende for færdigprodukter eller råvarer ? Vi køber råvarer fra underleverandører. Færdigvarer købes ikke fra underleverandører, færdigvarer produceres på egen fabrik.</p>	<p>Med henvisning til udbudsbetingelser, pkt. 1.10.3, står, at tilbudsgiver skal oplyse om evt. brug af underleverandører.</p> <p>Med det menes, at tilbudsgiver skal oplyse, hvis de handler som mellemlid til en leverandør af tilsvarende færdigvareprodukter, som dem der tilbydes.</p> <p>Dvs. at hvis de tilbudte færdigvarer produceres på egen fabrik skal det ikke oplyses, hvor råvareprodukterne kommer fra.</p>	22.11.2012	30.11.2012
7	<p><u>Vedr. pkt. 1.14</u> Skal den samme vareprøve vurderes under flere forskellige delaftaler..... kun fremsende vareprøver til den ene af delaftalerne, men lade det klart og tydeligt fremgå på vareprøven. Vi er lidt usikre på denne formulering. Skal vi på mærkningen af vareprøven markere at denne elektrode tilbydes på delaftale 1-4 og 9 (eks), og derved kun sende vareprøve 1 gang. Eller vil det være en fejl at sende samme vareprøve flere gange - mærket med korrekt delaftale nr. ? eks.</p>	<p>Besvares senere</p>	22.11.2012	

	Varenr. xx - Delaftale 1 Varenr. xx - Delaftale 4 Varenr. xx - Delaftale 9			
8	<u>Vedr. pkt. 1.14</u> Fortegnelse over fremsendte vareprøver bedes venligst anføres i Kontraktbilag 2 (tilbudslisten). Hvor ønsker Region Midtjylland at tilbudsgiver skal anføre fortegnelsen over vareprøver ?	Besvares senere	22.11.2012	
9	<u>Udbudsbilag pkt. 1.21.1 ..</u> Ikke berettiget til at afgive alternative tilbud <u>Udbudsbilag pkt. 1.21.2 ..</u> Hver tilbudsgiver må maksimalt fremsende 2 tilbud Vi forstår desværre ikke helt denne formulering. Vi må gerne tilbyde 2 forskellige varer på 2 forskellige tilbud ?	Ordregiver forudsætter at der spørges til Udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.1 og pkt. 1.21.2 selvom tilbudsgiver henviser til udkast til kontrakt. Der henvises bl.a. til besvarelsen af spørgsmål 1. Der er forskel på alternative tilbud og tilbudsvarianter. Der er ikke mulighed for at afgive tilbud på alternative tilbud, men derimod tilbudsvarianter.	22.11.2012	30.11.12
10	<u>Vedr. pkt. 1.10.3</u> Referenceliste: Ønsker Region Midtjylland denne referenceliste opdelt per hospital eller per region ? Er det fyldestgørende at oplyse eks. Skejby Sygehus Elektroder xx kr.	Ordregiver ønsker denne referenceliste opdelt pr. hospital. Ja det vil derfor være tilstrækkeligt, at oplyse eks. Skejby sygehus, Elektroder xx kr.	22.11.2012	30.11.2012

Spørgsmål og svar til UDKAST TIL KONTRAKT

1	<u>Udbudsbetingelserne pkt. 1.17 og udkast til kontrakt pkt. 1.1.1</u> Administrationsbidrag Fra "Udkast til kontrakt" - Til kunden skal der af omsætningen indbetales 2%... ?? Kan dette ændres til : Til kunden skal der af omsætningen af	Sætningen i udkast til kontrakt skal forstås således, at det kun er de i den underskrevne kontrakt omhandlede produkter, administrationsbidraget skal betales. Dette vil blive tilføjet kontrakten ved kontraktunderskrivelse.	22.11.2012	30.11.2012
---	---	---	------------	------------

	varer/ydelser henhørende denne kontrakt, indbetales			
2	<u>Vedr pkt 4.2.2</u> Fra leveringsdato kræves minimum 75% af udløbstiden Vi garanterer altid som minimum 50% Er det muligt at ændre til 50% ?	Besvares senere	22.11.2012	
3	<u>Vedr pkt. 11.2.1</u> ...oppebærer en rimelig restholdbarhed" Definition af "rimelig restholdbarhed"	Definitionen af "rimelig restholdbarhed" beror på en konkret vurdering afhængig af det konkrete produkt og dets forbrug. Ved kontraktophør vil Leverandøren og Kunden i fællesskab finde ud af, hvilke produkter, som skal returneres til fuld kreditering.	22.11.2012	30.11.12
4	<u>Kontraktbilag 3 og 4</u> Begge er nævnt : Leveringsadresser ?	Ordregiver er i tvivl om hvad der stilles spørgsmål til? Kontraktbilag 3 omhandler produktdatablade og Kontraktbilag 4 omhandler leveringsadresser.	22.11.2012	30.11.2012
5	<u>Vedr. pkt. 4.3</u> ...Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at dokumentere, at kvalitetssikringssystemet beskrevet i Leverandørens tilbud følges, Hvor ønsker Region Midtjylland at tilbudsgiver skal beskrive vor kvalitetssikring ? Ønsker Region Midtjylland kvalitetsdokument (ISO mm) vedlagt tilbuddet ?	Det er en fejl fra ordregivers side at ordene " <i>beskrevet i leverandørens tilbud</i> " ikke er fjernet. Punktet vil være rettet ved kontraktunderskrivelse.	22.11.2012	30.11.2012

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)

1	<u>Kravsspecifikationer pkt. 1.13 og 1.18</u> I kolonnen med MK for Mindstekrav og BK for børkrav står der MK på de nævnte punkter.	OBS - OBS - OBS - OBS - OBS Det er en fejl. Begge punkter er børkrav.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	21.11.2012
---	--	---	---	------------

	Betyder det at samtlige korttids- og langtidselektroder skal være røntgentransparent.	Der ligger en ny version (version 2) af Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) på udbyders hjemmeside: www.udbud.rm.dk den 22.11.2012		
2	<u>Kravsspecifikationer pkt. 9.9</u> Kablet skal have en farvekode? Hvorfor det og er der krav til koden?	Besvares senere	20.11.2012 Udbuds- præsentation	
3	<u>Kravsspecifikationer pkt. 1.26</u> Øvrigt sortiment! De ting der skrives under hver delaftale, skal de stå under fanebladet kun for Øvrigt sortiment. Og hvilke produkter skal skrives ind?	Det er kun de produkter, der ikke nævnes på andre delaftaler under Øvrigt sortiment, der skal skrives ind på fanebladet Øvrigt sortiment.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	
4	<u>Vedr. pkt. 9.7:</u> Længde på ledning Hvorfor MK til ledning på min. 1,50 når I efterspørger 2 elektroder UNDER 1,5 M	Besvares senere	22.11.2012	
5	<u>Vedr. pkt. 9.9:</u> Farvekode kabel Hvad menes der med farvekode på kablet ?	Se svar på spørgsmål 2	22.11.2012	
6	<u>Vedr. pkt. 9.7:</u> Tekst : med monteret kabel på min. 150 cm samt Samt ??? Vi mener at der mangler lidt tekst efter samt....	Det er en taste fejl! Samt skal fjernes fra sætningen. Der vil ikke blive offentliggjort en ny version af Kontraktbilag 1.	22.11.2012	30.11.2012

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)

1	<u>Tilbudsliste pkt. 9.4</u> Delaftale 9 – pos. 9.4 hvad er den elektrode til? Den er meget lille. Er det en fejl?	Besvares senere	20.11.2012 Udbuds- præsentation	
---	---	-----------------	---	--

2	<p><u>Alle faneblade</u></p> <p>Øvrigt sortiment (evalueres kun på underkriteriet sortimentsbredde). Vi er lidt uforstående overfor denne formulering. Hvad menes med øvrigt sortiment på hver enkelt faneblad (1-10) ? Hvad ønsker Region Midtjylland udfyldt på faneblad "Øvrigt sortiment".</p>	<p>Se svar på spørgsmål 1, under spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne.</p>	22.11.2012	
3	<p><u>Vedr. pos.nr. 1.4:</u></p> <p>Konnektoren er 0,7mm – er dette korrekt? Tibudsgiver har aldrig hørt om denne str. før?</p>	<p>Besvares senere</p>	26.11.2012	
4	<p><u>Vedr. pos.nr.: 1.4</u></p> <p>Vedr. 0,7 mm stik! Dette stik (SC-stik) bruges normalt til Neurologi</p> <p>Er det korrekt at der menes 0,7 mm stik ?</p>	<p>Besvares senere</p>	28.11.2012	
5	<p><u>Vedr. Generelt, Øvrigt sortiment:</u></p> <p>Ønsker Region Midtjylland vareprøver/priser på oplyste "Øvrigt Sortiment" ? Eller ønsker Region Midtjylland en liste over tilbudsgivers øvrige sortiment, udover hvad der tilbydes ?</p>	<p>I tilbudslisten (Kontraktbilag 2) er der for hver delaftale en mulighed for at oplyse et øvrigt sortiment. F.eks. gælder dette for delaftale 1 – her kan tilbudsgiver oplyse hvis der er forskellige pakninger, jf. Kravspecifikationen pkt. 1.17. Dette skal anføres under delaftale 1 i tilbudslisten (Kontraktbilag 2) På delaftale 3, hvor det i pkt. 3.8 i kravspecifikationen vægtes positivt hvis der kan tilbydes yderligere kabeltyper. Dette skal angives under delaftale 3 i tilbudslisten. For hele delaftale 1 gælder det, at der ønskes tilbud på andre produkter som tilbudsgiver måtte have med f.ke.s et andet klæbeindhold, en anden udformning end det udbudte mm. Dette</p>	28.11.2012	30.11.2012

		skal angives i det faneblad som hedder Øvrigt sortiment.		
6	<u>Vedr. Elektroder, Fast/våd gel</u> Hvor skal vi skrive afvigelser i gel type i kontraktbilag 2	Besvares senere	28.11.2012	
7	<u>Vedr.: Generelt, Øvrigt sortiment</u> Hvordan skal der skrives i "Øvrigt sortiment", ved f.eks. alternative : Pakningstørrelse Gel-type Ledningslængde Stik-typer Størrelser ? Ønsker Region Midtjylland samme opstilling som i skema : Eks. 1.6 xxx	Hele fanebladet Øvrigt sortiment er åbent (altså ikke skrivebeskyttet), så der kan også skrives i de felter, der på de andre delaftaler er forbeholdt I&M.	28.11.2012	30.11.2012
8	<u>Vedr. Generelt, MR-kompatibel</u> Vi henleder opmærksomheden på at elektroder med ubeskyttede ledninger ikke må bruges i en MR-scanner, af sikkerhedsmæssige årsager.	Besvares senere	28.11.2012	
9	<u>Vedr. Generelt, Vigtighed ?</u> Hvad er vigtigst : størrelse på elektroder eller geltype ??	Besvares senere	28.11.2012	

Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE

1	<u>Udbudsbilag 2B, 2C, 2D</u> Skal de vedlægges hvis de ikke bliver udfyldt? Skal man vedlægge en blank side?	Det vil være fint, hvis tilbudsgiver vil vedlægge de tre nævnte udbudsbilag, også selvom de ikke finder anvendelse. Dette sikrer et overblik for ordregiver. Det er dog ikke noget krav hvorfor tilbudsgiver kan vælge at undlade at vedlægge bilagene.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012
---	--	---	---------------------------------------	------------

2	<p>Vedr. Udbud 2012/S 215-354838 Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiell kapacitet – bilag 2A</p> <p>Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i udbudsmaterialet er følgende: Skal der til tilbuddet vedlægges virksomhedens årsregnskaber for de seneste to år? Eller skal de fire nævnte nøgletal oplyses i bilag 2A og signeres af virksomhedens revisor?</p>	<p>Det er korrekt, at de fire nævnte nøgletal enten skal oplyses i udbudsbilag 2A eller et andet bilag som henviser til bilag 2A med påtegning fra en revisor.</p>	20.11.2012	30.11.2012
3	<p>Vedr. Udbud 2012/S 215-354838 Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiell kapacitet – bilag 2A</p> <p>Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i udbudsmaterialet er følgende:</p> <p>Eftersom de nøgletal, der i pkt. 1.10.2 bedes oplyst, fremgår af vores virksomheds årsregnskaber, vil det da være tilfredsstillende at vedlægge tilbuddet vores revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste to regnskabsår samt et ikke-revisorpåtegnet dokument med nøgletallene? (Nøgletallene er jo dokumenteret i og trukket fra de revisorpåtegnede årsrapporter.)</p>	<p>Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge årsrapporter for de seneste to regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse hvor i årsrapporterne ordregiver kan finde oplysninger om de i henhold til udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.</p>	21.11.2012	30.11.2012
4	<p><u>Udbudsbilag 2B,2C,2D</u></p> <p>Hvis tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag ?</p> <p>Ønsker Region Midtjylland disse bilag vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag.</p>	<p>Se svar på spørgsmål 1</p>	22.11.2012	30.11.2012

1	Hvis dette bilag ikke udfyldes af leverandør Ønsker Region Midtjylland dette bilag 6 vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke udfylder bilaget ?	Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 6 indeholdte erklæring i underskrevet og udfyldt stand. Hvis en tilbudsgiver ikke baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal kontraktbilag 6 ikke udfyldes og dermed er det ikke et krav, at bilaget vedlægges det til ordregiver fremsendte tilbud.	22.11.2012	30.11.2012
---	--	---	------------	------------

GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR

1	<u>Kommentar fra Anette</u> Følgebreve eller tilbudsbreve ses helst ikke, da vi kan risikere, at der tages forbehold.		20.11.2012 Udbuds- præsentation	21.11.2012
2	Hvorfor er engangsskalpeelektroder ikke med i tilbuddet?	Engangs skalpelektroder er ikke medtaget i dette udbud, da forbruget herpå er meget lille. Ordregiver har på den baggrund valgt at udelade disse produkter fra udbudet, jf. gældende regler.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012
3	Generelt: Hvor der er nævnt "dage" Vi forudsætter at der menes arbejdsdage	Ordregiver forstår ikke spørgsmålet og beder venligst tilbudsgiver præcisere spørgsmålet med henvisning til hvor i materialet der spørges til.	22.11.2012	30.11.2012
4	Generelt: Elektroder - Fast contra Våd gel Kan fast gel/våd gel kravet fraviges ?	Se svar på spørgsmål 3 under spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne.	22.11.2012	30.11.2012
5	Generelt: Afdelingsspørgsmål Hvorfor bruger Neurofysiologien i Region Midtjylland ikke engangs scalpelektroder,	Se svar på spørgsmål 2	22.11.2012	30.11.2012

	men kun flergangselektroder, som kan medføre smittefare ?			
6	Er der mulighed for at ordregiver kan ligge en ikke låst udgave af Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) på hjemmesiden. Tilbudsgiver skal bruge denne version til at kopiere teksten ind i et oversættelsesprogram, og der kan ikke kopieres af teksten i dokumentets nuværende form.	Ordregiver har valgt ikke at ligge en anden version af Kravspecifikation (Kontraktbilag 1) på hjemmesiden, da der er for stor risiko for, at en tilbudsgiver vil anvende denne version ved besvarelsen af kravene. Ordregiver ønsker bl.a. ikke besvarelser af mindstekrav, hvilket også er årsagen til, at der er offentliggjort en låst word version – dette er for tilbudsgivers bedste således, at risikoen for forbehold for mindstekrav forsøges minimeres. Det er dog muligt at konvertere Kontraktbilag 1 til en pdf-fil. Denne pdf-fil kan tilbudsgiver kopiere fra og sætte teksten ind i et oversættelsesprogram (ordregiver har selv forsøgt med Google translate)	26.11.2012	30.11.2012