

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
1	<u>Vedr. pkt. 1.21.2</u> Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?	Som det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.2 gælder det at: " <i>såfremt tilbudsgiver har mere end ét produkt, der opfylder ordregivers mindstekrav, kan samme tilbudsgiver afgive flere tilbud inden for samme delområde...</i> " Der er altså tale om to produkttyper/produktnavne, da der ikke kan afgives tilbud på forskellige produkttyper/navne indenfor det samme tilbud! Der kan således tilbydes samme produkttype i forskellige varianter (f.eks. XXA og XXB), men ikke forskellige produkttyper (XX og YY) i samme tilbud.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012
2	<u>Vedr. pkt. 1.16</u> Hvad menes der med substituerbart?	Substituerbart betyder, at det tilbudte produkt kan erstatte det tilbudte uden at være helt identisk (mht. størrelsen). Fravigelsen i størrelsen må dog ikke påvirke den daglige arbejdsgang!	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012
3	<u>Vedr. pkt. 1.16</u> Der henvises til at man kan fravige længde på kabler samt størrelse på elektroder, men kan man fravige om det skal være fastgel eller vådgel?	Nej det kan ikke fraviges om det skal være fastgel eller vådgel.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012
4	<u>Vedr. pkt. 1.13</u> Er det korrekt at der skal leveres 12 USB-nøgler?	Ja, det er korrekt!	20.11.2012 Udbuds- præsentation	22.11.2012
5	Vedr. pkt. 1.10.2 Oplysning om følgende nøgletal for de	Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge årsrapporter/årsberetninger	22.11.2012	30.11.2012

	<p>seneste 2 regnskabsår... Er vor Årsberetning for de sidste 2 regnskabsår fyldestgørende for dette punkt ?</p>	<p>for de seneste to regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse hvor i årsrapporterne ordregiver kan finde oplysninger om de i henhold til udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.</p>		
6	<p><u>Vedr. pkt. 1.10.3</u> ...Brug af underleverandører Er dette krav gældende for færdigprodukter eller råvarer ? Vi køber råvarer fra underleverandører. Færdigvarer købes ikke fra underleverandører, færdigvarer produceres på egen fabrik.</p>	<p>Med henvisning til udbudsbetingelser, pkt. 1.10.3, står, at tilbudsgiver skal oplyse om evt. brug af underleverandører.</p> <p>Med det menes, at tilbudsgiver skal oplyse, hvis de handler som mellemed til en leverandør af tilsvarende færdigvareprodukter, som dem der tilbydes.</p> <p>Dvs. at hvis de tilbudte færdigvarer produceres på egen fabrik skal det ikke oplyses, hvor råvareprodukterne kommer fra.</p>	22.11.2012	30.11.2012
7	<p><u>Vedr. pkt. 1.14</u> Skal den samme vareprøve vurderes under flere forskellige delaftaler..... kun fremsende vareprøver til den ene af delaftalerne, men lade det klart og tydeligt fremgå på vareprøven. Vi er lidt usikre på denne formulering. Skal vi på mærkningen af vareprøven markere at denne elektrode tilbydes på delaftale 1-4 og 9 (eks), og derved kun sende vareprøve 1 gang. Eller vil det være en fejl at sende samme vareprøve flere gange - mærket med korrekt delaftale nr. ? eks. Varenr. xx - Delaftale 1 Varenr. xx - Delaftale 4</p>	<p>Det vil ikke være en fejl at sende flere af den samme vareprøve. Ordregiver har også blot i udbudsbetingelsernes pkt. 1.14 skrevet "<i>bedes venligst</i>" Det er derfor helt i orden at sende den samme vareprøve i flere eksemplarer – hvis dette produkt skal indgå i vurderingen af flere positionsnumre.</p> <p>Tilbudsgiver må også gerne vælge at sende én vareprøve som skal vurderes på flere positionsnumre. Vælger tilbudsgiver dette, skal det tydeligt fremgå, at vareprøven tilbydes på mere end ét positionsnummer – sådan som tilbudsgiver selv forslår i sit spørgsmål.</p> <p>Da ordregivers brugergruppe er opdelt i</p>	22.11.2012	03.12.2012

	Varenr. xx - Delaftale 9	<p>henholdsvis EKG-elektroder og elektroder til de neurofysiologiske afdelinger vil det være en hjælp for ordregiver, hvis tilbudsgiver vælger at holde vareprøverne til delaftale 1 fra de øvrige delaftaler.</p> <p>Det fremgår af Kontraktbilag 2 (tilbudslisten) hvor mange vareprøver der skal sendes.</p>		
8	<p><u>Vedr. pkt. 1.14</u> Fortegnelse over fremsendte vareprøver bedes venligst anføres i Kontraktbilag 2 (tilbudslisten). Hvor ønsker Region Midtjylland at tilbudsgiver skal anføre fortegnelsen over vareprøver ?</p>	<p>Dette er en fejl. Der er ikke mulighed for at angive hvilke vareprøver der er medsendt. Tilbudsgiver skal fremsende vareprøver på de positionsnumre som angivet i tilbudslisten (Kontraktbilag 2)</p> <p>Der vil ikke blive lagt en ny version af Udbudsbetingelserne på ordregivers hjemmeside, men ordregiver ligger et rettelsesblad på hjemmesiden: www.udbud.rm.dk</p>	22.11.2012	03.12.2012
9	<p><u>Udbudsbilag pkt. 1.21.1 ..</u> Ikke berettiget til at afgive alternative tilbud</p> <p><u>Udbudsbilag pkt. 1.21.2 ..</u> Hver tilbudsgiver må maksimalt fremsende 2 tilbud</p> <p>Vi forstår desværre ikke helt denne formulering.</p> <p>Vi må gerne tilbyde 2 forskellige varer på 2 forskellige tilbud ?</p>	<p>Ordregiver forudsætter at der spørges til Udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.1 og pkt. 1.21.2 selvom tilbudsgiver henviser til udkast til kontrakt.</p> <p>Der henvises bl.a. til besvarelsen af spørgsmål 1.</p> <p>Der er forskel på alternative tilbud og tilbudsvarianter. Der er ikke mulighed for at afgive tilbud på alternative tilbud, men derimod tilbudsvarianter.</p>	22.11.2012	30.11.12
10	<p><u>Vedr. pkt. 1.10.3</u> Referenceliste: Ønsker Region Midtjylland denne referenceliste opdelt per hospital eller per region ? Er det fyldestgørende at oplyse eks.</p>	<p>Ordregiver ønsker denne referenceliste opdelt pr. hospital. Ja det vil derfor være tilstrækkeligt, at oplyse eks. Skejby sygehus, Elektroder xx kr.</p>	22.11.2012	30.11.2012

Skejby Sygehus Elektroder xx kr.			
----------------------------------	--	--	--

Spørgsmål og svar til UDKAST TIL KONTRAKT

1	<p><u>Udbudsbetingelserne pkt. 1.17 og udkast til kontrakt pkt. 1.1.1</u> Administrationsbidrag Fra "Udkast til kontrakt" - Til kunden skal der af omsætningen indbetales 2%... ?? Kan dette ændres til : Til kunden skal der af omsætningen af varer/ydelser henhørende denne kontrakt, indbetales</p>	<p>Sætningen i udkast til kontrakt skal forstås således, at det kun er de i den underskrevne kontrakt omhandlede produkter, administrationsbidraget skal betales.</p> <p>Dette vil blive tilføjet kontrakten ved kontraktunderskrivelse.</p>	22.11.2012	30.11.2012
2	<p><u>Vedr pkt 4.2.2</u> Fra leveringsdato kræves minimum 75% af udløbstiden</p> <p>Vi garanterer altid som minimum 50%</p> <p>Er det muligt at ændre til 50% ?</p>	Besvares senere	22.11.2012	
3	<p><u>Vedr pkt. 11.2.1</u> ...oppebærer en rimelig restholdbarhed"</p> <p>Definition af "rimelig restholdbarhed"</p>	<p>Definitionen af "rimelig restholdbarhed" beror på en konkret vurdering afhængig af det konkrete produkt og dets forbrug.</p> <p>Ved kontraktophør vil Leverandøren og Kunden i fællesskab finde ud af, hvilke produkter, som skal returneres til fuld kreditering.</p>	22.11.2012	30.11.12
4	<p><u>Kontraktbilag 3 og 4</u></p> <p>Begge er nævnt : Leveringsadresser ?</p>	<p>Ordregiver er i tvivl om hvad der stilles spørgsmål til?</p> <p>Kontraktbilag 3 omhandler produktdatablade og Kontraktbilag 4 omhandler leveringsadresser.</p>	22.11.2012	30.11.2012
5	<p><u>Vedr. pkt. 4.3</u></p> <p>...Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at dokumentere, at kvalitetssikringssystemet beskrevet i</p>	<p>Det er en fejl fra ordregivers side at ordene "<i>beskrevet i leverandørens tilbud</i>" ikke er fjernet.</p> <p>Punktet vil være rettet ved</p>	22.11.2012	30.11.2012

	Leverandørens tilbud følges, Hvor ønsker Region Midtjylland at tilbudsgiver skal beskrive vor kvalitetssikring ? Ønsker Region Midtjylland kvalitetsdokument (ISO mm) vedlagt tilbuddet ?	kontraktunderskrivelse.		
--	--	-------------------------	--	--

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)

1	<u>Kravsspecifikationer pkt. 1.13 og 1.18</u> I kolonnen med MK for Mindstekrav og BK for børkrav står der MK på de nævnte punkter. Betyder det at samtlige korttids- og langtidselektroder skal være røntgentransparent.	OBS – OBS – OBS – OBS – OBS Det er en fejl. Begge punkter er børkrav. Der ligger en ny version (version 2) af Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) på udbyders hjemmeside: www.udbud.rm.dk den 22.11.2012	20.11.2012 Udbuds- præsentation	21.11.2012
2	<u>Kravsspecifikationer pkt. 9.9</u> Kablet skal have en farvekode? Hvorfor det og er der krav til koden?	Det er besluttet i brugergruppen og nej der er ikke et krav til koden. Det skal forstås således, at 3-4 af kablerne pr. ark skal have forskellige farver.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	03.12.2012
3	<u>Kravsspecifikationer pkt. 1.26</u> Øvrigt sortiment! De ting der skrives under hver delaftale, skal de stå under fanebladet kun for Øvrigt sortiment. Og hvilke produkter skal skrives ind?	Det er kun de produkter, der ikke nævnes på andre delaftaler under Øvrigt sortiment, der skal skrives ind på fanebladet Øvrigt sortiment.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012
4	<u>Vedr. pkt. 9.7:</u> Længde på ledning Hvorfor MK til ledning på min. 1,50 når I efterspørger 2 elektroder UNDER 1,5 M	OBS – OBS – OBS – OBS – OBS Der er tale om en fejl fra ordregivers side. Kravet ændres til: <u>Til overfladeelektroder m/klæb, langtids:</u>	22.11.2012	03.12.2012

		<p>Hvis der afgives tilbud på følgende elektroder evalueres de i forhold til overfladeelektroder m/klæb, langtids. Skal kunne leveres på følgende måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med monteret kabel på min. 100 cm <p>Der vil blive lagt en ny version af Kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), version 3 på ordregivers hjemmeside: www.udbud.rm.dk</p>		
5	<p><u>Vedr. pkt. 9.9:</u></p> <p>Farvekode kabel Hvad menes der med farvekode på kablet ?</p>	Se svar på spørgsmål 2	22.11.2012	03.12.2012
6	<p><u>Vedr. pkt. 9.7:</u></p> <p>Tekst : med monteret kabel på min. 150 cm samt Samt ??? Vi mener at der mangler lidt tekst efter samt....</p>	<p>Det er en taste fejl! Samt skal fjernes fra sætningen. Der vil ikke blive offentliggjort en ny version af Kontraktbilag 1.</p>	22.11.2012	30.11.2012
7	<p><u>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation version 2 og Kontraktbilag 2 - Udbudsliste</u></p> <p>1. Er der sammenhæng mellem Pos. Nr. (første kolonne til venstre) og Pos. Nr. () i Kontraktbilag 2 –Udbudslisten? F.eks: henvender kravet i ”Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation” pos. 1.16 (side 11) sig til pos. 1.16 på Kontraktbilag 2 – Udbudslisten Delaftale 1 eller gælder det alle de udbudte elektroder i gruppen (i dette tilfælde korttids EKG)? Hvis det gælder alle elektroderne i korttids EKG, hvorfor stilles der så krav om tab elektrode når ”tab” slet ikke er nævnt som konnektor (kolonne E i Udbudslisten) i</p>	Besvares senere	29.11.2012	

	denne gruppe?			
--	---------------	--	--	--

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)

1	<u>Tilbudsliste pkt. 9.4</u> Delaftale 9 – pos. 9.4 hvad er den elektrode til? Den er meget lille. Er det en fejl?	Det er ikke en fejl. Elektroden anvendes som en overfladeelektrode.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	22.11.2012
2	<u>Alle faneblade</u> Øvrigt sortiment (evalueres kun på underkriteriet sortimentsbredde). Vi er lidt uforstående overfor denne formulering. Hvad menes med øvrigt sortiment på hver enkelt faneblad (1-10) ? Hvad ønsker Region Midtjylland udfyldt på faneblad "Øvrigt sortiment".	Se svar på spørgsmål 1, under spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne.	22.11.2012	30.11.2012
3	<u>Vedr. pos.nr. 1.4:</u> Konnektoren er 0,7mm – er dette korrekt? Tibudsgiver har aldrig hørt om denne str. før?	Besvares senere	26.11.2012	
4	<u>Vedr. pos.nr.: 1.4</u> Vedr. 0,7 mm stik! Dette stik (SC-stik) bruges normalt til Neurologi Er det korrekt at der menes 0,7 mm stik ?	Besvares senere	28.11.2012	
5	<u>Vedr. Generelt, Øvrigt sortiment:</u> Ønsker Region Midtjylland vareprøver/priser på oplyste "Øvrigt Sortiment" ? Eller ønsker Region Midtjylland en liste over tilbudsgivers øvrige sortiment, udover hvad der tilbydes ?	I tilbudslisten (Kontraktbilag 2) er der for hver delaftale en mulighed for at oplyse et øvrigt sortiment. F.eks. gælder dette for delaftale 1 – her kan tilbudsgiver oplyse hvis der er forskellige pakninger, jf. Kravspecifikationen pkt. 1.17. Dette skal anføres under delaftale 1 i tilbudslisten (Kontraktbilag 2) På delaftale 3, hvor det i pkt. 3.8 i	28.11.2012	30.11.2012

		<p>kravspecifikationen vægtes positivt hvis der kan tilbydes yderligere kabeltyper. Dette skal angives under delaftale 3 i tilbudslisten.</p> <p>For hele delaftale 1 gælder det, at der ønskes tilbud på andre produkter som tilbudsgiver måtte have med f.ke.s et andet klæbeindhold, en anden udformning end det udbudte mm. Dette skal angives i det faneblad som hedder Øvrigt sortiment.</p>		
6	<p><u>Vedr. Elektroder, Fast/våd gel</u></p> <p>Hvor skal vi skrive afvigelser i gel type i kontraktbilag 2</p>	<p>Ordregiver formoder at der spørges til hvorvidt tilbudet må fraviges fra det udbudte vedrørende geltyper - f.eks. der er udbudt en elektrode med fast gel og tilbudsgiver ønsker at tilbyde en våd gel.</p> <p>Det kan ikke fraviges.</p> <p>Der skal tilbydes det der udbydes – se også besvarelsen på spørgsmål 3 (spørgsmål til udbudsbetingerne)</p>	28.11.2012	03.12.2012
7	<p><u>Vedr.: Generelt, Øvrigt sortiment</u></p> <p>Hvordan skal der skrives i "Øvrigt sortiment", ved f.eks. alternative :</p> <p>Pakningstørrelse Gel-type Ledningslængde Stik-typer Størrelser ? Ønsker Region Midtjylland samme opstilling som i skema : Eks. 1.6 xxx</p>	<p>Hele fanebladet Øvrigt sortiment er åbent (altså ikke skrivebeskyttet), så der kan også skrives i de felter, der på de andre delaftaler er forbeholdt I&M.</p>	28.11.2012	30.11.2012
8	<p><u>Vedr. Generelt, MR-kompatibel</u></p> <p>Vi henleder opmærksomheden på at elektroder med ubeskyttede ledninger ikke må bruges i en MR-scanner, af sikkerhedsmæssige årsager.</p>	<p>Ordregiver er opmærksom på dette. Elektroder til MR-scanner er ikke direkte medtaget i dette udbud. Der er dog gjort plads til, at tilbudsgiver kan sætte kryds i kontraktbilag 2 (Tilbudslisten) i tilfælde af, at en eller flere af de tilbudte elektroder er MR-kompatible.</p>	28.11.2012	03.12.2012

9	<p><u>Vedr. Generelt, Vigtighed ?</u></p> <p>Hvad er vigtigst : størrelse på elektroder eller geltype ??</p>	<p>Ordregiver er i tvivl om spørgsmålet er forstået korrekt.</p> <p>Det kan ikke fraviges om elektroden skal være med fastgel eller vådgel – se svar på spørgsmål 3 (i spørgsmål til udbudsbetingelserne)</p> <p>I henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 1.16 må størrelserne på de udbudte elektroder gerne fraviges – se også svar på spørgsmål 2 (i spørgsmål til udbudsbetingelserne)</p>	28.11.2012	03.12.2012
10	<p>Delaftale 1:</p> <p>Pos.nr. 1.4, EKG elektrode m/10 cm kabel 22x30 mm, Fast gel, Hanstik TP / 0,7 mm</p> <p>1. Er størrelsen Hanstik TP/0,7 mm korrekt? 2. Er det korrekt at der ikke skal leveres prøver af 4 af elektrode typerne 1.3, 1.4, 1.18, 1.19?</p>	<p>Ad. 1) Se besvarelsen på spm 3</p> <p>Ad. 2) Ja det er korrekt, at der ikke skal leveres vareprøver på de nævnte positionsnumre. Dette skyldes, at det kun er længden på ledningen, på de nævnte elektroder, som afviger fra hinanden.</p>	29.11.2012	03.12.2012

Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE

1	<p><u>Udbudsbilag 2B, 2C, 2D</u></p> <p>Skal de vedlægges hvis de ikke bliver udfyldt? Skal man vedlægge en blank side?</p>	<p>Det vil være fint, hvis tilbudsgiver vil vedlægge de tre nævnte udbudsbilag, også selvom de ikke finder anvendelse. Dette sikrer et overblik for ordregiver. Det er dog ikke noget krav hvorfor tilbudsgiver kan vælge at undlade at vedlægge bilagene.</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	30.11.2012
2	<p>Vedr. Udbud 2012/S 215-354838 Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiel</p>		20.11.2012	30.11.2012

	<p>kapacitet – bilag 2A</p> <p>Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i udbudsmaterialet er følgende: Skal der til tilbuddet vedlægges virksomhedens årsregnskaber for de seneste to år? Eller skal de fire nævnte nøgletal oplyses i bilag 2A og signeres af virksomhedens revisor?</p>	<p>Det er korrekt, at de fire nævnte nøgletal enten skal oplyses i udbudsbilag 2A eller et andet bilag som henviser til bilag 2A med påtegning fra en revisor.</p>		
3	<p>Vedr. Udbud 2012/S 215-354838 Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiel kapacitet – bilag 2A</p> <p>Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i udbudsmaterialet er følgende:</p> <p>Eftersom de nøgletal, der i pkt. 1.10.2 bedes oplyst, fremgår af vores virksomheds årsregnskaber, vil det da være tilfredsstillende at vedlægge tilbuddet vores revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste to regnskabsår samt et ikke-revisorpåtegnet dokument med nøgletallene? (Nøgletallene er jo dokumenteret i og trukket fra de revisorpåtegnede årsrapporter.)</p>	<p>Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge årsrapporter for de seneste to regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse hvor i årsrapporterne ordregiver kan finde oplysninger om de i henhold til udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.</p>	21.11.2012	30.11.2012
4	<p><u>Udbudsbilag 2B,2C,2D</u></p> <p>Hvis tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag ?</p> <p>Ønsker Region Midtjylland disse bilag vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag.</p>	<p>Se svar på spørgsmål 1</p>	22.11.2012	30.11.2012

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 6

1	<p>Hvis dette bilag ikke udfyldes af leverandør Ønsker Region Midtjylland dette bilag 6 vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke</p>	<p>Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal</p>	22.11.2012	30.11.2012
---	---	---	------------	------------

	udfylder bilaget ?	<p>det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 6 indeholdte erklæring i underskrevet og udfyldt stand.</p> <p>Hvis en tilbudsgiver ikke baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal kontraktbilag 6 ikke udfyldes og dermed er det ikke et krav, at bilaget vedlægges det til ordregiver fremsendte tilbud.</p>		
--	--------------------	---	--	--

GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR

1	<p><u>Kommentar fra Anette</u></p> <p>Følgebreve eller tilbudsbreve ses helst ikke, da vi kan risikere, at der tages forbehold.</p>		20.11.2012	21.11.2012
			Udbuds- præsentation	
2	Hvorfor er engangsskalpeelektroder ikke med i tilbuddet?	Engangs skalpelektroder er ikke medtaget i dette udbud, da forbruget herpå er meget lille. Ordregiver har på den baggrund valgt at udelade disse produkter fra udbudet, jf. gældende regler.	20.11.2012	30.11.2012
			Udbuds- præsentation	
3	<p>Generelt:</p> <p>Hvor der er nævnt "dage"</p> <p>Vi forudsætter at der menes arbejdsdage</p>	Ordregiver forstår ikke spørgsmålet og beder venligst tilbudsgiver præcisere spørgsmålet med henvisning til hvor i materialet der spørges til.	22.11.2012	30.11.2012
4	<p>Generelt:</p> <p>Elektroder - Fast contra Våd gel</p> <p>Kan fast gel/våd gel kravet fraviges ?</p>	Se svar på spørgsmål 3 under spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne.	22.11.2012	30.11.2012
5	<p>Generelt: Afdelingsspørgsmål</p> <p>Hvorfor bruger Neurofysiologien i Region Midtjylland ikke engangs scalpelektroder, men kun flergangselektroder, som kan medføre smittefare ?</p>	Se svar på spørgsmål 2	22.11.2012	30.11.2012
6	Er der mulighed for at ordregiver kan ligge	Ordregiver har valgt ikke at ligge en	26.11.2012	30.11.2012

	<p>en ikke låst udgave af Kontraktbilag 1 (Kravspecifikation) på hjemmesiden. Tilbudsgiver skal bruge denne version til at kopiere teksten ind i et oversættelsesprogram, og der kan ikke kopieres af teksten i dokumentets nuværende form.</p>	<p>anden version af Kravspecifikationen (Kontraktbilag 1) på hjemmesiden, da der er for stor risiko for, at en tilbudsgiver vil anvende denne version ved besvarelsen af kravene. Ordregiver ønsker bl.a. ikke besvarelser af mindstekrav, hvilket også er årsagen til, at der er offentliggjort en låst word version – dette er for tilbudsgivers bedste således, at risikoen for forbehold for mindstekrav forsøges minimeres. Det er dog muligt at konvertere Kontraktbilag 1 til en pdf-fil. Denne pdf-fil kan tilbudsgiver kopiere fra og sætte teksten ind i et oversættelsesprogram (ordregiver har selv forsøgt med Google translate)</p>		
7	<p>Jeg ringede ind og stillede et par spørgsmål først på ugen men ser ikke at de er kommet på PDF listen på udbuds hjemmesiden så jeg prøver lige skriftligt da jeg har et spørgsmål mere:</p> <p>Det vil være meget værdsat hvis svarene kunne tilflyde os hurtigt da det ikke er lang tid der er levnet til det store arbejde med at deltage i udbuddet og da sammensætningen også er ændret totalt fra sidste gang er det helt forfra igen.</p>	<p>Der henvises til, at spørgsmålene venligst bedes stilles skriftligt!</p> <p>Ordregiver har noteret de modtagne spørgsmål, både de mundtlige og de skriftlige.</p> <p>De spørgsmål der blev modtaget pr. telefon, spørgsmål nr. 6 (generelle spørgsmål) samt spørgsmål nr. 3 (spørgsmål til Kontraktbilag 2) blev lagt på ordregivers hjemmeside den 30. november, hvor det ene af de to blev besvaret.</p> <p>Ordregiver forsøger at få spørgsmålene besvaret så hurtigt som muligt efter modtagelsen, men dette kan desværre tage lidt tid, da det oftest involverer hele brugergruppen.</p>	29.11.2012	03.12.2012