

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
1	<p><u>Vedr. pkt. 1.21.2</u></p> <p>Hvad betyder det, at der må afgives max 2 tilbudsvarianter?</p>	<p>Som det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.2 gælder det at: <i>"såfremt tilbudsgiver har mere end ét produkt, der opfylder ordregivers mindstekrav, kan samme tilbudsgiver afgive flere tilbud inden for samme delområde..."</i></p> <p>Der er altså tale om to produkttyper/produktnavne, da der ikke kan afgives tilbud på forskellige produkttyper/navne indenfor det samme tilbud!</p> <p>Der kan således tilbydes samme produkttype i forskellige varianter (f.eks. XXA og XXB), men ikke forskellige produkttyper (XX og YY) i samme tilbud.</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
2	<p><u>Vedr. pkt. 1.16</u></p> <p>Hvad menes der med substituerbart?</p>	<p>Substituerbart betyder, at det tilbudte produkt kan erstatte det tilbudte uden at være helt identisk (mht. størrelsen). Fravigelsen i størrelsen må dog ikke påvirke den daglige arbejdsgang!</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
3	<p><u>Vedr. pkt. 1.16</u></p> <p>Der henvises til at man kan fravige længde på kabler samt størrelse på elektroder, men kan man fravige om det skal være fastgel eller vådgel?</p>	<p>Nej det kan ikke fraviges om det skal være fastgel eller vådgel.</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
4	<p><u>Vedr. pkt. 1.13</u></p> <p>Er det korrekt at der skal leveres 12 USB-nøgler?</p>	<p>Ja, det er korrekt!</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>22.11.2012</p>
5	<p>Vedr. pkt. 1.10.2</p> <p>Oplysning om følgende nøgletal for de</p>	<p>Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge årsrapporter/årsberetninger</p>	<p>22.11.2012</p>	<p>30.11.2012</p>

	<p>seneste 2 regnskabsår... Er vor Årsberetning for de sidste 2 regnskabsår fyldestgørende for dette punkt ?</p>	<p>for de seneste to regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse hvor i årsrapporterne ordregiver kan finde oplysninger om de i henhold til udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.</p>		
6	<p><u>Vedr. pkt. 1.10.3</u> ...Brug af underleverandører Er dette krav gældende for færdigprodukter eller råvarer ? Vi køber råvarer fra underleverandører. Færdigvarer købes ikke fra underleverandører, færdigvarer produceres på egen fabrik.</p>	<p>Med henvisning til udbudsbetingelser, pkt. 1.10.3, står, at tilbudsgiver skal oplyse om evt. brug af underleverandører.</p> <p>Med det menes, at tilbudsgiver skal oplyse, hvis de handler som mellemed til en leverandør af tilsvarende færdigvareprodukter, som dem der tilbydes.</p> <p>Dvs. at hvis de tilbudte færdigvarer produceres på egen fabrik skal det ikke oplyses, hvor råvareprodukterne kommer fra.</p>	22.11.2012	30.11.2012
7	<p><u>Vedr. pkt. 1.14</u> Skal den samme vareprøve vurderes under flere forskellige delaftaler..... kun fremsende vareprøver til den ene af delaftalerne, men lade det klart og tydeligt fremgå på vareprøven. Vi er lidt usikre på denne formulering. Skal vi på mærkningen af vareprøven markere at denne elektrode tilbydes på delaftale 1-4 og 9 (eks), og derved kun sende vareprøve 1 gang. Eller vil det være en fejl at sende samme vareprøve flere gange - mærket med korrekt delaftale nr. ? eks. Varenr. xx - Delaftale 1 Varenr. xx - Delaftale 4</p>	<p>Det vil ikke være en fejl at sende flere af den samme vareprøve. Ordregiver har også blot i udbudsbetingelsernes pkt. 1.14 skrevet "<i>bedes venligst</i>" Det er derfor helt i orden at sende den samme vareprøve i flere eksemplarer – hvis dette produkt skal indgå i vurderingen af flere positionsnumre.</p> <p>Tilbudsgiver må også gerne vælge at sende én vareprøve som skal vurderes på flere positionsnumre. Vælger tilbudsgiver dette, skal det tydeligt fremgå, at vareprøven tilbydes på mere end ét positionsnummer – sådan som tilbudsgiver selv forslår i sit spørgsmål.</p> <p>Da ordregivers brugergruppe er opdelt i</p>	22.11.2012	03.12.2012

	Varenr. xx - Delaftale 9	<p>henholdsvis EKG-elektroder og elektroder til de neurofysiologiske afdelinger vil det være en hjælp for ordregiver, hvis tilbudsgiver vælger at holde vareprøverne til delaftale 1 fra de øvrige delaftaler.</p> <p>Det fremgår af Kontraktbilag 2 (tilbudslisten) hvor mange vareprøver der skal sendes.</p>		
8	<p><u>Vedr. pkt. 1.14</u> Fortegnelse over fremsendte vareprøver bedes venligst anføres i Kontraktbilag 2 (tilbudslisten). Hvor ønsker Region Midtjylland at tilbudsgiver skal anføre fortegnelsen over vareprøver ?</p>	<p>Dette er en fejl. Der er ikke mulighed for at angive hvilke vareprøver der er medsendt. Tilbudsgiver skal fremsende vareprøver på de positionsnumre som angivet i tilbudslisten (Kontraktbilag 2)</p> <p>Der vil ikke blive lagt en ny version af Udbudsbetingelserne på ordregivers hjemmeside, men ordregiver ligger et rettelsesblad på hjemmesiden: www.udbud.rm.dk</p>	22.11.2012	03.12.2012
9	<p><u>Udbudsbilag pkt. 1.21.1 ..</u> Ikke berettiget til at afgive alternative tilbud</p> <p><u>Udbudsbilag pkt. 1.21.2 ..</u> Hver tilbudsgiver må maksimalt fremsende 2 tilbud</p> <p>Vi forstår desværre ikke helt denne formulering.</p> <p>Vi må gerne tilbyde 2 forskellige varer på 2 forskellige tilbud ?</p>	<p>Ordregiver forudsætter at der spørges til Udbudsbetingelsernes pkt. 1.21.1 og pkt. 1.21.2 selvom tilbudsgiver henviser til udkast til kontrakt.</p> <p>Der henvises bl.a. til besvarelsen af spørgsmål 1.</p> <p>Der er forskel på alternative tilbud og tilbudsvarianter. Der er ikke mulighed for at afgive tilbud på alternative tilbud, men derimod tilbudsvarianter.</p>	22.11.2012	30.11.12
10	<p><u>Vedr. pkt. 1.10.3</u> Referenceliste: Ønsker Region Midtjylland denne referenceliste opdelt per hospital eller per region ? Er det fyldestgørende at oplyse eks.</p>	<p>Ordregiver ønsker denne referenceliste opdelt pr. hospital. Ja det vil derfor være tilstrækkeligt, at oplyse eks. Skejby sygehus, Elektroder xx kr.</p>	22.11.2012	30.11.2012

	Skejby Sygehus Elektroder xx kr.			
11	På side 13 i Udbudsbetingelserne henviser I til 1.24.1 om frivillige positioner.- Men der skrives intet om frivillige positioner i afsnittet – tænkes der på øvrigt sortiment begge steder? Således at man altså kan byde 2 produkter ind – hvis begge lever op til minimumskravene? Eller hvordan skal "frivillige positioner" forstås?	Det er en fejl, da der ikke indgår frivillige positionsnumre i dette udbud. OBS – OBS – OBS – OBS – OBS Der vil blive lagt en ny version af udbudsbetingelserne, version 2, hvor også rettelsen fra spørgsmål 8 vil fremgå.	03.12.2012	07.12.2012

Spørgsmål og svar til UDKAST TIL KONTRAKT

1	<u>Udbudsbetingelserne pkt. 1.17 og udkast til kontrakt pkt. 1.1.1</u> Administrationsbidrag Fra "Udkast til kontrakt" - Til kunden skal der af omsætningen indbetales 2%... ?? Kan dette ændres til : Til kunden skal der af omsætningen af varer/ydelser henhørende denne kontrakt, indbetales	Sætningen i udkast til kontrakt skal forstås således, at det kun er de i den underskrevne kontrakt omhandlede produkter, administrationsbidraget skal betales. Dette vil blive tilføjet kontrakten ved kontraktunderskrivelse.	22.11.2012	30.11.2012
2	<u>Vedr pkt 4.2.2</u> Fra leveringsdato kræves minimum 75% af udløbstiden Vi garanterer altid som minimum 50% Er det muligt at ændre til 50% ?	Besvares senere	22.11.2012	
3	<u>Vedr pkt. 11.2.1</u> ...oppebærer en rimelig restholdbarhed" Definition af "rimelig restholdbarhed"	Definitionen af "rimelig restholdbarhed" beror på en konkret vurdering afhængig af det konkrete produkt og dets forbrug. Ved kontraktophør vil Leverandøren og Kunden i fællesskab finde ud af, hvilke produkter, som skal returneres til fuld kreditering.	22.11.2012	30.11.12
4	<u>Kontraktbilag 3 og 4</u>	Ordregiver er i tvivl om hvad der stilles spørgsmål til?	22.11.2012	30.11.2012

	Begge er nævnt : Leveringsadresser ?	Kontraktbilag 3 omhandler produktdatablade og Kontraktbilag 4 omhandler leveringsadresser.		
5	<u>Vedr. pkt. 4.3</u> ...Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at dokumentere, at kvalitetssikringssystemet beskrevet i Leverandørens tilbud følges, Hvor ønsker Region Midtjylland at tilbudsgiver skal beskrive vor kvalitetssikring ? Ønsker Region Midtjylland kvalitetsdokument (ISO mm) vedlagt tilbuddet ?	Det er en fejl fra ordregivers side at ordene "beskrevet i leverandørens tilbud" ikke er fjernet. Punktet vil være rettet ved kontraktunderskrivelse.	22.11.2012	30.11.2012

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)

1	<u>Kravsspecifikationer pkt. 1.13 og 1.18</u> I kolonnen med MK for Mindstekrav og BK for børkrav står der MK på de nævnte punkter. Betyder det at samtlige korttids- og langtidselektroder skal være røntgentransparent.	OBS - OBS - OBS - OBS - OBS Det er en fejl. Begge punkter er børkrav. Der ligger en ny version (version 2) af Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) på udbyders hjemmeside: www.udbud.rm.dk den 22.11.2012	20.11.2012 Udbuds- præsentation	21.11.2012
2	<u>Kravsspecifikationer pkt. 9.9</u> Kablet skal have en farvekode? Hvorfor det og er der krav til koden?	Det er besluttet i brugergruppen og nej der er ikke et krav til koden. Det skal forstås således, at 3-4 af kablerne pr. ark skal have forskellige farver.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	03.12.2012
3	<u>Kravsspecifikationer pkt. 1.26</u> Øvrigt sortiment! De ting der skrives under hver delaftale, skal de stå under fanebladet kun for Øvrigt sortiment. Og hvilke produkter skal skrives ind?	Det er kun de produkter, der ikke nævnes på andre delaftaler under Øvrigt sortiment, der skal skrives ind på fanebladet Øvrigt sortiment.	20.11.2012 Udbuds- præsentation	30.11.2012

4	<p><u>Vedr. pkt. 9.7:</u></p> <p>Længde på ledning Hvorfor MK til ledning på min. 1,50 når I efterspørger 2 elektroder UNDER 1,5 M</p>	<p>OBS – OBS – OBS – OBS – OBS</p> <p>Der er tale om en fejl fra ordregivers side.</p> <p>Kravet ændres til: <u>Til overfladeelektroder m/klæb, langtids:</u> Hvis der afgives tilbud på følgende elektroder evalueres de i forhold til overfladeelektroder m/klæb, langtids. Skal kunne leveres på følgende måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med monteret kabel på min. 100 cm <p>Der vil blive lagt en ny version af Kravspecifikationen (Kontraktbilag 1), version 3 på ordregivers hjemmeside: www.udbud.rm.dk</p>	22.11.2012	03.12.2012
5	<p><u>Vedr. pkt. 9.9:</u></p> <p>Farvekode kabel Hvad menes der med farvekode på kablet ?</p>	Se svar på spørgsmål 2	22.11.2012	03.12.2012
6	<p><u>Vedr. pkt. 9.7:</u></p> <p>Tekst : med monteret kabel på min. 150 cm samt Samt ??? Vi mener at der mangler lidt tekst efter samt....</p>	<p>Det er en taste fejl! Samt skal fjernes fra sætningen. Der vil ikke blive offentliggjort en ny version af Kontraktbilag 1.</p>	22.11.2012	30.11.2012
7	<p><u>Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation version 2 og Kontraktbilag 2 - Udbudsliste</u></p> <p>1. Er der sammenhæng mellem Pos. Nr. (første kolonne til venstre) og Pos. Nr. () i Kontraktbilag 2 –Udbudslisten? F.eks: henvender kravet i "Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation" pos. 1.16 (side 11) sig til</p>	<p>Der er ingen sammenhæng mellem numrene i Kontraktbilag 1 og Kontraktbilag 2 udover at delaftale 1 har fået positionnumre med et 1-tal foran, delaftale 2 har fået positionsnumre med 2 foran osv. Kravene i Kontraktbilag 1.14 – 1.18 henvender sig udelukkende til kortidselektroderne.</p>	29.11.2012	07.12.2012

	pos. 1.16 på Kontraktbilag 2 – Udbudslisten Delaftale 1 eller gælder det alle de udbudte elektroder i gruppen (i dette tilfælde korttids EKG)? Hvis det gælder alle elektroderne i korttids EKG, hvorfor stilles der så krav om tab elektrode når "tab" slet ikke er nævnt som konnektor (kolonne E i Udbudslisten) i denne gruppe?	Ordergiver kan godt se at der er sket en tastefejl. OBS – OBS – OBS – OBS – OBS Kontraktbilag 1, pkt. 1.16 bliver derfor rettet og kravet om tab udelades. Der ligger en ny version af Kontraktbilag 1, version 4 på ordregivers hjemmeside.		
8	Generelt spørgsmål til delaftaler: Såfremt man på en delaftale kan tilbyde et supplerende produkt, fremfor det i kravspecifikationen beskrevne produkt, accepteres tilbudsgivers bud så som dækkende for hele delaftalen?	Ordregiver forstår desværre ikke spørgsmålet, og beder tilbudsgiver præcisere hvad der spørges til?	03.12.2012	07.12.2012
9	I Kravspecifikationen - fælles krav under delaftale 1.24 - Beder I os oplyse "Indsvindingstiden" Kan I uddybe hvad der menes med dette?	Besvares senere	03.12.2012	
10	1.3, 1.8, 1.11, og 1.16 i kravspecifikationen står der at Tilbudsgiver skal kunne tilbyde elektroder med flere typer konnektorer. Skal tilbudsgiver kunne tilbyde alle konnektorer eller blot nogle af dem?	De nævnte punkter i Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) er alle Mindstekrav. Mindstekrav skal opfyldes for at tilbudsgivers tilbud er konitionsmæssigt. Ja, alle typerne af konnektorerne skal tilbydes. De samme konnektorer fremgår ligeledes af Kontraktbilag 2 (Tilbudslisten). OBS! Vær dog opmærksom på, at der er fejl i pkt. 1.16 – se svar på spørgsmål 7 lige ovenfor.	03.12.2012	07.12.2012

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)

1	<u>Tilbudsliste pkt. 9.4</u> Delaftale 9 – pos. 9.4 hvad er den elektrode	Det er ikke en fejl. Elektroden anvendes	20.11.2012 Udbuds-	22.11.2012
---	--	--	---------------------------	------------

	til? Den er meget lille. Er det en fejl?	som en overfladeelektrode.	præsentation	
2	<u>Alle faneblade</u> Øvrigt sortiment (evalueres kun på underkriteriet sortimentsbredde). Vi er lidt uforstående overfor denne formulering. Hvad menes med øvrigt sortiment på hver enkelt faneblad (1-10) ? Hvad ønsker Region Midtjylland udfyldt på faneblad "Øvrigt sortiment".	Se svar på spørgsmål 1, under spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne.	22.11.2012	30.11.2012
3	<u>Vedr. pos.nr. 1.4:</u> Konnektoren er 0,7mm – er dette korrekt? Tibudsgiver har aldrig hørt om denne str. før?	Det er korrekt, men produktet er fejlagtigt blevet placeret i en forkert delaftale. Den vil i stedet flyttes til delaftale 9, overfladeelektroder m/klæb, Korttids. OBS – OBS – OBS – OBS – OBS Der offentliggøres et nyt Kontraktbilag 2, version 2 på ordregivers hjemmeside: www.udbud.rm.dk	26.11.2012	07.12.2012
4	<u>Vedr. pos.nr.: 1.4</u> Vedr. 0,7 mm stik! Dette stik (SC-stik) bruges normalt til Neurologi Er det korrekt at der menes 0,7 mm stik ?	Se svar på spørgsmål 3, lige ovenfor.	28.11.2012	07.12.2012
5	<u>Vedr. Generelt, Øvrigt sortiment:</u> Ønsker Region Midtjylland vareprøver/priser på oplyste "Øvrigt Sortiment" ? Eller ønsker Region Midtjylland en liste over tilbudsgivers øvrige sortiment, udover hvad der tilbydes ?	I tilbudslisten (Kontraktbilag 2) er der for hver delaftale en mulighed for at oplyse et øvrigt sortiment. F.eks. gælder dette for delaftale 1 – her kan tilbudsgiver oplyse hvis der er forskellige pakninger, jf. Kravspecifikationen pkt. 1.17. Dette skal anføres under delaftale 1 i tilbudslisten (Kontraktbilag 2)	28.11.2012	30.11.2012

		<p>På delaftale 3, hvor det i pkt. 3.8 i kravspecifikationen vægtes positivt hvis der kan tilbydes yderligere kabeltyper. Dette skal angives under delaftale 3 i tilbudslisten.</p> <p>For hele delaftale 1 gælder det, at der ønskes tilbud på andre produkter som tilbudsgiver måtte have med f.eks. et andet klæbeindhold, en anden udformning end det udbudte mm. Dette skal angives i det faneblad som hedder Øvrigt sortiment.</p>		
6	<p><u>Vedr. Elektroder, Fast/våd gel</u></p> <p>Hvor skal vi skrive afvigelser i gel type i kontraktbilag 2</p>	<p>Ordregiver formoder at der spørges til hvorvidt tilbudet må fraviges fra det udbudte vedrørende geltyper - f.eks. der er udbudt en elektrode med fast gel og tilbudsgiver ønsker at tilbyde en våd gel.</p> <p>Det kan ikke fraviges.</p> <p>Der skal tilbydes det der udbydes - se også besvarelsen på spørgsmål 3 (spørgsmål til udbudsbetingelserne)</p>	28.11.2012	03.12.2012
7	<p><u>Vedr.: Generelt, Øvrigt sortiment</u></p> <p>Hvordan skal der skrives i "Øvrigt sortiment", ved f.eks. alternative :</p> <p>Pakningstørrelse Gel-type Ledningslængde Stik-typer Størrelser ? Ønsker Region Midtjylland samme opstilling som i skema : Eks. 1.6 xxx</p>	<p>Hele fanebladet Øvrigt sortiment er åbent (altså ikke skrivebeskyttet), så der kan også skrives i de felter, der på de andre delaftaler er forbeholdt I&M.</p>	28.11.2012	30.11.2012
8	<p><u>Vedr. Generelt, MR-kompatibel</u></p> <p>Vi henleder opmærksomheden på at elektroder med ubeskyttede ledninger ikke må bruges i en MR-scanner, af sikkerhedsmæssige årsager.</p>	<p>Ordregiver er opmærksom på dette. Elektroder til MR-scanner er ikke direkte medtaget i dette udbud. Der er dog gjort plads til, at tilbudsgiver kan sætte kryds i kontraktbilag 2 (Tilbudslisten) i tilfælde af, at en eller flere af de tilbudte</p>	28.11.2012	03.12.2012

		elektroder er MR-kombatible.		
9	<p><u>Vedr. Generelt, Vigtighed ?</u></p> <p>Hvad er vigtigst : størrelse på elektroder eller geltype ??</p>	<p>Ordregiver er i tvivl om spørgsmålet er forstået korrekt.</p> <p>Det kan ikke fraviges om elektroden skal være med fastgel eller vådgel – se svar på spørgsmål 3 (i spørgsmål til udbudsbetingelserne)</p> <p>I henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 1.16 må størrelserne på de udbudte elektroder gerne fraviges – se også svar på spørgsmål 2 (i spørgsmål til udbudsbetingelserne)</p>	28.11.2012	03.12.2012
10	<p>Delaftale 1:</p> <p>Pos.nr. 1.4, EKG elektrode m/10 cm kabel 22x30 mm, Fast gel, Hanstik TP / 0,7 mm</p> <p>1. Er størrelsen Hanstik TP/0,7 mm korrekt? 2. Er det korrekt at der ikke skal leveres prøver af 4 af elektrode typerne 1.3, 1.4, 1.18, 1.19?</p>	<p>Ad. 1) Se besvarelsen på spm 3</p> <p>Ad. 2) Ja det er korrekt, at der ikke skal leveres vareprøver på de nævnte positionsnumre. Dette skyldes, at det kun er længden på ledningen, på de nævnte elektroder, som afviger fra hinanden.</p>	29.11.2012	03.12.2012
11	<p>Spørgsmål til delaftale 1 pos. 1.1: Accepteres amerikansk farvekodning på kabler?</p>	Besvares senere	03.12.2012	
12	<p>Spørgsmål til delaftale 9: Vil ordregiver acceptere overfladeelektroder uden prækonnektet kabel, således at tilbudsgiver kan byde på positionsnr. 9.1 – 9.15?</p>	Nej, ordregiver fastholder sammensætningen af positionsnumrene i delaftale 9.	03.12.2012	07.12.2012
13	<p>Tilbudsgivers elektroder understøtter målsætningen om at kunne levere behandling på et højt niveau og produkterne afspejler</p>	Ordregiver skal oplyse, at den liste som tilbudsgiver har vedhæftet ikke vil blive offentliggjort – dette af hensyn til	03.12.2012	07.12.2012

	<p>bevidstheden om kvalitet og sikkerhed. Regionen har dog valgt at samle mange produkter på nogle af delaftalerne. Dette medfører at mange af vores produkter desværre ikke kan bydes ind, da vi ikke kan byde på alle positioner.</p> <p>Vi har vedlagt en liste over hvilke positioner vi kan byde på, i de forskellige delaftaler, så I kan se omfanget. Denne liste vil vi bede jer om at undtage for aktindsigt og offentliggørelse.</p> <p>Som det fremgår af listen kan vi tilbyde produkter på mange af de positioner som har et signifikant stort forbrug - men vi bliver afskåret fra at byde, fordi vi mangler produkter på nogle små positioner.</p> <p>Vil Regionen overveje at opdele delaftalerne til flere små, eller fjerne kravet om at man skal kunne byde på alle positioner i en delaftale, for være konditionsræssig? Alternativt vil det også hjælpe at lave ønsket om kabler - om til et bør krav. Dermed vil Regionen kunne undgå, at afskære sig fra potentielt gode bud.</p>	<p>tilbudsgiver! Listen indeholder oplysninger i forhold til delaftale 1, EKG-elektroder.</p> <p>Ordregiver fastholder sammensætningen af delaftale 1.</p> <p>Ordregiver skal gøre tilbudsgiver opmærksom på, at kablernes længde og elektrodernes størrelser ikke er et mindstekrav. I henhold til udbudsbetingelserne pkt. 1.16 må størrelserne på de udbudte elektroder og længderne på kablerne gerne fraviges. Det tilbudte skal dog være substituerbart med det udbudte - brugergruppen vurderer om det tilbudte er substituerbart. Se også svar på spørgsmål 9 (i spørgsmål til Kontraktbilag 2)</p> <p>Tilbudsgiver må altså gerne tilbyde det samme produkt på flere positionsnumre, hvis tilbudsgiver mener at produktet "matcher" med det udbudte, f.eks. hvor der udbydes to ens elektroder og, hvor blot kabellængden er forskellig. I dette tilfælde er der mulighed for at byde ind med den samme elektrode med samme kabellængde, på begge positioner, hvis tilbudsgiver ikke har forskellige længder kabler i sortimentet.</p> <p>Tilbudsgiver har også mulighed for at anvende underleverandører og på den måde kunne tilbyde produkter på de positionsnumre, hvor tilbudsgiver ikke er dækket ind via egen produktion.</p> <p>Se også svar på spørgsmål 3 ovenfor.</p>		
--	--	---	--	--

Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE

1	<p><u>Udbudsbilag 2B, 2C, 2D</u></p> <p>Skal de vedlægges hvis de ikke bliver udfyldt? Skal man vedlægge en blank side?</p>	<p>Det vil være fint, hvis tilbudsgiver vil vedlægge de tre nævnte udbudsbilag, også selvom de ikke finder anvendelse. Dette sikrer et overblik for ordregiver. Det er dog ikke noget krav hvorfor tilbudsgiver kan vælge at undlade at vedlægge bilagene.</p>	<p>20.11.2012</p> <p>Udbuds- præsentation</p>	<p>30.11.2012</p>
2	<p>Vedr. Udbud 2012/S 215-354838 Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiell kapacitet – bilag 2A</p> <p>Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i udbudsmaterialet er følgende: Skal der til tilbuddet vedlægges virksomhedens årsregnskaber for de seneste to år? Eller skal de fire nævnte nøgletal oplyses i bilag 2A og signeres af virksomhedens revisor?</p>	<p>Det er korrekt, at de fire nævnte nøgletal enten skal oplyses i udbudsbilag 2A eller et andet bilag som henviser til bilag 2A med påtegning fra en revisor.</p>	<p>20.11.2012</p>	<p>30.11.2012</p>
3	<p>Vedr. Udbud 2012/S 215-354838 Pkt. 1.10.2 – Økonomisk og finansiell kapacitet – bilag 2A</p> <p>Mit spørgsmål til ovenfor anførte punkt i udbudsmaterialet er følgende:</p> <p>Eftersom de nøgletal, der i pkt. 1.10.2 bedes oplyst, fremgår af vores virksomheds årsregnskaber, vil det da være tilfredsstillende at vedlægge tilbuddet vores revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste to regnskabsår samt et ikke-revisorpåtegnet dokument med nøgletallene? (Nøgletallene er jo dokumenteret i og trukket fra de revisorpåtegnede årsrapporter.)</p>	<p>Det er ok hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge årsrapporter for de seneste to regnskabsår. Tilbudsgiver bedes dog venligst oplyse hvor i årsrapporterne ordregiver kan finde oplysninger om de i henhold til udbudsbilag 2A krævede nøgletal er.</p>	<p>21.11.2012</p>	<p>30.11.2012</p>

4	<p><u>Udbudsbilag 2B,2C,2D</u></p> <p>Hvis tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag ?</p> <p>Ønsker Region Midtjylland disse bilag vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke udfylder disse bilag.</p>	Se svar på spørgsmål 1	22.11.2012	30.11.2012
---	--	------------------------	------------	------------

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 6

1	<p>Hvis dette bilag ikke udfyldes af leverandør Ønsker Region Midtjylland dette bilag 6 vedlagt tilbuddet, selvom tilbudsgiver ikke udfylder bilaget ?</p>	<p>Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 6 indeholdte erklæring i underskrevet og udfyldt stand.</p> <p>Hvis en tilbudsgiver ikke baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal kontraktbilag 6 ikke udfyldes og dermed er det ikke et krav, at bilaget vedlægges det til ordregiver fremsendte tilbud.</p>	22.11.2012	30.11.2012
---	--	--	------------	------------

GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR

1	<p><u>Kommentar fra Anette</u></p> <p>Følgebreve eller tilbudsbreve ses helst ikke, da vi kan risikere, at der tages forbehold.</p>		20.11.2012	21.11.2012
2	<p>Hvorfor er engangsskalpeelektroder ikke med i tilbuddet?</p>	<p>Engangs skalpelektroder er ikke medtaget i dette udbud, da forbruget herpå er meget lille. Ordregiver har på den baggrund valgt at udelade disse produkter fra udbudet, jf. gældende regler.</p>	20.11.2012	30.11.2012
3	<p>Generelt:</p>	<p>Ordregiver forstår ikke spørgsmålet og</p>	22.11.2012	30.11.2012

	Hvor der er nævnt "dage" Vi forudsætter at der menes arbejdsdage	beder venligst tilbudsgiver præcisere spørgsmålet med henvisning til hvor i materialet der spørges til.		
4	Generelt: Elektroder - Fast contra Våd gel Kan fast gel/våd gel kravet fraviges ?	Se svar på spørgsmål 3 under spørgsmål og svar til udbudsbetingelserne.	22.11.2012	30.11.2012
5	Generelt: Afdelingsspørgsmål Hvorfor bruger Neurofysiologien i Region Midtjylland ikke engangs scalpelektroder, men kun flergangselektroder, som kan medføre smittefare ?	Se svar på spørgsmål 2	22.11.2012	30.11.2012
6	Er der mulighed for at ordregiver kan ligge en ikke låst udgave af Kontraktbilag 1 (Kravspecifikation) på hjemmesiden. Tilbudsgiver skal bruge denne version til at kopiere teksten ind i et oversættelsesprogram, og der kan ikke kopieres af teksten i dokumentets nuværende form.	Ordregiver har valgt ikke at ligge en anden version af Kravspecifikationen (Kontraktbilag 1) på hjemmesiden, da der er for stor risiko for, at en tilbudsgiver vil anvende denne version ved besvarelsen af kravene. Ordregiver ønsker bl.a. ikke besvarelser af mindstekrav, hvilket også er årsagen til, at der er offentliggjort en låst word version – dette er for tilbudsgivers bedste således, at risikoen for forbehold for mindstekrav forsøges minimeres. Det er dog muligt at konvertere Kontraktbilag 1 til en pdf-fil. Denne pdf-fil kan tilbudsgiver kopiere fra og sætte teksten ind i et oversættelsesprogram (ordregiver har selv forsøgt med Google translate)	26.11.2012	30.11.2012
7	Jeg ringede ind og stillede et par spørgsmål først på ugen men ser ikke at de er kommet på PDF listen på udbuds hjemmesiden så jeg prøver lige skriftligt da jeg har et spørgsmål mere: Det vil være meget værdsat hvis svarene kunne tilflyde os hurtigt da det ikke er lang tid der er levnet til det store arbejde med at deltage i udbuddet og da sammensætningen også er ændret	Der henvises til, at spørgsmålene venligst bedes stilles skriftligt! Ordregiver har noteret de modtagne spørgsmål, både de mundtlige og de skriftlige. De spørgsmål der blev modtaget pr. telefon, spørgsmål nr. 6 (generelle spørgsmål) samt spørgsmål nr. 3	29.11.2012	03.12.2012

	totalt fra sidste gang er det helt forfra igen.	<p>(spørgsmål til Kontraktbilag 2) blev lagt på ordregivers hjemmeside den 30. november, hvor det ene af de to blev besvaret.</p> <p>Ordregiver forsøger at få spørgsmålene besvaret så hurtigt som muligt efter modtagelsen, men dette kan desværre tage lidt tid, da det oftest involvere hele brugergruppen.</p>		
8	Vi skal hermed anmode om at få oplyst navnet på den liste hvor stofferne for allergi risiko findes, jf kontraktbilag 1 pkt 1.8	<p>Tilbudsgiver kan finde listen på følgende hjemmeside: http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla</p> <p>Det er en database, hvor der kan søges på specifikke farlige egenskaber (her allergi ~ sensibilisering) i form af de relevante R- sætninger og H-sætninger. Klarteksten er ikke angivet</p> <p>Tilbudsgiver kan finde klarteksten mange steder f.eks. på følgende hjemmesider: http://www.biosite.dk/leksikon/clp-saetninger.htm og http://www.biosite.dk/leksikon/r-saetninger.htm</p> <p>Ordregiver kan oplyse, at de er i overgangsfasen mellem R- og H-sætninger dvs det er nødvendigt både at søge efter R og H. Alternativt kan tilbudsgiver slå de stoffer op, som de kommer i produkterne.</p>	08.12.2012	07.12.2012

