

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
1	Vedr. pkt. 1.7 og 1.8 Hvilken dato er den rigtige mht. informationsmødets afholdelse? Der står to forskellige datoer	Informationsmødet afholdes den 01.10.13, kl. 10 – 11:30 og tilmelding til mødet skal ske senest den 26.09.13 Der ligger en ny version af Udbudsbetingelserne på hjemmesiden, version 2	18.09.13	19.09.13
2	Er det muligt at flytte mødet til kl. 12.30 eller senere samme dag ?	Det er desværre en større proces at flytte sådan et møde, hvorfor jeg fastholder mødets dato og tidspunkt.	19.09.13	25.09.13
3	Er det muligt at indgive tilbud, udelukkende på trolleyudstyr?	Nej dette er ikke muligt. Der skal afgives tilbud på alle de obligatoriske positionsnumre for hver delaftale, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 1.15 samt pkt. 1.20	20.09.13	25.09.13
4				

Spørgsmål og svar til UDKAST TIL KONTRAKT

1				
---	--	--	--	--

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)

1	Kravspecifikation anesthesiologi: B-krav punkt 1.3.1 og 1.3.2 er ens, er dette tilsigtet?	Nej det er det ikke. Det er en fejl – der vil blive uploadet en ny version, Version 2, af Kontraktbilag 1 for delaftale 1 - Anesthesiologi	19.09.13	25.09.13
2	Kravspecifikation anesthesiologi: A-krav 1.5.1 og B-krav 1.5.2 og 1.5.3 her står der video endoskoper, skal der ikke stå	Jo der skal stå fiber-endoskoper. Punkterne er nu rettet og det vil fremgå af den nye version 2 af Kontraktbilag 1 for delaftale 1 - Anesthesiologi	19.09.13	25.09.13

	fiber endoskoper?			
3	<p>Øre-, Næse-, Hals Kravsspecifikationer:</p> <p>A-krav 1.2.3 arbejdskanalen skal være minimum 2,5 mm - vores skop har en arbejdskanal på 2,3 mm, vil I udelukke os fra at byde ind med den?</p>	<p>Brugergruppen har været konsulteret og det er besluttet, at sætte A-kravet ned til 2,3 mm.</p> <p>Der vil blive oploadet en ny version, Version 2, af Kontraktbilag 1 for delaftale 5 - Øre, Næse, Hals</p>	19.09.13	25.09.13
3	<p>Øre-, Næse-, Hals Kravsspecifikationer:</p> <p>A-krav: 1.7.1 og 1.8.1 I stiller et A-krav, men svarrubrikken er sort. Bør der ikke være et hvidt svarfeldt?</p>	<p>Jo det bør der - der vil blive oploadet en ny version, version 2, af Kontraktbilag 1 for delaftale 5 - Øre, Næse, Hals</p>	19.09.13	25.09.13

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)

1				
2				

Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE

1				
---	--	--	--	--

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 7

1				
---	--	--	--	--

GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR

1				
---	--	--	--	--