

Spørgsmål og svar til UDBUDSBETINGELSERNE

Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvarelsesdato
1	Vedr. pkt. 1.7 og 1.8 Hvilken dato er den rigtige mht. informationsmødets afholdelse? Der står to forskellige datoer	Informationsmødet afholdes den 01.10.13, kl. 10 – 11:30 og tilmelding til mødet skal ske senest den 26.09.13 Der ligger en ny version af Udbudsbetingelserne på hjemmesiden, version 2	18.09.13	19.09.13
2	Er det muligt at flytte mødet til kl. 12.30 eller senere samme dag ?	Det er desværre en større proces at flytte sådan et møde, hvorfor jeg fastholder mødets dato og tidspunkt.	19.09.13	25.09.13
3	Er det muligt at indgive tilbud, udelukkende på trolleyudstyr?	Nej dette er ikke muligt. Der skal afgives tilbud på alle de obligatoriske positionsnumre for hver delaftale, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 1.15 samt pkt. 1.20	20.09.13	25.09.13
4	Skal ALT udstyr man giver tilbud på være fysisk tilstede til produktpræsentation? Svares skriftligt. Minimum et af det tilbudte udstyr pr positions nr. Det er leverandørens ansvar.	Ordregiver ser gerne, at tilbudsgiver medtager minimum ét af det tilbudte udstyr pr. positionsnummer. Som det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.23.3 vil den kvalitative evaluering foretages på baggrund af tilbudsgivers besvarelse i Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen samt produktpræsentationen. Det er således leverandørens eget ansvar at medtage de produkter som denne mener, repræsenterer deres tilbud. Endelig plan for produktpræsentationen foreligger først efter tilbudsevalueringen og vil tilgå tilbudsgiverne senest den 15. november 2013, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.24	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
5	Hvor lang tid har hver virksomhed til produkt	Planen for produktpræsentationen er endnu ikke fastlagt, hvorfor spørgsmålet	Informationsmøde	02.10.13

	præsentation?	ikke kan besvares. Det vil fremgå af indbydelsen senest 15. november 2013, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.24	01.10.13	
6	Skal leverandøren komme begge dage eller kun 1 dag?	Planen for produktpræsentationen er endnu ikke fastlagt, hvorfor spørgsmålet ikke kan besvares. Det vil fremgå af indbydelsen senest 15. november 2013, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.24	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
7	Kan der Kommer der nye dokumenter på hjemmesiden indtil den 29.10.13?	Ja det kan der godt. Ordregiver er dog opmærksom på, at gøre det så smidigt for tilbudsgiver som muligt, henset til det store dokumenter der skal udfyldes – herunder særligt Kontraktbilag 1 og 2.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
8	Udbudsbetingelse Punkt 1.15 afsnit 4: Forstår ikke dette.	Punktet blev forklaret til informationsmødet. Det omhandler den situation, hvor en tilbudsgiver vælger ikke at afgive tilbud på en frivillig position og efterfølgende vinder den pågældende delaftale. I den efterfølgende kontraktperiode, kan det blive nødvendigt for ordregiver at finde en anden til levering af produktet. Dette tages der således højde for i evalueringen, da der anvendes den billigste tilbudte brugbare pris på dette produkt med tillæg af 50%. Ordregivers benyttelse af en fiktiv pris i denne situation tjener desuden til at gøre tilbud med og uden tilbudspris på de pågældende positionsnumre sammenlignelige.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
9	Vedr. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.14: Kan det ændres således, at tilbudspriserne fjernes fra den USB-nøgle som er tiltænkt til brugergruppen?	Ordregiver fastholder udbudsbetingelserne som de er.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
10				

Spørgsmål og svar til UDKAST TIL KONTRAKT

1				
---	--	--	--	--

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 1 (KRAVSPECIFIKATIONEN)

1	<p>Kravspecifikation anesthesiologi:</p> <p>B-krav punkt 1.3.1 og 1.3.2 er ens, er dette tilsigtet?</p>	<p>Nej det er det ikke.</p> <p>Det er en fejl – der vil blive oploadet en ny version, Version 2, af Kontraktbilag 1 for delaftale 1 - Anæstesiologi</p>	19.09.13	25.09.13
2	<p>Kravspecifikation anesthesiologi:</p> <p>A-krav 1.5.1 og B-krav 1.5.2 og 1.5.3 her står der video endoskoper, skal der ikke stå fiber endoskoper?</p>	<p>Jo der skal stå fiber-endoskoper.</p> <p>Punkterne er nu rettet og det vil fremgå af den nye version 2 af Kontraktbilag 1 for delaftale 1 - Anæstesiologi</p>	19.09.13	25.09.13
3	<p>Øre-, Næse-, Hals Kravspecifikationer:</p> <p>A-krav 1.2.3 arbejdskanalen skal være minimum 2,5 mm - vores skop har en arbejdskanal på 2,3 mm, vil I udelukke os fra at byde ind med den?</p>	<p>Brugergruppen har været konsulteret og det er besluttet, at sætte A-kravet ned til 2,3 mm.</p> <p>Der vil blive oploadet en ny version, Version 2, af Kontraktbilag 1 for delaftale 5 – Øre, Næse, Hals</p>	19.09.13	25.09.13
3	<p>Øre-, Næse-, Hals Kravspecifikationer:</p> <p>A-krav: 1.7.1 og 1.8.1 I stiller et A-krav, men svarrubrikken er sort. Bør der ikke være et hvidt svarfeldt?</p>	<p>Jo det bør der – der vil blive oploadet en ny version, version 2, af Kontraktbilag 1 for delaftale 5 – Øre, Næse, Hals</p>	19.09.13	25.09.13
4	<p>Vedr. besvarelse af A-krav:</p> <p>Er det nok at svar med opfyldt? Svar: Ja, hvis der ikke står beskriv.</p>	<p>Ja det er det, så længe der ikke fremgår andet af det pågældende A-krav.</p> <p>Tilbudsgiver skal derfor nøje læse A-kravene igennem. Tilbudsgiver skal ligeledes være opmærksom på ikke at tage forbehold ved besvarelsen af et A-krav.</p>	<p>Informationsmøde 01.10.13</p>	02.10.13
5	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi</p>	<p>Kravet ændres ikke, da ordregiver vurderer, at der kun er en leverandør der kan tilbyde et sådan skop.</p>	30.09.13	10.10.13

	<p>Pkt. 1.5.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.5.1 til min. 90° mm i stedet for 120° idet dette giver mulighed for at inkludere nyere terapeutiske EUS-skopmodeller.</p>			
6	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi Pkt. 1.5.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.5.3 til min. 3,6 mm i stedet for 4,0 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 3,6 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 2, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13
7	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi Pkt. 1.6.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.6.3 til min. 2,2 mm i stedet for 2,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 2,2 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 2, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13
8	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi Pkt. 1.7.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.7.3 til min. 3,2 mm i stedet for 3,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 3,2 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 2, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13
9	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi Pkt. 1.8.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.8.3 til min. 3,7 mm i stedet for 4,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 3,7 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 2, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13
10	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 3: Lungemedicin og Thoraxkirurgi</p>	<p>Kravet ændres til 2,0 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 3, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13

	<p>Pkt. 1.1.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.1.3 til min. 2,0 mm i stedet for 2,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>			
11	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 3: Lungemedicin og Thoraxkirurgi Pkt. 1.3.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.3.3 til min. 2,8 mm i stedet for 3,2 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 2,8 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 3, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13
12	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 3: Lungemedicin og Thoraxkirurgi Pkt. 1.4.3: Vi anmoder om at ændre kravet i pkt. 1.4.3 til min. 2,2 mm i stedet for 2,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 2,2 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 3, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	30.09.13	10.10.13
13	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 4: Urologi Pkt. 1.1.3: Der skrives arbejdskanalens indre diameter skal være <u>min.</u> 2,5mm. Vil det være muligt at ændre kravet til at være min 2,4mm alternativt max 2,5mm?</p>	<p>Kravet ændres til 2,4 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 4, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	08.10.13	10.10.13
14	<p>BILAG: Kravspecifikationer Delaftale 4: Urologi Pkt. 1.2.3: Der skrives arbejdskanalens indre diameter skal være <u>min.</u> 2,5mm. Vil det være muligt at ændre kravet til at være min 2,2mm alternativt max 2,5mm?</p>	<p>Kravet ændres til 2,2 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 4, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	08.10.13	10.10.13

15	<p>Kravspecifikationer Delaftale 1: Anæstesiologi</p> <p>Punkt. 1.2.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 2,55 mm i stedet for 2,6 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 2,5 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 1, Version 3 på ordregivers hjemmeside.</p>	08.10.13	10.10.13
16	<p>Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi</p> <p>Punkt. 1.5.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 3,8 mm i stedet for 4,0 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet er ændret til 3,6, jf. svar på spørgsmål 6 ovenfor.</p>	07.10.13	10.10.13
17	<p>Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi</p> <p>Punkt. 1.6.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 2,4 mm i stedet for 2,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet er ændret til 2,2, jf. svar på spørgsmål 7 ovenfor.</p>	07.10.13	10.10.13
18	<p>Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi</p> <p>Punkt. 1.6.4. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til max. 12,1 mm i stedet for 12,0 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.</p>	<p>Kravet ændres til 12,1 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 2, Version 2 på ordregivers hjemmeside.</p>	07.10.13	10.10.13
19	<p>Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi</p> <p>Punkt. 1.8.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 3,8 mm i stedet for 4,5 mm idet flere leverandører ellers</p>	<p>Kravet i delaftale 2, punkt 1.8.3 vedrører Diagnostisk Video-koloskop, 1 arbejdskanal. Kravet til den indre diameter er i forvejen 3,7 mm.</p>	07.10.13	10.10.13

	udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.	Kan tilbudsgiver have taget fejl af dette punkt og et andet?		
20	Kravspecifikationer Delaftale 2: Gastroenterologi Punkt. 1.9.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 2,8 mm i stedet for 3,0 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.	Kravet ændres til 2,8 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 2, Version 2 på ordregivers hjemmeside.	07.10.13	10.10.13
21	Kravspecifikationer Delaftale 3: Lungemedicin/Thorax kirurgi Punkt. 1.4.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 2,0 mm i stedet for 2,5 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.	Kravet ændres til 2,0 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 3, Version 2 på ordregivers hjemmeside.	08.10.13	10.10.13
22	Kravspecifikationer Delaftale 5: ØNH Punkt. 1.2.3. Vi anmoder om at ændre kravet til punktet til min. 2,2 mm i stedet for 2,3 mm idet flere leverandører ellers udelukkes fra at byde på det pågældende endoskop.	Kravet ændres til 2,2 mm Se ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, Delaftale 5, Version 3 på ordregivers hjemmeside.	08.10.13	10.10.13

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 2 (TILBUDSLISTEN)

1	Hvis man ikke kan afgive tilbud på et af de obligatoriske produkter, er man så ude?	Ja, hvis man ikke afgiver tilbud på et eller flere af de obligatoriske positionsnumre, så er man ukonditionsmæssig på den pågældende delaftale.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
2	Skal der tilbydes kombineret lyskilde og	Der skal tilbydes Kombineret videoprocessor og lyskilde, hvor dette	Informationsmøde	02.10.13

	videoprocessor til hver delaftale? Svar: Nej kun de delaftaler som det fremgår af kravspec. Tjekker lige op på det.	fremgår af Kontraktbilag 2, Tilbudslisten.	01.10.13	
3	Hvor tilbydes yderligere produkter?? Overvejer man at ændre på dette?	Der er ikke mulighed for at tilføje yderligere produkter. Nej det overvejes ikke ændret.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
4	Man beder om traditionelle skoper, undervejs er der sket nye teknologier. Det er primære diameter som er problemet. Skal produkt 2 opfylde A krav?	Ja produkt 2 skal også opfylde A-kravene, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 1.15 Hvis tilbudsgiver har et skop som man er i tvivl om hvor skal tilbydes sendes spørgsmålet til ordregiver.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
5	Hvad forventer i, at der skal stå i Kontraktbilag 2, Tilbudslisten under "tilbudsgivers varebeskrivelse"?	Tilbudsgiver skal blot skrive navnet på det tilbudte skop.	09.10.13	10.10.13

Spørgsmål og svar til UDBUDSBILAGENE

1				
---	--	--	--	--

Spørgsmål og svar til KONTRAKTBILAG 7

1				
---	--	--	--	--

GENERELLE SPØRGSMÅL OG SVAR

1	Hvorfor er der ikke Service med i udbuddet?	Service er ikke medtaget i det pågældende udbud, da der ikke er tale om en samlet udskiftning af alle skoper i Regionen men kun en delmængde. Det vil derfor serviceteknisk være meget uhensigtsmæssigt at skulle skelne mellem mulige forskellige service setup på samme typer skoper.	Informationsmøde 01.10.13	10.10.13
2	Hvad gør man med specielle skop som ikke er med i rammeaftalen,?	Udbudet omfatter ca. 90% af regionens estimerede forbrug, jf. Rettelsesblad 1. Hvis ordregiver i kontraktperioden, undtagelsesvist, har behov for et helt	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13

		specielt skop til specielle patientgrupper, er der mulighed for at købe dette uden om aftalen.		
3	Har I sikret at dette udbud ikke bliver trukket tilbage som sidst, har i sikret jer at materialet ikke går om igen?	Vi har forsøgt at udfærdige et godt materiale som forhåbentlig ikke skal annulleres. Derudover afholdes informationsmødet ligeledes for at hjælpe tilbudsgiverne til en gennemgang af udbudsmaterialet og således gøre tilbudsgiverne opmærksomme på at tilbuddene skal tjekkes godt igennem inden afsendelse. Ordregiver opfordrer derfor også til at tilbudsgiver stiller spørgsmål i tvivlstilfælde.	Informationsmøde 01.10.13	02.10.13
4	Kan nye generationer af skoper tilføjes rammeaftalen?	Ja det er der mulighed for, ligesom leverandøren i flere tilfælde kan være forpligtet hertil, jf. bl.a. Udkast til Kontrakt afsnit 4.4	Informationsmøde 01.10.13	10.10.13
5	Har i overvejet at oplyse volumen (priser) fra sidste rammeaftale. Svares skriftligt	Vi Undersøger muligheden for at finde de tidligere forbrug – endeligt svar offentliggøres derfor senere.	Informationsmøde 01.10.13	Afventer svar
6	Kan udenlandske firma byde ind på service. Service er en stor del dette udbud. Svares skriftligt.	Som det fremgår af Udbudsbetingelsernes pkt.1.20 vil ordregiver evt. efterfølgende udbyde en generel service aftale til hele regionen. Udenlandske firmaer har ligesom danske virksomheder mulighed for at afgive tilbud på et sådan udbud.	Informationsmøde 01.10.13	10.10.13
7	I forbindelse med ovennævnte udbud har vi væsentlige opklarende spørgsmål. Vi anmoder om økonomiske oplysninger, for at kunne optimere vores tilbud med henblik på, at sikre Regionen det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det har i den forbindelse betydning for vores prissætning m.v., at kende de økonomiske rammer og grundlaget for den valgte struktur af udbuddet, som ikke omfatter en egentlig konkurrenceudsættelse af den obligatoriske service/reparation af fleksible endoskoper.		09.10.13	Afventer svar

	<p>Vi er af den klare overbevisning, at Region Midt i fremtiden overser en væsentlig økonomisk besparelse, som burde være en naturlig del af EU-Udbud 2013/S178-306796.</p> <p>Der ønskes i den forbindelse svar på følgende spørgsmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Region Midt bedes oplyse om Regionens indkøb af fleksible endoskoper i 2010/2011/2012, fordelt på de enkelte Delaftaler 1-5 og angivet i kr. excl.moms. 2. Region Midt bedes oplyse om Regionens udgifter til service og reparation af endoskoper i 2010/2011/2012, fordelt på de enkelte Delaftaler 1-5 og angivet i kr. excl.moms. 3. Region Midt bedes oplyse hvorfor service/reparation af indkøbte endoskoper, ikke er konkurrenceudsat samtidig med dette udbud. 			