

Rettelsesblad 2

Rettelsesblad til udbud af
Fleksible Video- og fiber endoskoper med trolleyudstyr

Rettelse 2: Kravspecifikationen, Delaftale 2, Gastroenterologi, pkt. 1.6.4:

Følgende ændres i Kravspecifikationen (markeret med **grønt**):

Gammel tekst:

1.6 Ultralydsvideoendoskop (EUS), radiale, 1 arbejdskanal

Vægter i forhold til undertildelingskriteriet Funktionalitet

1.6.1	360° radialsikkert ultralydstransducer med skanning vinkelret på skopretningen.			1.6.1	Beskriv hvordan endoskopet tilsluttes lyskilde. En simpel plug-and-play-løsning med ét tilslutningsstik fortrækkes. Angiv evt. connectorer.	1
1.6.2	Arbejdslængde: min. 125 cm					
1.6.3	Arbejdskanalens indre diameter: min. 2,2 mm					
1.6.4	Endoskopets ydre distale diameter: max. 12,1 mm					
1.6.5	Distale endoskop styrbart i fire retninger					
				1.6.6	Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på både produkt 1 og produkt 2	1

Ny tekst:

1.6 Ultralydsvideoendoskop (EUS), radiale, 1 arbejdskanal

Vægter i forhold til undertildelingskriteriet Funktionalitet

1.6.1	360° radialsikkert ultralydstransducer med skanning vinkelret på skopretningen.			1.6.1	Beskriv hvordan endoskopet tilsluttes lyskilde. En simpel plug-and-play-løsning med ét tilslutningsstik fortrækkes. Angiv evt. connectorer.	1
1.6.2	Arbejdslængde: min. 125 cm					
1.6.3	Arbejdskanalens indre diameter: min. 2,2 mm					
1.6.4	Endoskopets ydre distale diameter: max. 14 mm					
1.6.5	Distale endoskop styrbart i fire retninger					
				1.6.6	Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver afgiver tilbud på både produkt 1 og produkt 2	1

Ordregiver forlænger, på baggrund af ovenstående, tilbudsfristen med en uge. Dette gøres for at skabe den fornødne konkurrence.

Der gives ikke tilbudsgiver øget mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og den oplyste tidsplan fastholdes iøvrigt.

Allerede fremsendte tilbud modtages med åbnes ikke før tilbudsfrist.

Da ændringen vedrører en lempelse af et mindstekrav, skal tilbudsgivere, der allerede har fremsendt tilbud og accepteret mindstekravet, ikke påny fremsende nye oplysninger.