

Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Hvornår forventer man at referatet fra informationsmødet indeholdende evt. spørgsmål og svar bliver offentliggjort?	 <p>Billede af eksempel vist på informationsmødet. http://www.ergotron.com/ProductsDetails/tabid/65/PRDID/405/language/sv-SE/Default.aspx</p>	20.10.2014	23.10.2014

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3



Billede af vogn vist på informationsmødet. Yderligere information kan læses her: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/files/Hospital/HE-Midt/OM%20OS/NYHEDSbrev/NYHEDSbrev%202013/201213_NYHEDSbrev_uge51.pdf
 Videoe kan ses på dette link: <https://www.youtube.com/watch?v=A0zBXH5uhA4>.

Der henvises i øvrigt til de indledende bemærkninger omkring de tanker regionen har for brug af bordet, som der blev henvist til i forbindelse med informationsmødet.

1.2	Vedr. Udbudsbilag 2 – Tro og love erklæring om forfalden gæld til det offentlige om udbudsdirektivet artikel 45, pkt. 3 Supplerende	Ja, det bekræftes, men husk underskrift på bilag.	22.10.2014	23.10.2014
-----	---	---	------------	------------

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3

	<p>oplysninger ved gæld over kr. 100.000</p> <p>Vil ordregiver bekræfte, at hvis tilbudsgiver i pkt. 2 - oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige har svaret at dette beløb udgør kr. 0,00</p> <p>Så skal der ikke udfyldes noget i pkt. 3 - supplerende oplysninger ved gæld over kr. 100.000 således at felterne forbliver tomme.</p>			
1.3	<p>Udbudsbilag 3 – Oplysning om personlige forhold samt økonomisk/finansiell og teknisk faglig kapacitet, pkt. 3.1. referencelist.</p> <p>Hvor mange referencer ønsker ordregiver oplyst i alt ?</p>	<p>Vi har ikke sat krav om antal, så angiv dem I har, men 3-5 referencer vil være nok.</p>	22.10.2014	23.10.2014

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	<p>punkt 1.1 omhandlende arbejdspladsens indretning</p> <p>Udvikling af et EPJ bord, som opfylder alle nævnte vejledninger og bekendtgørelser, vil ikke være realistisk. Følges vejledningerne 100% vil EPJ bordet blive stor og uhåndterlig, men man kan i stedet tilstræbe at opfylde så</p>	<p>Det er et minimumskrav at bordet lever op til bekendtgørelser. De anførte vejledninger skal anses som "vejledninger".</p> <p>I forbindelse med evalueringen af bordet, vurderes hvorledes det efterlever bekendtgørelser og i hvor høj grad det efterlever vejledningerne samt i øvrigt at det fungerer som en velfungerende arbejdsplads.</p> <p>For delaftalen med Stå-bordet, er</p>	21.10.2014	23.10.2014
-----	---	--	------------	------------

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 – KRAVSPECIFIKATIONEN

	meget som muligt. Spørgsmål: Vil det være et ufravigeligt krav, at vejledninger og bekendtgørelser følges 100%	ovenstående ikke gældende.		
2.2	punkt 1.4 omhandlende standard ISO/EN 60.601-1 Spørgsmål: Vil anvendelse af skilletransformator som beskrevet på vedlagte principskitse bilag 1 kunne godkendes?	Under behandling. Nyt svar mandag eller tirsdag i uge 44. Svar den 29.10.2014: Punktet ændres til følgende tekst: De elektriske dele skal være godkendt som medicinsk udstyr i henhold til det generelle direktiv (93/42/EØF).	21.10.2014	29.10.2014
2.3	punkt 1.8: benyttelse af IT udstyr uden fast tilslutning til 230V Spørgsmål: Skal EPJ bordet forsynes med et batteri der kan drive PC og skærm?	Som beskrevet er det et minimumskrav at der kan arbejdes på udstyret uden tilslutning af strøm, så hvordan tilbudsgiver løser dette, er op til tilbudsgivers fantasi.	21.10.2014	23.10.2014
2.4	Vil der i fremtiden kun bruges bærbare pc på disse borde, eller vil der også være løsninger hvor der bruges løs tastatur, løs 15 tommer skærm og en løs CPU under bord. Eller er det en blanding af begge dele.	Som teknologien er nu, er det primært bærbare pc'er, men det vil sandsynligvis også tilfælde hvor det vil være en stationær pc. Jo mere fleksibel jo bedre, så det er op til tilbudsgivers kreativitet.	16.10.2014	23.10.2014
2.5				

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1				
4.2				