

Kravspecifikation til indkøb af immunfarvemaskiner.

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Patologisk Institut ønsker at indkøbe to immunfarvemaskiner til farvning af histologiske og cytologiske præparater. Maskinerne skal opstilles på henholdsvis Århus Sygehus Nørrebrogade og Århus Sygehus Tage Hansens Gade. Indkøbet sker for at forøge kapaciteten på området.

Krav til apparatur og leverandør:

- Kapacitet:** Turnaround-tid på max. 3 timer.
Min. 30 præparater pr. kørsel.
- Kvalitet:** Farvningerne skal være af stabil god kvalitet.
FDA eller lign. godkendelse.
- Service:** Hotline-service i hele dagarbejdstiden.
Hurtig service i øvrigt vedr. de problemer, der ikke kan løses via hotline.
- Økonomi:** Økonomisk i drift vedr. forbrug af reagenser.
- Drift:** Brugervenlig.
Fuldautomatiseret.
Driftsikker.
- Oplæring:** Tilbuddet skal omfatte oplæring af personale i nødvendigt omfang.
- IT:** Mulighed for opkobling til WM-data's patologisystem.
- Levering:** Udstyret skal kunne leveres og idriftsættes inden udgangen af 2007.