

Rettelsesblad
pr. 10. april 2014
vedr.
EU Udbud nr. 2014/S 046-076812

Udbud af kanylebokse

Rettelse 4, pr. 10. april 2014:

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationen

Delaftale 1 - Punkt 1.3:

Tidligere tekst:

Det er et mindstekrav, at kanyleboksene har afmonterings/indkastanordninger til kanyler, perifere i.v.kanyler mv.

Afmonterings/indkastanordning skal være integreret i boks eller låg.

Bekræft, at det tilbudte opfylder dette.

Erstattes af:

Det er et mindstekrav, at kanyleboksene har afmonterings/indkastanordninger til kanyler, perifere i.v.kanyler mv.

Afmonterings/indkastanordning skal være integreret i boks eller låg.

For kanylebokse på 20L og derover accepteres det, at der blot er et indkastningshul i låget, som kan lukkes midlertidigt – det er altså ikke nødvendigt med afmonteringsanordninger på disse, men jf. børkrav 1.20 vægtes det positivt, at der tilbyder flere forskellige typer låg.

Bekræft, at det tilbudte opfylder dette.

Delaftale 3 - Punkt 3.3:

Tidligere tekst:

Det er et mindstekrav, at kanyleboksene har afmonterings/indkastanordninger til kanyler, perifere i.v.kanyler mv.

Afmonterings/indkastanordning skal være integreret i boks eller låg.

Bekræft, at det tilbudte opfylder dette.

Kravet slettes.

OBS: Der uploades IKKE en ny kravspecifikation.

Rettelse 3, pr. 9. april 2014:

OBS: Der er uploadet en ny kravspecifikation (version 4) da udbyder er blevet bekendt med at det sidste børkrav i delaftale 1 ikke kommer med når der printes.

Rettelse 2, pr. 4. april 2014:

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationen

Delaftale 1 - Punkt 1.4:

Det er et mindstekrav for kanylebokse på 1,5 L og derover at indkastningshullet i kanyleboksen er stort nok til genstande, som eks. adaptorer, med en diameter på op til 5 cm.

Bekræft, at det tilbudte opfylder dette.

Kravet slettes.

Nyt bør-krav oprettes:

Delaftale 1 - Punkt 1.26:

Kanylebokse på 1,5 L og derover bør have et indkastningshul som er stort nok til at bortskaffe genstande, som eks. adaptorer, med en diameter på op til 5 cm.

OBS: Der er uploadet en tilrettet kravspecifikation med ovenstående rettelser, som skal benyttes ved tilbudsafgivning.

Rettelse 1, pr. 17. marts 2014:

Udbudsbetingelserne

Punkt 1.22.1 Delaftaler:

Tidligere tekst:

De udbudte produkter er fordelt på 3 delaftaler, jf. tilbudslisten, Kontraktbilag 2.

Delaftale	Område
1	Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,7-25 liter
2	Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,1-0,6 liter
3	Kanylebokse med låg til <u>langt</u> stikkende/skærende affald i størrelser fra 5,0-30,0 liter

Det er muligt at afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler.

Delaftale 1: Der skal afgives tilbud på mindst 5 ud af de 6 positioner på tilbudslisten Kontraktbilag 2.

Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder alle 6 **nettostørrelser**, forbeholder udbyder sig ret til at anskaffe den **nettostørrelse**, som tilbudsgiver ikke tilbyder, hos tredjemand.

Erstattes af:

De udbudte produkter er fordelt på 3 delaftaler, jf. tilbudslisten, Kontraktbilag 2.

Delaftale	Område
1	Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,7-25 liter
2	Kanylebokse med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,4-0,6 liter
3	Kanylebokse med låg til <u>langt</u> stikkende/skærende affald i størrelser fra 5,0-30,0 liter

Det er muligt at afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler.

Delaftale 1: Der skal afgives tilbud på mindst 5 ud af de 6 positioner på tilbudslisten Kontraktbilag 2.

Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder alle 6 **bruttostørrelser**, forbeholder udbyder sig ret til at anskaffe den **bruttostørrelse**, som tilbudsgiver ikke tilbyder, hos tredjemand.

Udbudsbilag 2 – oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet

Tidligere tekst:

3.1 Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden

Erstattes af:

3.1 Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden (omsætning).

Kontraktbilag 1 – Kravspecifikationen

Delaftale 1 - Punkt 1.1:

Tidligere tekst:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum skal kunne levere 5 af de 6 nettostørrelser jf. tilbudslisten i Kontraktbilag 2.

Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder alle 6 nettostørrelser, forbeholder udbyder sig ret til at anskaffe den nettostørrelse, som tilbudsgiver ikke tilbyder, hos tredjemand.

Erstattes af:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum skal kunne levere 5 af de 6 bruttostørrelser jf. tilbudslisten i Kontraktbilag 2.

Såfremt tilbudsgiver ikke tilbyder alle 6 bruttostørrelser forbeholder udbyder sig ret til at anskaffe den bruttostørrelse, som tilbudsgiver ikke tilbyder, hos tredjemand.

Delaftale 2 - titel:

Tidligere tekst:

Krav til delaftale 2 - Kanylebokse med låg til stikkende og skærende affald i størrelser fra 0,1-0,6 liter

Erstattes af:

Krav til delaftale 2 - Kanylebokse med låg til stikkende og skærende affald i størrelser fra 0,4-0,6 liter

Kontraktbilag 2 – Tilbudslisten

Kolonnebeskrivelse – kolonne 3

Tidligere tekst:

Bruttoindhold liter (indhold op til max. påfyldning)

Erstattes af:
Bruttoindhold liter

Delaftale 2 – titel

Tidligere tekst:

Kanyleboks med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,1 L til 0,6 L

Erstattes af:

Kanyleboks med låg til stikkende/skærende affald i størrelser fra 0,4 L til 0,6 L