

Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396778-2011:TEXT:DA:HTML>

**DK-Aarhus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje  
2011/S 245-396778**

**Region Midtjylland, Olof Palmes Allé 15, attn: Vivian Jacobsen,  
DANMARK-8200Aarhus. Tel. +45 78714502. E-mail: [vivian.jacobsen@stab.rm.dk](mailto:vivian.jacobsen@stab.rm.dk).**

***(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 14.12.2011, 2011/S 240-389241)***

Vedr:

CPV:33000000, 42500000

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje.

Køle- og ventilationsudstyr.

**I stedet for:**

II.1.5) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene.

(...).

**Læses:**

II.1.5) Kortfattet beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/ene.

(...).

Region Midtjylland ønsker at indkøbe klimaskabe i to forskellige dimensioner.

De udvendige mål på det lille klimaskab må maksimalt være:

Højde: 70 cm x Bredde: 58 cm x Længde: 58 cm.

De udvendige mål på det store skab må maksimalt være:

Højde: 86,5 cm x Bredde: 69,5 cm x Længde: 60 cm.

Klimaskabene skal kunne indeholde transportkasser, hvor blodprøver kan opbevares. Det lille skab skal kunne indeholde 2 små transportkasser eller 1 stor transportkasse. I forhold til det store skab skal denne kunne indeholde 2 store transportkasser. Der henvises til nedenstående mål for de to typer af transportkasser.

Dimensioner på lille transportkasse:

Højde: 16 cm x Bredde: 23 cm x Længde: 34 cm.

Dimensioner på stor transportkasse:

Højde: 19 cm x Bredde: 29,5 cm x Længde: 39 cm.

Klimaskabene skal desuden indeholde et synligt display med angivelse af temperatur.

Endvidere skal klimaskabene leveres med ugenomsigtig, vendbar låger.

Endelig skal klimaskabene indeholde flytbare hylder.

Yderligere supplerende oplysninger

Der henvises i denne forbindelse til det i afsnit VI.4) anførte omhandlende yderligere supplerende oplysninger.