

Kravspecifikation

Indledning:

Motilitetslaboratoriet, Kirurgisk Gastroenterologisk afd. L, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus NBG ønsker at indkøbe udstyr, der skal anvendes i forbindelse med kliniske undersøgelser samt i forskningsmæssige sammenhænge. Motilitetslaboratoriet er i dag det største af fire landsdels-laboratorier, og der foretages ca. 1200 undersøgelser årligt fordelt på følgende kliniske undersøgelser:

- Gastroesophageal refluxsygdom
- Spiserørs-motilitetsforstyrrelser
- Hypopharynx
- Antroduodenal motilitet
- Galdevejslidelser

Motilitetslaboratoriet ønsker tilbud på:

- 2 stk. Gastro arbejdsstationer, hvoraf en ønskes med "High Resolution" manometri
- 4 stk. 24-timers pH- og impedans optagere inklusiv langtidsmanometri

Kliniske og funktionelle krav til udstyr:

Krav til Gastro arbejdsstationer:

- Stationerne skal være "stand alone" enheder med online analysemulighed
- Mindst 8 måleenheder
- Manometriskpumpe
- Registreringsenhed til måling af synkebevægelser
- Udstyret skal være fleksibelt, således at der kan måles både spiserør, mavesæk, tyndtarm og galdeveje

Krav til 24-timers pH- og impedans optagere:

- Der ønskes mindst 7 målinger i sekundet af både pH og Impedans. Hvis dette ikke kan opfyldes, ønskes de aktuelle optagelsesfrekvenser opgivet

Driftsikkerhedskrav:

Udstyret skal kunne fungere 6 dage om ugen året rundt.

IT/Netværks krav:

Der ønskes en fleksibel løsning for installation af programmer på flere computere for 3 medarbejdere. Desuden en serverløsning. I den forbindelse ønskes en specifikation på, om produktets software er forenelig med IT politikken på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor softwaren afvikles via Citrix, og at den skal kunne script installeres. Eventuelle omkostninger bedes anført i tilbuddet.

Driftsudgifter:

Der ønskes oplyst:

- En specifikation på sonde priser. Både for engangs- og flergangssonder
- En specifikation på hvilken service der ydes

Det vil blive prioriteret, hvis firmaet kan levere gratis software og hardware opgraderinger i en periode eller til en fordelagtig pris.

Vurdering og valg af tilbud:

Valg af tilbud vil ske efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

- | | |
|---|------|
| • Funktionalitet og kvalitet | 30 % |
| • Bruger og betjeningsvenlighed | 30 % |
| • Driftsikkerhed/driftsomkostninger/service | 40 % |

Yderligere oplysninger:

Der kan indhentes yderligere oplysninger vedrørende krav til udstyret hos professor, overlæge Peter Funch-Jensen (pfjen@as.aaa.dk) og for udbudet i øvrigt hos Hans Iver Jensen, Medico-teknisk Afdeling (hij@mta.aaa.dk).