

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Er det en enkelt aktør på hver delaftale – eller 1 aktør der kan byde ind på alle 3 delaftaler ?	Ordregiver agter at indgå en kontrakt med den leverandør, der afgiver det tilbud, der for ordregiver er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til tildelingskriteriet anført i pkt. <b>Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..</b> Samme leverandør kan tildeles kontrakter for én delaftale eller flere delaftaler. Jf. pkt. 1.16 i udbudsbetingelserne	28.07.14	08.08.14
1.2				

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN				
2.1	Kan det specificeres hvad anvendelsesområder og procedure at produkterne type 1-7 skal indgå i?	Produkterne type 1-7 indgår i følgende anvendelsesområder: 1) I medicinrum i sengeafsnit og ambulatorier til opbevaring af medicin. 2) I forskningslaboratorier til opbevaring af prøver, der anvendes i forskningsmæssig sammenhæng."	04.08.14	08.08.14
2.2	Delaftale 3 Fryser Type nr. 16: Det har ikke været os muligt at	Kravene til maksimale mål lempes: Tidligere krav: Maksimal BxDxH =	06.08.14	08.08.14

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	<p>finde en -140°C kummefryser, der både opfylder krav til størrelse og energiforbrug på max. 65kWh/døgn. Kan Region Midt bekræfte at den udbudte fryser kan leveres af mere end 1 leverandør?</p>	<p>1760x750x1100mm Lempet krav: Maksimal BxDxH = 2000x800x1200mm</p> <p>Kravet til maksimalt energiforbrug lempes. Tidligere krav: maksimalt energiforbrug 65 kWh/døgn Lempet krav: maksimalt energiforbrug 70 kWh/døgn Det præciseres at ca. nettovolumet er 300 liter +/- <b>20%</b>. Dette er angivet i kravspecifikationen, men ikke i tilbudslisten.</p> <p>Den udbudte fryser, type 16 - kan leveres af mere end én leverandør.</p> <p>Det præciseres fsv. angår type 16,17 og 18, at ca. nettovolumen er +/- <b>20%</b>. Dette er blevet tilrettet står i kravspecifikationen, men ikke i tilbudslisten.</p>		

## 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

## 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1				
4.2				

