

**Rettelsesblad**  
**pr. 22. august 2014**  
**vedr.**  
**EU Udbud nr. 2014/S 142-254574**

**Laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-  
/fryseskabe og ultra lav temperatur fryserne**

## Rettelser:

- **Tilbudslisten delaftale 3:**

Type 16:

Tidligere krav iht. spørgsmålsrunde 1 (spørgsmål/svar pkt. 2.2):

Maksimal BxDxH = 2000x800x1200mm

Ændret krav:

Maksimal BxDxH = 2100x900x1200mm

Type 17:

Tidligere krav:

Maksimal BxDxH = 690x960x2000mm

Ændret krav:

Maksimal BxDxH = 720x960x2100mm

Type 18:

Tidligere krav:

Maksimal BxDxH = 970x960x2000mm

Ændret krav:

Maksimal BxDxH = 970x960x2100mm

- **Kravspecifikationen delaftale 3:**

Tidligere krav iht. spørgsmålsrunde 1 (spørgsmål/svar pkt. 2.2):

Maksimalt energiforbrug =

70 kWh/døgn

Ændret krav:

Maksimalt energiforbrug =

75 kWh/døgn

- **Kravspecifikationen delaftale 3:**

Der tilføjes nye bør-krav for delaftale 3.

Type 16:

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at nettovolumiet (300 liter +/-20%) er så stort som muligt, dog inden for mål/nettovolumiet angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten.

Oplys nettovolumen.

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at der i fryseren kan opvaberes mere end 140 stk. fryseæsker 133x133x50mm.

Oplys antal fryseæsker.

Type 17:

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at nettovolumiet (400 liter +/-20%) er så stort som muligt, dog inden for mål/nettovolumiet angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten.

Oplys nettovolumen.

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at der i fryseren kan opbevares mere end 250 stk. fryseæsker 133x133x50mm.

Oplys antal fryseæsker.

Type 18:

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at nettovolumiet (600 liter +/-20%) er så stort som muligt, dog inden for mål/nettovolumiet angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten.

Oplys nettovolumen.

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at der i fryseren kan opbevares mere end 330 stk. fryseæsker 133x133x50mm.

Oplys antal fryseæsker.

- **Kravspecifikationen delaftale 1:**

Der tilføjes nye bør-krav for delaftale 1:

Type 3:

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at nettovolumiet er så stort som muligt iht. de angivne 600 liter +/-20%, dog inden for de maksimale mål angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten.

Oplys nettovolumen.

Type 6:

Nyt bør-krav:

Det vægtes positivt, at nettovolumiet er så stort som muligt iht. de angivne 600 liter +/- 20%, dog inden for de maksimale mål angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten.

Oplys nettovolumen.