

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -3				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	Er det en enkelt aktør på hver delaftale – eller 1 aktør der kan byde ind på alle 3 delaftaler ?	Ordregiver agter at indgå en kontrakt med den leverandør, der afgiver det tilbud, der for ordregiver er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til tildelingskriteriet anført i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Samme leverandør kan tildeles kontrakter for én delaftale eller flere delaftaler. Jf. pkt. 1.16 i udbudsbetingelserne	28.07.14	08.08.14
1.2				

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN				
2.1	Kan det specificeres hvad anvendelsesområder og procedure at produkterne type 1-7 skal indgå i?	Produkterne type 1-7 indgår i følgende anvendelsesområder: 1) I medicinrum i sengeafsnit og ambulatorier til opbevaring af medicin. 2) I forskningslaboratorier til opbevaring af prøver, der anvendes i forskningsmæssig sammenhæng."	04.08.14	08.08.14
2.2	Delaftale 3 Fryser Type nr. 16: Det har ikke været os muligt at	Kravene til maksimale mål lempes: Tidligere krav: Maksimal BxDxH =	06.08.14	08.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	<p>finde en -140°C kummefryser, der både opfylder krav til størrelse og energiforbrug på max. 65kWh/døgn. Kan Region Midt bekræfte at den udbudte fryser kan leveres af mere end 1 leverandør?</p>	<p>1760x750x1100mm Lempet krav: Maksimal BxDxH = 2000x800x1200mm</p> <p>Kravet til maksimalt energiforbrug lempes. Tidligere krav: maksimalt energiforbrug 65 kWh/døgn Lempet krav: maksimalt energiforbrug 70 kWh/døgn Det præciseres at ca. nettovolumet er 300 liter +/- 20%. Dette er angivet i kravspecifikationen, men ikke i tilbudslisten.</p> <p>Den udbudte fryser, type 16 - kan leveres af mere end én leverandør.</p> <p>Det præciseres fsv. angår type 16,17 og 18, at ca. nettovolumen er +/- 20%. Dette er blevet tilrettet står i kravspecifikationen, men ikke i tilbudslisten.</p>		
2.3	<p>Dog vil jeg meget gerne have præciseret i delaftale 1, til der er tale om decideret laboratorie frys/køl eller mere kliniske? I skriver i svaret i 1. spørgerunde at der er tale om medicin og prøver. Laboratorie er vel mere til kemi og særligt brandfarlige stoffer.?</p>	<p>Anvendelsesområdet er iht. spørgsmål/svar pkt. 2.1. Det præciseres, at køle-/ og fryseskabe i delaftale 1 ikke anvendes til kemi og brandfarlige stoffer.</p>	12.08.14	22.08.14
2.4	<p>delaftale 3. pkt. 3.19: Må man tilbyde en fryser der kan reguleres i et større område end det nævnte?</p>	<p>Ja fryserne må gerne kunne reguleres i et større område. Kravene i delaftale 3 pkt. 3.19 er</p>	15.08.14	22.08.14

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

		minimumskrav.		
--	--	---------------	--	--

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1	<p>Vil vi anmode regionen om også, at tillade en afvigelse på max. målene af enhederne. Vores skabe er en smule bredere og højere, men ikke så dybe. Så de vil ikke fylde så meget ud i rummet til gavn for den daglige drift.</p>	<p>Kravene til maksimale mål for delaftale 1 og 2 fastholdes iht. kontraktbilag 2 Tilbudslisten.</p> <p>Kravene til maksimale mål (angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten) for delaftale 3 ændres:</p> <p><u>Type 16:</u> Tidligere krav iht. spørgsmålsrunde 1 (spørgsmål/svar pkt. 2.2): Maksimal BxDxH = 2000x800x1200mm</p> <p>Ændret krav: Maksimal BxDxH = 2100x900x1200mm</p> <p><u>Type 17:</u> Tidligere krav: Maksimal BxDxH = 690x960x2000mm</p> <p>Ændret krav: Maksimal BxDxH = 720x960x2100mm</p> <p><u>Type 18:</u> Tidligere krav: Maksimal BxDxH = 970x960x2000mm</p>	15.08.14	22.08.14
------------	--	---	----------	----------

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

		Ændret krav: Maksimal BxDxH = 970x960x2100mm		
3.2	Det er oplyst at produkterne type 1-7 har to forskellige anvendelsesområder – hvordan ønskes det at der indleveres tilbud på de to typer skabe? Begge typer produkter på en tilbudsliste som kontraktbilag 2 eller en tilbudsliste for produkterne til hver af de to angivet anvendelsesområder?	Vi accepterer ikke alternative tilbud. Der skal derfor tilbydes et produkt per positionsnummer. Der skal tilbydes ét skab, der kan anvendes til begge anvendelsesområder angivet i spørgsmål/svar pkt. 2.1.	19.08.14	22.08.14
3.3	<p>Her er et spørgsmål til DELAFTALE 3, TYPE 16, 17 og 18:</p> <p>I modsætning til tidligere udbudsmateriale, er der nu ikke oplyst et ønske om, hvor mange 50mm fryseæsker fryserne ønskes at kunne indeholde. Ligeledes er det ønskede liter-indhold muligt at fravige med +/- 20%, hvorfor; Type 16: 240-360 liter Type 17: 320-480 liter Type 18: 480-720 liter</p> <p>Desuden er nettovolumen oplyst som et cirka-tal, hvorfra der kan fratrækkes eller tilægges 20%. Dette giver et endnu større spænd end anført ovenfor!</p> <p>Da den mindste fryser (af hver type) typisk også vil være den billigste, er vores spørgsmål:</p>	<p>Der tilføjes nye bør-krav for delaftale 3.</p> <p><u>Type 16:</u> Nyt bør-krav: Det vægtes positivt, at nettovolumiet (300 liter +/-20%) er så stort som muligt, dog inden for mål/nettovolumiet angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten. Oplys nettovolumen.</p> <p>Nyt bør-krav: Det vægtes positivt, at der i fryseren kan opvaberes mere end 140 stk. fryseæsker 133x133x50mm. Oplys antal fryseæsker.</p> <p><u>Type 17:</u> Nyt bør-krav: Det vægtes positivt, at nettovolumiet (400 liter +/-20%) er så stort som muligt, dog inden for</p>	19.08.14	22.08.14

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

	<p>Hvordan vurderes der på fryserens størrelse (nettovolumen / antal fryseæske-pladser)?</p> <p>Det er vel i ordregivers interesse, at få mest muligt fryserplads inden for de angivne maksimum-mål.</p>	<p>mål/nettovolumiet angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten. Oplys nettovolumen.</p> <p>Nyt bør-krav: Det vægtes positivt, at der i fryseren kan opbevares mere end 240 stk. fryseæsker 133x133x50mm. Oplys antal fryseæsker.</p> <p><u>Type 18:</u> Nyt bør-krav: Det vægtes positivt, at nettovolumiet (600 liter +/-20%) er så stort som muligt, dog inden for mål/nettovolumiet angivet i kontraktbilag 2 Tilbudslisten. Oplys nettovolumen.</p> <p>Nyt bør-krav: Det vægtes positivt, at der i fryseren kan opbevares mere end 330 stk. fryseæsker 133x133x50mm. Oplys antal fryseæsker.</p>		
3.4	<p>Vi gør opmærksom på at vi ikke kan indsætte link i kontraktbilag 2 – tilbudsliste køle/frysemøbler til de krævede produktspecifikationer, da dette er låst med kode.</p>	<p>Der vil blive oploade en ny tilbudsliste med rettelser og hvor disse ikke er låste.</p>	22.08.14	22.08.14
3.5	<p>Der skal desværre stadigvæk bruges kode på det nyligt uploade regneark for at få hyperlinket til at virke?</p>	<p>Ordregiver kan ikke sende et ulåst ark. Derfor tillades det at der ikke sættes hyperlink ind i arket før ved evt. kontraktindgåelse.</p>	22.08.14	25.08.14

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

4.1				
4.2				