

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-x				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	<p>Der står ingen steder i udbuddet at i også vil have pris på beachchair, er det ikke en fejl?</p> <p>Nedenstående står det vi skal tilbyde, men det står også som option:</p> <p> Anskaffelsesprisen indebærer:</p> <p> Delaftale 1, positionsnr. 1, Kontraktbilag 2 Tilbudslisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sokkel • Hovedende • Midterstykke • Narkosebøjle • Sidelejringsudstyr 3 støtter. 1 støtte bagpå og 2 støtter foran. • Trådløs fjernbetjening • 2 stk. armborde • Hånd-op og assistentborde • Armstøtte til brug ved albueoperation • Kulissestænger på begge sider 	<p>Ja, det er en fejl. Beachchair skal ligeledes indgå i prisen.</p>	21.10.2013	22.10.2013

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-x

	af lejet <ul style="list-style-type: none">• Delbar benende• Hel madras• Delt madras• Øvrige nødvendige dele			
1.2				

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.1	Pkt. 2.29. Der stilles ikke efter reglerne om medicinsk udstyr krav om oversættelse til dansk af servicemanualer, og sådanne manualers oversættelse kræver producentens validering i henhold til producentens kvalitetssikringssystem – et krav om danske servicemanualer vil derfor være meget bekosteligt og vil ikke kunne nås indenfor tilbudsfristen af de ovenfor angivne grunde, navnlig ikke for forhandlere af udenlandske produkter, vil udbyder på denne baggrund fastholde kravet? Hvad menes med "pixiudgave"?	Regionen har i sine instrukser under medicoteknik 1.7. et punkt hvor der tydeligt står, at der skal være dansk manual til medico-teknisk udstyr.	24.10.2013	01.11.2013
2.2	Pkt. 2.41 Hvad menes her, håndbord for patientens hånd eller	Et bord, der skal kunne påsættes vinkelret på operationslejts	24.10.2013	01.11.2013

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	assistancebord for instrumenter?	kulissestang og hvorpå patientens arm lejres til operationen. Bordet er ca. 75 cm dybt (fra lejet og ud i rummet) og ca. 60 cm bredt		
2.3	Pkt. 2.44: Hvad menes med "betjeningshåndtag"?	Betjeningshåndtag, der er en fast del af operationslejet, til ændring af lejets position, skal flugte med op-lejets kulissestang.	24.10.2013	01.11.2013
2.4	Pkt. 2.52. Hvad menes med "fodplads"	Der skal være mulighed for at kirurgen kan komme helt ind til lejet uden at skulle vinkle sine fødder	24.10.2013	01.11.2013
2.5	Pkt. 2.53: Hvad menes her, er det lejet som helhed der skal køre elektrisk eller funktionerne på lejet?	Det er både selve lejet og længdeforskydnings mulighederne.	24.10.2013	01.11.2013
2.6	Pkt. 2.57: Hvad menes med "...gennemlysning under operationerne."? C-bue eller?	Det drejer sig både om plads til at gennemlyser kan komme under lejet og at der er mulighed for at få plads til assistancebordets understøtningsflade	24.10.2013	01.11.2013
2.7	Pkt. 2.69: Hvad menes med "betjeningsknapper og håndtag" er det på betjeningen, lejet eller?	Det drejer sig om dele påsat lejet samt løse dele, så som fjernbetjenings apparat	24.10.2013	01.11.2013
2.8	Pkt. 2.77: Hvad menes med "...tagrende i helmadras."?	Sidelejringsmadrassen skal være i et helt stykke, der har samme længde som lejepladen. Der skal i hovedenden af madrassen være et forhøjet stykke til hovedet, en "tagrende" til at lejre skulderen og armen i og en skrånede ned til resten af madrassen	24.10.2013	01.11.2013

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

		Denne del skal have en længde på ca. 80 cm		
2.9	Pkt. 2.78: Hvad menes med at buelejepuder skal understøtte thorax, crista klammene og vristen? Hvor lange skal de være ca.? Fra vrist til thorax?	Buglejringspuderne består af 4 dele: 1. en støtte til thorax , denne kan være rund eller firkantet 2. en støtte til bækkenområdet, denne kan være rund eller firkantet 3. en støtte til benene, denne er firkantet i lejets bredde og 60 cm bred, med 2 "tagrender" til benene 4. en støtte til fødderne, denne er rund	24.10.2013	01.11.2013
2.10	Pkt. 2.79: Hvor lang ønskes kulfiber fladen? I "hel lejelængde" eller?	Der skal ikke være kulfiber i en hel lejelængde Kulfiberflade skal være ca 1 m i længden Den skal kunne kombineres med andre af lejedelene i begge ender af lejet.	24.10.2013	01.11.2013

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-xx

4.1				
4.2				