

**Spørgsmål / svar  
pr. 16. september 2013  
vedr.**

**Annoncering 1-23-4-101-1-13**

**Redigeret den 09. september 2013**

**Ved spørgsmål 8**

**Udbud på Op-lejer til THG og NBG**

<b>Spørgsmål 1</b>	1.3 Hvad menes med røntgengennemlyses i hele længden/bredden uden obstruktion? Menes at skinnen på ydersiden af lejet også skal være gennemlyselig? Og i længden at column også skal være gennemlyselig eller?
<b>Svar 1</b>	Det betyder at gennemlysningen skal ske uden at flytte patienten på lejetoppen, ved at benytte længde forskydning.
<b>Spørgsmål 2</b>	1.4 Hvad menes med at lejet skal kunne gå i Beach chair elektronisk?
<b>Svar 2</b>	Der menes at op-lejet ikke kun skal kunne betjenes manuelt men også elektronisk
<b>Spørgsmål 3</b>	1.5 Hvad menes med kip samtidig med xxx, at det elektronisk skal foregå i samme "bevægelse" eller at kombinationen skal kunne være i den samme position?
<b>Svar 3</b>	Lejet skal kunne kippes, men det forventes ikke at det er i samme bevægelse
<b>Spørgsmål 4</b>	1.6 Hvad menes med at hovedstøtten ved beach chair skal kunne betjenes fra hovedenden? –og med en hånd?
<b>Svar 4</b>	Det skal være muligt at betjene den ergonomisk korrekt for personalet. Anæstesi arbejder ved hovedet, derfor nødvendigt at kunne betjene hovedstøtten derfra. Ud fra et arbejdsmiljø synspunkt er det godt, hvis det kan betjenes med en hånd.
<b>Spørgsmål 5</b>	1.8 Hvad menes med at hovedgærdet skal kunne manøvreres fra hovedende?
<b>Svar 5</b>	Anæstesi arbejder ved hovedet, derfor nødvendigt at kunne betjene hovedstøtten derfra.
<b>Spørgsmål 6</b>	1.12 Hvad menes med at hovedstøtten skal være forsynet med bånd eller anden fiksering af hovedet? Kan vi evt. få et billede af hvad der er brug for?
<b>Svar 6</b>	Til Beach Chair: Når patienten er fuld bedøvet, bruges det til at fikserer hovedet, således at det bliver holdt på plads.
<b>Spørgsmål 7</b>	I kravspecifikation delaftale 1 THG Ønskes bla. en beachchair med hjelm samt hydrauliske benstøtter. Hvis jeg så kigger på tilbud listen under optioner , fremgår hjelmen, men ikke Beachchair og hyd benstøtter. Hvor skal hvad placeres??  <b>Deltilbud 1 THG</b> <b>Optioner til deltilbud 1 THG</b> Der er også sidelejringsmadras og div. I optioner Skal det med i tilbud eller ??
<b>Svar 7</b>	Det mobile op-leje i delaftale 1 skal i positions nr. 1 indeholde beachchair, sidelejringsmadras og håndassistanceoperationsbord hvor der kan gennemlyses. Lejet skal benyttes til skuldre, albue og håndoperationer og skal derfor indeholde alt det udstyr som skal benyttes til sådanne operationer.

<b>Spørgsmål 8</b>	Hvis jeg skulle være så heldig og komme i betragtning til dette udbud, skal jeg så vise alt tilbehør frem til møderne den 30. september og 1. oktober? Hvis ja, skal de fleste af os nok bestille det hjem først. Hvis vi skal vise alt, skal du nok regne med at hvert firma skal bruge et sted mellem 1 og 2 timer.
<b>Svar 8</b>	Alt materialet skal vises frem så brugergruppen har mulighed for at evaluere på det fulde produkt. Vi vil forsøge at tilgodese leverandørens ønske om at have mellem 1-2 timer til præsentationen.