

| 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -11 | | | | |
|--|---|--|------------|------------|
| Nr. | Spørgsmål | Svar | Modtaget | Besvaret |
| 1.1 | Udbudsbilag 11, fortegnelse over vareprøver. I bedes uddybe, hvad I ønsker oplyst under "benævnelse" og under "betegnelse for den vedlagte vareprøve". | I benævnelse skal stå produktbeskrivelse og betegnelse skal ikke udfyldes. | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 1.2 | Udbudsbetingelser, Udbudsbilag 2, Pkt. 2.2: Ordregiver beder om samlet årsomsætning for Nordeuropa. Kan samlet årsomsætning for Danmark alene accepteres? | Ja, hvis den er stor nok til at dokumentere krav i 1.8.2. | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 1.3 | Udbudsbetingelser, Udbudsbilag 2, Pkt. 3.1: Ordregiver beder om referencer i Nordeuropa, og anfører 3 linier hertil. Er det acceptabelt alene at oplyse danske referencer, hvoraf vi har mange? | Se svar 1.2. | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| | | | | |

| 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|------------|
| 2.1 | kontraktbilag 1 – krav OP-handsker, delaftale 2, pkt. 2.3: Handskens fingertykkelse skal være 0.27mm – vil det her være muligt at | Nej, kravet fastholdes. | 29-09-2014 | 06-10-2014 |

| 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | få et interval, enten +/- 0.01 eller min. 0.27mm? | | | |
| 2.2 | | | | |

| 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3.1 | | | | |
| 3.2 | | | | |

| 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| 4.1 | <p>Vedr. kontraktbilag 8</p> <p>Fanen operationshandsker er skrivebeskyttet.</p> <p>I fanen "operationshandsker" er overskriften "undersøgelseshandsker". Skal dette ikke være "operationshandsker"?</p> <p>"Oplys længden for str. M". Kan dette rettes til str. 7, da det er disse angivelser, man anvender for operationshandsker?</p> <p>AQL tæthed. Her skrives, at mindstekravet er <1,5. I kontraktbilag 1 skrives <0,65. Hvad er korrekt?</p> | <p>Der er lagt en ny version som ikke er skrivebeskyttet.</p> <p>Dette er rettet.</p> <p>Er rettet til str. 7.</p> <p>For delaftale 1 skal det være ≤ 1.0 og delaftale 2 skal det være ≤ 0.65.</p> | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 4.2 | <p>Vedr. kontraktbilag 8</p> <p>I kontraktbilag 1 skriver I, at oprindelsesland skal angives samt at det skal angives, efter hvilket direktiv produkterne er CE mærket.</p> | <p>Det ændres til: De tilbudte produkter skal være CE-mærket i henhold til det medicinske direktiv og/eller bekendtgørelsen om sikkerhedskrav</p> | 01-10-2014 | 06-10-2014 |

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | Hvor i kontraktbilag 8 skal vi angive dette? | m.v. til personlige værnemidler. Det er et mindstekrav, at der på forlangende skal fremlægges dokumentation herfor. | | |
|--|--|---|--|--|