

| 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -11 |   |  |            |            |
|--|---|--|------------|------------|
| Nr.  | Spørgsmål   | Svar   | Modtaget   | Besvaret   |
| 1.1  | <b>Udbudsbilag 11, fortegnelse over vareprøver.</b><br>I bedes uddybe, hvad I ønsker oplyst under "benævnelse" og under "betegnelse for den vedlagte vareprøve".  | I benævnelse skal stå produktbeskrivelse og betegnelse skal ikke udfyldes. | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 1.2  | <b>Udbudsbetingelser, Udbudsbilag 2, Pkt. 2.2:</b><br>Ordregiver beder om samlet årsomsætning for Nordeuropa. Kan samlet årsomsætning for Danmark alene accepteres?                                       | Ja, hvis den er stor nok til at dokumentere krav i 1.8.2.                  | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 1.3  | <b>Udbudsbetingelser, Udbudsbilag 2, Pkt. 3.1:</b><br>Ordregiver beder om referencer i Nordeuropa, og anfører 3 linier hertil. Er det acceptabelt alene at oplyse danske referencer, hvoraf vi har mange? | Se svar 1.2.   | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 1.4  | Vedr. tildeling af ordrer på delaftale 1: På delaftale 1 vælges indgås tre parallelle rammeaftaler.<br>For at sikre, at produkter fra alle tre parallelle rammeaftaler er tilgængelige for bruger,        |  | 07-10-2014 |            |

## 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -11

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | forventer vi, at produkter fra alle tre rammeaftaler vil skulle forefindes som lagervare hos logistikleverandør. Er dette korrekt forstået ? |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

|     |  |   |            |            |
|-----|--|---|------------|------------|
| 2.1 | kontraktbilag 1 – krav OP-handsker, delaftale 2, pkt. 2.3:<br><br>Handskens fingertykkelse skal være 0.27mm – vil det her være muligt at få et interval, enten +/- 0.01 eller min. 0.27mm? | Nej, kravet fastholdes.   | 29-09-2014 | 06-10-2014 |
| 2.2 | Krav spec delaftale 1, pkt 1.9, Handskens fingertykkelse skal være 22 mm, menes der ikke 0,22 mm ?   | Ja, der menes 0,22mm.   | 13-10-2014 | 17-10-2014 |
| 2.3 | Krav spec delaftale 2, pkt 2.12 AQL værdi skal oplyses og være ≤0,65. Mener ordregiver AQL før eller efter pakning ?   |   | 13-10-2014 |            |
| 2.4 | (Punkt 2.10) DS/EN 374 standard benyttes normalt til undersøgelseshandsker og ikke operationshandsker. Vil udbyder fjerne dette krav?  | Nej, kravet fastholdes.   | 10-10-2014 | 17-10-2014 |
| 2.5 | Kontraktbilag 1 – Delaftale 1<br>1. (Punkt 1.1) Skal det her forstås at inder- og yderhandske skal pakkes individuelt?<br>2. (Punkt 1.9) Gælder  | Svar:<br>1. Ja de skal være pakket hver for sig.<br><br>Ja, det skal være samme handske, så | 10-10-2014 | 14-10-2014 |

## 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

|     |   |  |            |            |
|-----|---|--|------------|------------|
|     | <p>dette krav for både inder- og yderhandske eller må yderhandsken være 0,27mm, som i delaftale 2?</p> <p>3. (Punkt 1.8) DS/EN 374 standard benyttes normalt til undersøgelseshandsker og ikke operationshandsker. Fastholdes dette krav?</p> | <p>de passer sammen.</p> <p>Ja, kravet fastholdes.</p> |            |            |
| 2.6 | <p>Kontraktbilag 8</p> <p>1. Kemikalielisten henviser til DS/EN 374, der normalt bruges til undersøgelseshandsker. Fastholdes kravet om at denne skal udfyldes?</p>   | <p>Ja, kravet fastholdes.</p>                          | 10-10-2014 | 14-10-2014 |
| 2.7 | <p>Kravspec. delaftale 2, pkt. 2.12, Vil ordregiver ændre kravet til <math>\leq</math> AQL fra 0,65 til <math>\leq</math> 1?</p>  | <p>Nej, kravet fastholdes.</p>                         | 07-10-2014 | 14-10-2014 |
|     |   |  |            |            |

## 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 - TILBUDSLISTE

|     |   |                                |            |            |
|-----|---|--------------------------------|------------|------------|
| 3.1 | <p>På tilbudslisten, Kontraktbilag 2, skal angives priser for prisen pr. par ved køb af mindste salgsenhed og ved køb af en hel palle. Er det korrekt forstået at disse to priser vægter ligeligt i evalueringen?</p> | <p>Ja, de vægter ligeligt.</p> | 07-10-2014 | 14-10-2014 |
| 3.2 | <p>Må datablade være på engelsk?</p>  |                                | 07-10-2014 |            |

#### 4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 -

|     |  |   |            |            |
|-----|--|---|------------|------------|
| 4.1 | <p><b>Vedr. kontraktbilag 8</b><br/>         Fanen operationshandsker er skrivebeskyttet.<br/>         I fanen "operationshandsker" er overskriften "undersøgelseshandsker". Skal dette ikke være "operationshandsker"?<br/>         "Oplys længden for str. M". Kan dette rettes til str. 7, da det er disse angivelser, man anvender for operationshandsker?<br/>         AQL tæthed. Her skrives, at mindstekravet er &lt;1,5. I kontraktbilag 1 skrives &lt;0,65. Hvad er korrekt?</p> | <p>Der er lagt en ny version som ikke er skrivebeskyttet.</p> <p>Dette er rettet.</p> <p>Er rettet til str. 7.</p> <p>For delaftale 1 skal det være <math>\leq 1.0</math> og delaftale 2 skal det være <math>\leq 0.65</math>.</p>                                    | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 4.2 | <p><b>Vedr. kontraktbilag 8</b><br/>         I kontraktbilag 1 skriver I, at oprindelsesland skal angives samt at det skal angives, efter hvilket direktiv produkterne er CE mærket. Hvor i kontraktbilag 8 skal vi angive dette?</p>  | <p>Det ændres til: De tilbudte produkter skal være CE-mærket i henhold til det medicinske direktiv og/eller bekendtgørelsen om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. Det er et mindstekrav, at der på forlangende skal fremlægges dokumentation herfor.</p> | 01-10-2014 | 06-10-2014 |
| 4.3 | <p>Kontraktbilag 8 er skrivebeskyttet på faneblad 1. Vil ordregiver lægge en ny fil ud, der kan skrives i?</p>   | <p>Der er lagt en fil op, som ikke er skrivebeskyttet.</p>  | 07-10-2014 | 14-10-2014 |